

Odpowiedź nr 2 z dnia 27.09.2018r.

OTRZYMUJĄ WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Szpital w Wołominie - na:

DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI I OBŁOŻEŃ OPERACYJNYCH DLA SZPITALA W WOŁOMINIE W PODZIALE NA ZADANIA - nr postępowania ZAM/261/14/2018

Pytanie nr 1 - umowa:

Czy Zamawiający potwierdza, że dostawa odbywać się będzie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnymi od pracy?

Odpowiedź: Tak, potwierdzamy.

Pytanie nr 2 - umowa:

§ 5 ust. 4: Czy Zamawiający zgodzi się zapisać, że zakaz ten nie obowiązuje, gdy zwłoka w zapłacie przekracza 60 dni?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 – umowa

§ 6 ust. 4: Czy Zamawiający zgodzi się aby kara umowna naliczana była od niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Tak, zgadzamy się.

Pytanie nr 4 - umowa:

W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela / osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego

Odpowiedź: Informacja taka zostanie zamieszczona w umowie.

Pytanie nr 5 – SIWZ

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy próbki należy dostarczyć w I etapie wraz z ofertą?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ - do oferty należy: " Dołączyć próbki wykazane w załączniku nr 2 do SIWZ.

UWAGA!

Wymagane próbki powinny być opisane w taki sposób aby było wiadomo którego zadania i której pozycji w zadaniu dotyczą tj. NR ZADANIA NR POZYCJI NAZWA OFERENTA PRODUCENT

Próbki nieopisane nie będą oceniane."

Pytanie nr 6 – SIWZ

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie ilości próbek, jakie mają zostać dostarczone do Zamawiającego.

Odpowiedź: W przypadku rękawów – prosimy o dostarczenie 2 m każdego rozmiaru lub 1 rolki.

Pytanie nr 7 – zadanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (poz. 1-8) i utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno – użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 8 – zadanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wymaganych w SIWZ ilości próbek tj. z 3 szt. rękawów papierowo-foliowych do ilości pozwalającej przetestować jakość oferowanych wyrobów np. do 2 mb z każdej pozycji?

Odpowiedź: Prosimy o dostarczenie po 2 mb rękawów papierowo-foliowych z każdego rozmiaru lub 1 rolki z każdego rozmiaru..

Pytanie nr 9 – zadanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe do sterylizacji o gramaturze papieru 70 g/m², co zdecydowanie podnosi jakość papieru i jego wytrzymałość mechaniczną?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 10 – zadanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane rękawy, były zgodne z obowiązującymi normami PN EN 868-3 i 5 oraz PN EN ISO 11607, potwierdzone oświadczeniem wraz z wynikami badań wydanym przez niezależną jednostkę notyfikowaną? Opinia niezależnej jednostki gwarantuje, że oferowany produkt spełnia powyższe normy.

Odpowiedź: Tak, wymagamy.

Pytanie nr 11 – zadanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt.4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy i znak handlowy?

Odpowiedź: Tak, wymagamy.

Pytanie nr 12 – zadanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na użyczenie w zakresie pakietu nr 1, bezpłatnie, na czas trwania umowy, powystawowej rotacyjnej-rolkowej grzewarki ?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 13 – zadanie nr 1

papier do sterylizacji zielony: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru, w którym zgodnie z ISO 9197 zawartość chlorku sodu nie przekracza 0,05%, typowa wartość to około 0,02% oraz zgodnie z ISO 9197 zawartość siarczanu sodu nie przekracza 0,25%, typowa wartość to około 0,01%

Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 14 – zadanie nr 1

włóknina do sterylizacji: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókniny posiadającego następujące parametry:

Włóknina do sterylizacji kolor niebieski, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania to 2,20kN/m, w kierunku poprzecznym 0,90kN/m, Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania min 1,80 kN/m, w kierunku poprzecznym min 0,70kN/m,

Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 15 – zadanie nr 1

poz. 1-8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołożenie do oferty po 1 szt. próbek? Rękawy są długości 200mb i 100mb, co w zupełności wystarczy Zamawiającemu do oceny jakości.

Odpowiedź: Prosimy o dostarczenie po 2 m z każdego rozmiaru lub 1 rolki.

Pytanie nr 16 – zadanie nr 1

poz. 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókniny pakowanej po 100 arkuszy z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 17 – zadanie nr 3

poz. 1, 2: Czy Zamawiający dopuści szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk, jednorazowego użytku. Produkt zaopatrzony z jednej strony w szczoteczkę z medycznego polietylenu, a drugiej w miękką gąbkę?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 18 – zadanie nr 4

poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na utworzenie oddzielnego pakietu z w/w pozycji?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 19 – zadanie nr 4

pozycja 1,2,4,7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'10 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 20 – zadanie nr 4

pozycja 3 i 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'20 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 21 – zadanie nr 4

poz. od 2 do 5: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania serwet tylko w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 22 – zadanie nr 4

Poz. 6 : Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania ręcznika nieperforowanego. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 23 – zadanie nr 4

poz. 7: Czy Zamawiający oczekuje prześcieradła nieprzemakalnego, antypoślizgowego od strony stołu operacyjnego, z zakładkami z każdej strony zapobiegającymi wyciekowi płynów? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Oczekujemy.

Pytanie nr 24 – zadanie nr 4

poz. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania?

Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 25 – zadanie nr 4

poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszul w rozm. uniwersalnym?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 26 – zadanie nr 4

poz. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ręczników w rozm. 80x60cm wykonanych z niepylającej włókniny kompresowej o gramaturze min. 40g/m² na całej powierzchni?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 27 – zadanie nr 4

poz. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozm. 90x220cm wykonanej z laminatu folia i włóknina o gramaturze min. 27g/m² na całej powierzchni?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 28 – zadanie nr 5

poz. 1 : Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny (bluza + spodnie) o gramaturze minimum 35g/m², pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 29 – zadanie nr 5

poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletów dostępnych w rozm. XS – XXXL w dwóch kolorach: zielonym i niebieskim?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 30 – zadanie nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletu chirurgicznego z włókniny SMMS o gramaturze 38g/m².

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 31 – zadanie nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletu chirurgicznego z włókniny SMMS o gramaturze 45g/m².

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 32 – zadanie nr 5

Czy Wykonawca może dostarczyć 3 sztuki próbek tego samego rozmiaru oraz tego samego koloru, czy Zamawiający wymaga, aby były różne rozmiary i kolory?

Odpowiedź: Można dostarczyć 3 próbki tego samego koloru i rozmiaru.

Pytanie nr 33 – zadanie nr 5

Czy zamawiający dopuści jednorazowy komplet chirurgiczny (bluza + spodnie) przeznaczony do użytku na bloku operacyjnym. Komplet wykonany z lekkiej i miękkiej włókniny polipropylenowej SMMS o gramaturze 45 g/m². Bluza posiada krótki rękaw, wycięcie w serek wykończone lamówką, oraz trzy kieszenie (dwie na dole bluzy oraz jedna mniejszą na piersi), a także metkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem. Spodnie z możliwością regulacji obwodu pasa za pomocą troków, wykonanych z identycznego materiału, nogawki długie, proste, wyposażone w metkę z rozmiarem. Kolor tylko zielony. Rozmiary S-XXL. Każdy zestaw powinien być zapakowany w zgrzaną torebkę z foli PE. Zaoferowany produkt spełnia wymogi normy PN EN 13795 – wymagania użytkowe i właściwości dla odzieży dla bloków operacyjnych?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 33a – zadanie nr 5

Czy zamawiający dopuści jednorazowy komplet chirurgiczny (bluza + spodnie) przeznaczony do użytku na bloku operacyjnym. Komplet wykonany z lekkiej i miękkiej włókniny polipropylenowej SMMS o gramaturze 45 g/m². Bluza posiada krótki rękaw, wycięcie w serek wykończone lamówką, oraz trzy kieszenie (dwie na dole bluzy oraz jedna mniejszą na piersi), a także metkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem. Spodnie z możliwością regulacji obwodu pasa za pomocą troków, wykonanych z identycznego materiału, nogawki długie, proste, wyposażone w metkę z rozmiarem. Kolor tylko zielony. Rozmiary S-XXL. Każdy zestaw powinien być zapakowany w zgrzaną torebkę z foli PE. Zaoferowany produkt spełnia wymogi normy PN EN 13795 – wymagania użytkowe i właściwości dla odzieży dla bloków operacyjnych?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 34 – zadanie nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletów chirurgicznych bluza + spodnie pakowane osobno wykonane z włókniny sms o gramaturze 35 g/m² w kolorze niebieskim z oznaczeniem rozmiaru na spodniach i bluzie. Bluza wyposażona w 3 praktyczne kieszenie. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 35 – zadanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści Komplet chirurgiczny (bluza + spodnie) jednorazowe wykonane z włókniny SMS z apreturą

antystatyczną o gramaturze 35 g/m2, wszystkie rozmiary w kolorze niebieskim? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 36 – zadanie nr 5

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompletów chirurgicznych (bluza+spodnie) jednorazowych o gramaturze 38 g/m2, bluza posiada trzy wygodne kieszenie – jedną na piersi i dwie na dole, pozostałe parametry spełnione.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 37 – zadanie nr 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie kompletów chirurgicznych wykonanych z włókniny typu SMMS – tj. włókniny typu SMS posiadających dodatkowo warstwę wewnętrzną Meltblown (M), czyli warstwą filtracyjną, która stanowi barierę przed drobnoustrojami. Kompletów dostępne w rozmiarach: S – różowy, M – fioletowy, L – niebieski, XL - zielony

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 38 – zadanie nr 6

Pozycja 1, 2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka typu furażerka (również dla osób z długimi włosami) wiązanego na troki w kolorze aqua bez nadruku w rozmiarze uniwersalnym wykonanego z włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 39 – zadanie nr 6

Poz. 2

1/ Prosimy zamawiającego o dopuszczenie czepka o kroju furażerki ściąganej gumką z tyłu fioletowy, oddychający z możliwością wywijania – wysokość z przodu min. 16 +/-0,5 cm, wykonany z oddychającej włókniny Spunlace o gramaturze 25 g/m2.

2/ Czepek o kroju furażerki ściągany gumką z tyłu niebieski, oddychający z możliwością wywijania – wysokość z przodu min. 16 +/-0,5 cm, wykonany z oddychającej włókniny Spunlace o gramaturze 25 g/m2.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 40 – zadanie nr 6

Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie okrągłego czepka z nadrukami w kształcie beretu o średnicy ok.60cm ściągnięty nieuciskającą gumką z kontrastowymi nadrukami z cienkiego SMS o wadze 10 gsm.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 41 – zadanie nr 6

Pozycja 3. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka typu beret w kolorze zielonym bez nadruku w rozmiarze uniwersalnym wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 14g/m2 i średnicy 52cm +/- 1cm.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 42 – zadanie nr 6

Poz. 4

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej odpornej na spryskanie wykonanej z min. czterech warstw włókien z dodatkową osłoną oczu, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy oraz piankę przeciw parowaniu okularów, wiązana na troki.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 43 – zadanie nr 6

poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'100 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 44 – zadanie nr 6

poz. 2 i 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'50 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 45 – zadanie nr 6

poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepek dla osób z dłuższymi włosami, otok: włóknina typu Spunlace 45g/m2,denko: polipropylen 25g/m2, wkładka chłonna pot 5-warstwowa wykonana z włókniny typu Spunlace 38g/m2, oddychający?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 46 – zadanie nr 6

poz. 2 Czy Zamawiający dopuści czepek dla osób z dłuższymi włosami Czepek przedłużany stanowiący zabezpieczenie dla osób z długimi włosami. Część tylna wydłużona, wykończona gumką. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 47 – zadanie nr 6

poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, Wysokość części przedniej umożliwiająca wywiniecie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 48 – zadanie nr 6

poz. 3 Czy Zamawiający dopuści beret o średnicy 53 cm i gramaturze 18g/m², pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 49 – zadanie nr 7

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładów chłonnych z warstwy miękkiej rozdrobnionej celulozy oraz nieprzepuszczającej wilgoci folii zewnętrznej, całopowierzchniowe wewnętrzne pokrycie włókniną o wymiarach 60cm x 90cm.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 50 – zadanie nr 7

poz. 1: Czy zamawiający dopuści podkład chłonny nieprzemakalny:

- wykonany z pięciu warstw: laminat + wata celulozowa + pulpa celulozowa + wata celulozowa + włóknina PP
- wkład chłonny z pulpy celulozowej
- podfoliowana , nieprzemakalna część spodnia?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 51 – zadanie nr 7

poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'25 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 52 – zadanie nr 7

poz. 2: Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny nieprzemakalny:

w rozmiarze 60 x 180 cm, z wkładem chłonnym 60x90 cm, w całości wykonany z oddychającej włókniny, wyposażony w zakładki umożliwiające zawinięcie podkładu pod materac w celu trwałego umocowania produktu. Wkład chłonny wyposażony w superabsorbent SuperCore umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność 800ml. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii w tym MRSA, E.Coli w chłonnym rdzeniu

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 53 – zadanie nr 7

poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'56 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 54 – zadanie nr 7

poz. 2 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu chłonnego o wymiarach 70x180?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 54a – zadanie nr 7

Pozycja 2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładów chłonnych z warstwy miękkiej rozdrobnionej celulozy oraz nieprzepuszczającej wilgoci folii zewnętrznej, całopowierzchniowe wewnętrzne pokrycie włókniną z bokami z folii do podłożenia pod materac o wymiarach 90cm x 180cm. (wkład chłonny o powierzchni 60 x 90 cm + boki z folii o wymiarach 60 x 90 cm do podłożenia pod materac).

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 55 – zadanie nr 7

poz. 1-2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów chłonnych nieprzemakalnych z wkładem chłonnym z rozdrobnionej warstwy celulozowej?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 56 – zadanie nr 7

poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu ze skrzydłami foliowymi, które w przeciwieństwie do włókniny uniemożliwiają przedostanie się cieczy?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 57 – zadanie nr 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania zestawu dla noworodka w poniższym składzie:

- 1 podkład wysokochłonny 60 x 60 cm
- 1 serweta (owinięcie zestawu) 60 x 60 cm
- 2 serwety poliestrowe bawełnopodobne (kocyki) 80 x 80 cm
- 1 kocyk bawełniany, kolorowy 75 x 160 cm
- 1 bawełniana czapeczka dla noworodka

- 1 szpatułka laryngologiczna, plastikowa
- 1 miarka (centymetr – długość 152cm)

Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 58 – zadanie nr 10

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego pełno barierowego, nieprzemakalnego, niepylącego obłożenia do zabiegów krótkich, uniwersalnego niewzmocnionego wykonanego z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Zewnętrzne opakowanie zestawu oznakowane znakiem CE oraz zawiera: rysunek/zdjęcie produktu, nazwę zestawu, ilość i rozmiar poszczególnych elementów. Każdy zestaw posiadać widoczną datę ważności/ sterylności i nr serii w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestawy bezpiecznie pakowane w dwa kartony transportowe. Informacje graficzne i literalne na opakowaniu jednostkowym jednoznacznie określają sposób jego otwarcia wraz z zastosowanymi skrzydełkami do otwierania. Skład zestawu jest następujący :

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm (warstwa chłonna wykonana z włókniny polipropylenowej o wymiarach 75cm x 190cm)
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm (warstwa chłonna wykonana z włókniny polipropylenowej o wymiarach 60cm x 145cm)
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 59 – zadanie nr 10

poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wykonanego z laminatu o gramaturze min. 56g/m2 z ręcznikami w rozm. 40x20cm, taśmą samoprzylepną w rozm. 9x50cm i serwetą 150x240cm? Reszta zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 60 – zadanie nr 10

poz. 1: Czy Zamawiający dopuści Zestaw uniwersalny 1 do zabiegów krótkich. Sterylny zestaw uniwersalny podstawowy, nie wzmocniony skład zestawu:

- a)1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
- b) 4 ręczniki do rak 30,5 cm x 34cm
- c) 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
- d) 1 taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm
- e) 2 serwety samoprzylepne 2-warstwowe 75 cm x 90 cm (+/- 5 cm)
- f)1 serweta samoprzylepna 2-warstwowa 180 cm x 180 cm
- g) 1 serweta samoprzylepna 2-warstwowa 150 cm x 240 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego minimum 57,5g/m2: pełno barierowego , nieprzemakalnego, niepylącego

Materiał obłożenia spełnia normę PN EN 13795. Zestaw posiada etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania oraz graficzne przedstawienie ułożenia serwet??

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 61 – zadanie nr 10

poz. 1Czy Zamawiający dopuści Zestaw uniwersalny 1 do zabiegów krótkich. Sterylny zestaw uniwersalny podstawowy, nie wzmocniony skład zestawu:

- a)1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
- b) 4 ręczniki do rak 30,5 cm x 34cm
- c) 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
- d) 1 taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm
- e) 2 serwety samoprzylepne 2-warstwowe 75 cm x 90 cm (+/- 5 cm)
- f)1 serweta samoprzylepna 2-warstwowa 150 cm x 180 cm
- g) 1 serweta samoprzylepna 2-warstwowa 150 cm x 230 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego minimum 57,5g/m2: pełno barierowego , nieprzemakalnego, niepylącego

Materiał obłożenia spełnia normę PN EN 13795. Zestaw posiada etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania oraz graficzne przedstawienie ułożenia serwet??

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 62 – zadanie nr 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego w składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm,

- 2 x serweta boczna 75x90 cm, przylepna
- 1 x serweta dolna 175x200 cm, przylepna na krótszym boku
- 1 x serweta górna 150x240 cm, przylepna
- 1 x taśma lepna, z włókniny SMS 10x50 cm
- 4 x ręcznik chłonny z włókniny celulozowo-poliestrowej 30x40 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z mocnego, jednorodnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen), o gramaturze max. 55g/m² o odporności na penetrację płynów

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 63 – zadanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści „Zestaw uniwersalny 1 do zabiegów krótkich. Sterylny zestaw uniwersalny podstawowy nie wzmocniony” o następującym składzie:

- 1 x Serweta na stolik narzędziowy standardowa wymiary 190x150 cm
- 1 x Taśma przylepna wymiary 50x10 cm
- 4 x Ręcznik wymiary 25x19 cm
- 1 x Serweta na stolik Mayo wymiary 145x80 cm
- 1 x Samoprzylepne obłożenie wymiary 240X150
- 1 x Samoprzylepne obłożenie pola operacyjnego wzmocnione wymiary 175X175 cm
- 2 x Samoprzylepne obłożenie pola operacyjnego wzmocnione wymiary 75X90 cm ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 64 – zadanie nr 10

Czy zamawiający dopuści sterylne zestaw uniwersalny podstawowy, nie wzmocniony w składzie:

- a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
- b) 2 ręczniki 30 cm x 40 cm
- c) 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
- d) 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm
- e) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm
- f) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm z dzielonym paskiem samoprzylepnym 15 + 70 + 15 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 65 – zadanie nr 10

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego cenowo prosimy o dopuszczenie zestawu o następującym składzie:

- serweta na stolik instrumentariuszki 140 x 190 cm (w SIWZ wymagana 150 x 190 cm)
- ręczniki 30 x 40 cm – 2 szt. (wymagane 30 x 20 cm)
- serweta na stolik Mayo 79 x 145 cm (wymagana 79 x 145 cm)
- taśma lepna 9 x 49 cm (wymagana 9 x 25 cm)
- serwety samoprzylepne 75 x 90 cm – 2 szt.
- serweta samoprzylepna 175 x 175 cm
- serweta samoprzylepna 150 x 240 cm (wymagana 140x 240 cm), spełniającego pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 66 – zadanie nr 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania zestawu uniwersalnego podstawowego w poniższym składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta samoprzylepna 180 x 180 cm;
- 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm;
- 2 serwety samoprzylepne 75 x 100 cm;
- 2 włókninowe OP taśmy 10 x 50
- 4 ręczniki 30 x 40

Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 67 – zadanie nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62g/m². Odporność na przenikanie cieczy – min.200 cm H₂O. Zestaw zgodny z normą PN EN 13795:2011.

Skład:

- 1 osłona na stolik Mayo 80x145cm
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm – owinięcie zestawu
- 1 serweta przylepna 150x240cm
- 1 serweta przylepna 170x 180cm
- 2 serwety przylepne 75x90cm
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę

dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, graficznie przedstawiony skład zestawu wraz z rozmiarami elementów. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 68 – zadanie nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 10 niżej opisanego zestawu uniwersalnego, nieznacznie różniącego się od opisanego w SIWZ?

Zestaw uniwersalny do zabiegów krótkich. Sterylny zestaw uniwersalny podstawowy, nie wzmocniony skład zestawu:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150cm x 190cm
- 2 ręczniki do rąk 30,5 x 34 cm
- 1 serweta na stolik Mayo 78 cm x 145cm
- 1 taśma samoprzylepna 9cm x 50 cm
- 2 serwety samoprzylepne 2-warstwowe 75 cm x 90 cm
- 1 serweta samoprzylepna 2-warstwowa 180cm x 180cm
- 1 serweta samoprzylepna 2-warstwowa 150cm x 240cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego 60g/m²: pełnobarierowego, nieprzemakalnego, niepyłącego.

Materiał obłożenia spełnia normę PN EN 13795. Zestaw posiada etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta w formie nazwy brandu. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania oraz graficzne przedstawienie ułożenia serwet.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 69 – zadanie nr 10 i 11

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga serwet z mocnej, chłonnej włókniny na całej powierzchni serwet?

Odpowiedź: Tak. Wymagamy serwet z mocnej, chłonnej włókniny na całej powierzchni serwet.

Pytanie nr 70 – zadanie nr 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu operacyjnego wzmocnionego w składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm ze wzmocnieniem chłonnym 60x190 cm
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 55x88 cm
- 2 x serweta boczna 75x90 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 37x90cm, przylepna
- 1 x serweta dolna 175x200 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50x75cm, przylepna na krótszym boku
- 1 x serweta górna 150x240 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50x75cm, przylepna
- 1 x taśma lepna, z włókniny SMS 10x50 cm
- 4 x ręcznik chłonny z włókniny celulozowo-poliestrowej 30x40 cm o gramaturze 54,9 g/m²

Serwety okrywające pacjenta wykonane z mocnego, chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen). Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 71 – zadanie nr 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania zestawu uniwersalnego wzmocnionego w poniższym składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150cm x 190cm;
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm;
- 4 x ręczniki
- 2 serwety samoprzylepne 75x 100cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma lepna 6 x 100cm,
- 1 serweta samoprzylepna 180cm x 180cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm, taśma lepna 6 x 100cm,
- 1 serweta samoprzylepna 150cm x 240cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm, taśma lepna 6 x 100cm,

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 72 – zadanie nr 11

poz. 1: Czy Zamawiający dopuści Zestaw uniwersalny 2 do zabiegów dużych Sterylny zestaw uniwersalny wzmocniony o następujących parametrach:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m² i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m²

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m² i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m²

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m² i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura

w strefie wzmocnionej 140 g/m²

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókny typu spunlace

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m² i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m² oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m².

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 73 – zadanie nr 11

poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

skład	ilość	rozmiar
serweta z przylepcem wykonana z laminatu trójwarstwowego o gramaturze min. 73g/m ² na całej powierzchni	1	240x150
serweta z przylepcem wykonana z laminatu trójwarstwowego o gramaturze min. 73g/m ² na całej powierzchni	1	180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku wykonana z laminatu trójwarstwowego o gramaturze min. 73g/m ² na całej powierzchni	2	90x75
taśma medyczna	1	50x9
serweta na stół instrumentalny ze wzmocnieniem w rozm. 66x150cm	1	190x150
serweta na stolik Mayo ze wzmocnieniem w rozm. 85x76cm	1	145x80
serwetki do rąk z niepylającej włókny kompresowej o gramaturze min. 40g/m ²	4	40x20

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 74 – zadanie nr 11

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej obłożenia do zabiegów dużych, uniwersalnego wzmocnionego wykonanego z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókny (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności o gramaturze 55g/m². Serwety posiadające dodatkowy obszar wzmocnień z włókny polipropylenowej o całkowitej gramaturze 110 g/m². Chłonność warstwy zewnętrznej min. 450%. Całkowita chłonność warstwy zewnętrznej wraz ze wzmocnieniami min. 950 %. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H₂O. Zewnętrzne opakowanie zestawu oznakowane znakiem CE oraz zawiera: rysunek/zdjęcie produktu, nazwę zestawu, ilość i rozmiar poszczególnych elementów. Każdy zestaw posiadać widoczną datę ważności/sterylności i nr serii w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestawy bezpiecznie pakowane w dwa kartony transportowe. Informacje graficzne i literalne na opakowaniu jednostkowym jednoznacznie określają sposób jego otwarcia wraz z zastosowanymi skrzydełkami do otwierania. Skład zestawu jest następujący :

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm (warstwa chłonna wykonana z włókny polipropylenowej o wymiarach 75cm x 190cm)
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm (warstwa chłonna wykonana z włókny polipropylenowej o wymiarach 60cm x 145cm)
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm (pad 50 x 75 cm)
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 175 cm (pad 50 x 75 cm)
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75 x 90 cm (pad 36 x 90 cm)
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm o gramaturze 55g/m².

+

Osobno pakowany uchwyt velcro o wymiarach 2 x 23cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 75 – zadanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści „Zestaw uniwersalny 2 do zabiegów dużych Sterylny zestaw uniwersalny wzmocniony” o następującym składzie:

1 x Serweta na stolik narzędziowy, wymiary 190x150 cm

1 x Taśma przylepna wymiary 50x10 cm

4 x Ręcznik wymiary 25x19 cm

1 x Serweta na stolik Mayo wymiary 145x80 cm

1 x Samoprzylepne obłożenie wymiary 240X150

1 x Samoprzylepne obłożenie pola operacyjnego wzmocnione wymiary 175X175 cm

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Czy zamawiający dopuści sterylny zestaw uniwersalny, trójwarstwowy w składzie:

- Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu trzywarstwowego: włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa. Gramatura laminatu 74 g/m² Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji: tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.

Zestaw uniwersalny jałowy, 2-warstwowy wzmocniony w składzie:

- Odpowiedź:** Dopuszczamy zestaw pierwszy. Nie dopuszczamy zestawu drugiego.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 11 niżej opisanego zestawu uniwersalnego? Zestaw uniwersalny do zabiegów dużych Sterylny zestaw uniwersalny wzmocniony

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną spunlace o gramaturze 70 g/m².

- 1 osłona na stolik Mayo 80x145cm, ze wzmocnieniem min. 60x85cm
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm – owinięcie zestawu

- 1 serweta przylepna 150x240cm, wzmocniona na powierzchni 50x75cm, taśma samoprzylepna o wymiarach 90 x 5 cm
- 1 serweta przylepna 175x200cm, wzmocniona na powierzchni min. 50x75cm
- 2 serwety przylepne 75x90cm wzmocnione na powierzchni min. 45x60cm
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68g/m²

Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 wymagania wysokie, odporny na penetrację płynów i mikroorganizmów, odporny na uszkodzenia mechaniczne, klej umożliwiający użytkowanie serwety zgodnie z opracowanymi standardami i instrukcjami obłożenia pola operacyjnego. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, graficznie przedstawiony skład zestawu wraz z rozmiarami elementów. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 79 – zadanie nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną spunlace o gramaturze 70 g/m².

Skład:

- 1 osłona na stół Mayo 80x145cm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m².
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm – owinięcie zestawu
- 1 serweta 150x240cm, z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" otoczonym wzmocnieniem na powierzchni 60x70cm
- 1 serweta przylepna 200x240cm, ze wzmocnieniem 50x75cm
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68gsm

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego, pełnobarierowego, nieprzemakalnego, niepylącego. Materiał obłożenia spełnia normę PN EN 13795. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, graficznie przedstawiony skład zestawu wraz z rozmiarami elementów. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 80 – zadanie nr 12

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej obłożenia uniwersalnego wzmocnionego z serwetą z wycięciem U wykonanego z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności o gramaturze 55g/m². Serwety posiadające dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o całkowitej gramaturze 110 g/m². Chłonność warstwy zewnętrznej min. 450%. Całkowita chłonność warstwy zewnętrznej wraz ze wzmocnieniami min. 950 %. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H₂O. Zewnętrzne opakowanie zestawu oznakowane znakiem CE oraz zawiera: rysunek/zdjęcie produktu, nazwę zestawu, ilość i rozmiar poszczególnych elementów. Każdy zestaw posiadać widoczną datę ważności/ sterylności i nr serii w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestawy bezpiecznie pakowane w dwa kartony transportowe. Informacje graficzne i literalne na opakowaniu jednostkowym jednoznacznie określają sposób jego otwarcia wraz z zastosowanymi skrzydełkami do otwierania. Skład zestawu jest następujący :

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm (warstwa chłonna wykonana z włókniny polipropylenowej o wymiarach 75cm x 190cm)
- 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm (warstwa chłonna wykonana z włókniny polipropylenowej o wymiarach 60cm x 145cm)
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna typu "U" ("U" 15 x 95 cm) z padem chłonnym 260 x 200 cm (pad 100 x 175 cm)
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 170 x 250 cm (pad 50 x 75 cm)
- 1 serweta nieprzylepna 150 x 200 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

+

Osobno pakowana taśma samoprzylepna o wymiarach 10 x 50cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 81 – zadanie nr 12

Czy w zestawie uniwersalnym z serwetą „U”, pkt d) Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną o wymiarach 260x220 cm z wycięciem U w rozmiarze 105x10cm i wzmocnieniem 100x87? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 82 – zadanie nr 12

Prosimy o dopuszczenie zestawu o następującym składzie:

- serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm
- ręczniki chłonne 18 x 25 cm – 4 szt.
- stolik Mayo 75 x 145 cm
- serweta samoprzylepna 200 x 260 cm z wycięciem U 20 x 102 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego
- serweta samoprzylepna 175 x 240 cm
- taśma samoprzylepna 9 x 50 cm
- serweta samoprzylepna 90 x 75 cm

Proponowane przez nas zmiany są nieznaczne i nie będą wpływać na walory użytkowe.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 83 – zadanie nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 12 niżej opisanego zestawu?

Zestaw uniwersalny z serwetą z wycięciem "U" wzmocniony, skład

zestawu:

a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150

cm x 190 cm

b) 4 ręczniki 30,5x34cm,

c) 1 serweta na stolik Mayo 78 cm x 145 cm ze wzmocnieniem z laminatu PE+PP

d) 1 serweta samoprzylepna w rozmiarze 230cmx260cm z wycięciem U" o rozmiarze 20cmx100cm z łatą chłonną 140x75cm,

e) serweta samoprzylepna 150x 240cm

f) 1 taśma samoprzylepna włókninowa 9cmx50cm

g) serweta przylepna 75x90cm

Obłożenie wykonane z laminatu trójwarstwowego (PE+PP+PP) w strefie dedykowanej dla pacjenta o gramaturze 75g/m² z pełnobarierowego, nieprzemakalnego, niepylącego materiału. Serweta główna posiada dodatkową łatę chłonną o gramaturze 80g/m². Całkowita gramatura 155g/m²

Materiał obłożenia spełnia normę PN EN 13795. Zestaw posiada etykiety samoprzylepne zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane jednoznacznie identyfikujące producenta w postaci nazwy brandu. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania oraz graficzne przedstawienie serwet wraz z rozmiarami.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 84 – zadanie nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 13 niżej opisanego zestawu?

1x serweta na stolik narzędziowy 150x190cm wzmocniona warstwą chłonną wielkości 75x190 cm – opakowanie zestawu

1 x serweta na stolik Mayo 78 x 145 cm wzmocnione warstwą chłonną

1 x serweta przylepna 75x90 cm (3-warstwowa z łatą chłonną)

1 x serweta 75x80cm (2-warstwowa)

1 x serweta 150x250 cm, otwór typu "U" przylepny 7x70 cm ze taśmą przylepną wokół otworu

2 x taśma włókninowa taśma przylepna 9x50cm

4 s ręczniki do rąk

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu trójwarstwowego o gramaturze 75g/m², pełnobarierowego, nieprzemakalnego, niepylącego

Materiał obłożenia spełnia normę PN EN 13795. Zestaw posiada etykiety samoprzylepne zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane jednoznacznie identyfikujące producenta w postaci nazwy brandu. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania oraz graficzne przedstawienie serwet wraz z ich wymiarami.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 85 – zadanie nr 13

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia do operacji tarczycy wzmocnionego wykonanego z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności o gramaturze 55g/m². Serwety posiadające dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o całkowitej

gramaturze 110 g/m². Chłonność warstwy zewnętrznej min. 450%. Całkowita chłonność warstwy zewnętrznej wraz ze wzmocnieniami min. 950 %. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H₂O. Zewnętrzne opakowanie zestawu oznakowane znakiem CE oraz zawiera: rysunek/zdjęcie produktu, nazwę zestawu, ilość i rozmiar poszczególnych elementów. Każdy zestaw posiadać widoczną datę ważności/ sterylności i nr serii w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestawy bezpiecznie pakowane w dwa kartony transportowe. Informacje graficzne i literalne na opakowaniu jednostkowym jednoznacznie określają sposób jego otwarcia wraz z zastosowanymi skrzydełkami do otwierania. Skład zestawu jest następujący :

- 1 serwetka na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serwetka na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 samoprzylepna serwetka operacyjna typu „U” („U” 10 x 65 cm) z padem chłonnym 150 x 240 cm (pad 60 x 70 cm)
- 1 samoprzylepna serwetka operacyjna z padem chłonnym 200 x 240 cm (pad 50 x 75 cm)
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 86 – zadanie nr 14

Sterylny zestaw przeznaczony do tracheotomii.

Czy zamawiający dopuści (na potrzebę próbek przetargowych) serwetkę operacyjną o wymiarach 175 x 240 cm, posiadającą samoprzylepny otwór w kształcie rombu o wymiarach boków 11 cm każdy? Oferent zobowiązuje się, iż w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej, otwór w serwetce zostanie zmieniony na trójkątny.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 87 – zadanie nr 15

poz. 1: Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z 4 etykietami samoprzylepnymi typu TAG służące do archiwizacji danych?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 88 – zadanie nr 15 i 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby na opakowaniu fartuchów opisanych w zadaniu nr 15 i 16 znajdowały się 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające min. Nr katalogowy, LOT, datę ważności i nazwę brandu, jednoznacznie identyfikującą producenta?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 89 – zadanie nr 15 i 16

Czy zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez fartuchy ręczników sterylnych chłonnych, niepylących do wycierania rąk przed chirurgiczną dezynfekcją? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, odstąpimy.

Pytanie nr 90 – zadanie nr 15 i 16

Czy Wykonawca może dostarczyć 3 sztuki próbek tego samego rozmiaru, czy Zamawiający wymaga, aby były różne rozmiary?

Odpowiedź: Wymagamy różnych rozmiarów.

Pytanie nr 91 – zadanie nr 15 i 16

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów, posiadających na opakowaniu 2 etykiety samoprzylepne zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Informacja o producencie umieszczona jest na etykiecie głównej produktu.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 92 – zadanie nr 16

poz. 1: Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z 4 etykietami samoprzylepnymi typu TAG służące do archiwizacji danych?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 93 – zadanie nr 17

poz. 1: Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny o odporności na rozciąganie - 40N/50mm, rozmiarach M, L, XL, XXL oraz rękawami zakończonymi antyalergicznymi mankietami – 100% poliestr – z potwierdzeniem w formie oświadczenia producenta, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 94 – zadanie nr 17

poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów z rękawami zakończonymi poliestrowym mankietem, co zostanie potwierdzone kartą danych technicznych wydaną przez producenta, pakowany bez ręczników, o odporności na wypychanie min. 64,8 kPa, odporności na rozciąganie wzdłuż min. 171,5N i w poprzek min. 73,4N?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 95 – zadanie nr 17

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha w rozmiarach M, L, XL, XXL,

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 96 – zadanie nr 18

Czy zamawiający dopuści serwetę pod pacjenta o wymiarach 75 x 100 cm z workiem do zbiórki płynów wykonaną z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m². Serweta posiada zakładkę do aseptycznej aplikacji pod pacjenta o szerokości min. 18 cm oraz torbę do zbiórki płynów w kształcie trójkąta ze sztywnikiem i podziałką ilościową. (3500 ml)?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pytanie nr 97 – zadanie nr 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej serwety pod pośladki zabezpieczającej łóżko przed zanieczyszczeniem o gramaturze 70g/m² o wymiarach 96x118 cm ze wzmocnieniem 52x45 cm w części podpośladkowej ze zintegrowaną, skalowaną torbą na płyny 67x82 cm ze sztywnikiem, pakowana w papier zabezpieczający i wentylowaną torbę foliową do sterylizacji. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 98 – zadanie nr 18

poz. 1: Czy Zamawiający dopuści:

1 x serweta porodowa o wymiarach 114cm x 150cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 60 g/m², w strefie krytycznej wzmocnienie o gramaturze 80 g/m². Rozmiar wzmocnienia w strefie krytycznej 25cm x 50cm, serweta zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm wyposażoną w sztywnik w górnej części torebki, filtr w dolnej, wewnętrznej części torby i port do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwia podłączania drenów o różnej średnicy.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku o twierdzenia oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 99 – zadanie nr 18

poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety do przechwytywania płynów w kształcie stożka z wkładką modelującą, z włókniny dwuwarstwowej min 56g/m², z częścią pod pośladkową o dł. 35cm ,całkowita dł. 113cm, jałowa, wysterylizowana EO. Na opakowaniu centralna etykieta z dwiema naklejkami z nr serii, datą ważności, nazwą producenta służąca do wklejania do dokumentacji medycznej.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 100 – zadanie nr 18

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 100x109? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 101 – zadanie nr 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania zestawu porodowego (serweta pod pośladki) w poniższym składzie:

· 1 serweta o wymiarach 100cm x 110cm, ze zbiornikiem na płyny w kształcie trójkąta, wyposażonym w separator części stałych od płynnych, kształtkę (sztywnik) pozwalającą na wyprofilowanie otworu wlotowego, taśmę lepłą (2,5x60cm) oraz zawór do odprowadzania płynów.

Sterylny, jednorazowego użytku, materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni, opakowanie zewnętrzne typu folia-papier, cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie, gramatura 62g/m², zgodność z normą PN-EN 13795.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 102 – zadanie nr 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cesarskiego cięcia wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O.

Skład :

- 1 osłona na stół Mayo o min. wym. 80x145cm
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm – owinięcie zestawu
- 1 serweta główna w kształcie litery T o min. wym. 250x315cm, z przylepnym oknem wypełnionym w 100% folią chirurgiczną, otoczonym torbą do zbiórki płynów z 2. zaworkami spustowymi
- 1 serweta dla noworodka wykonana z włókniny typu Spunlace 50 g/m² o min. wym. 90x100cm
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm
- 2 ręczniki 30x40cm

- 1 kieszeń dwukomorowa ze sztywnikiem 30x40cm

- 2 fartuchy chirurgiczne wzmocnione z włókniny SMMMS o gramaturze 35g/m², wzmocnione paroprzepuszczalnym laminatem PP/PE o gramaturze min. 40g/m², czterościeżkowy szew ultradźwiękowy na całej powierzchni fartucha, rękaw typu raglan, elastyczny ściągacz wykonany z tkaniny poliestrowej o długości min. 7cm, wzmocnienia klejone na całym obwodzie w części przedniej i w ¾ wysokości rękawów; rozmiar XL - długość 140 cm

- 1 fartuch chirurgiczny wzmocniony z włókniny SMMMS o gramaturze 35g/m², wzmocnione paroprzepuszczalnym laminatem PP/PE o gramaturze min. 40g/m², czterościeżkowy szew ultradźwiękowy na całej powierzchni fartucha, rękaw typu raglan, elastyczny ściągacz wykonany z tkaniny poliestrowej o długości min. 7cm, wzmocnienia klejone na całym obwodzie w części przedniej i w ¾ wysokości rękawów; rozmiar XL - długość 140 cm

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego, pełnobarierowego, nieprzemakalnego, niepylącego. Materiał obłożenia spełnia normę PN EN 13795. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, graficznie przedstawiony skład zestawu wraz z rozmiarami elementów. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 103 – zadanie nr 19

Sterylny Zestaw do cesarskiego cięcia

Pkt g) Czy Zamawiający dopuści wzmocniony fartuch chirurgiczny z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m², wyposażony w nieprzemakalne wstawki na przodzie i na rękawach wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min 28 g/m²? Fartuch ten spełnia wymagania wysokie normy EN 13795 dla wszystkich parametrów zarówno w obszarze krytycznym jak i mniej krytycznym.


Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 104 – zadanie nr 19


Sterylny Zestaw do cesarskiego cięcia

Pkt d) Czy Zamawiający dopuści serwetę do cięcia cesarskiego o podanych niżej wymiarach? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ.

Obłożenie 300x250/175cm, otwór z folią do nacięcia 17,5x16cm



i torbą na płyny 75x95cm z 2 zaworami spustowymi, 4 uchwytami na przewody i pianką techniczną, która umożliwia łatwe formowanie i bezpieczne użytkowanie.



Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 105 – zadanie nr 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do zabiegów ginekologicznych w poniższym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm

2 ręczniki do rąk 30 x 40cm
1 serweta 100 x 100cm
1 uchwyt samoprzylepny typu Velcro 2,5 x 15cm

1 serweta ginekologiczna w kształcie litery T 180/255 x 200cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny, samoprzylepnym otworem 12 x 25cm i zbiornikiem na płyny wyposażonym w separator części stałych od płynnych i zawór do odprowadzania płynów

Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 106 – zadanie nr 20

poz. 1: Czy Zamawiający dopuści sterylne zestawy do zabiegów ginekologicznych dolnych bez worka o następujących parametrach:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 200 cm z otworem w kształcie rombu o wymiarach 8 cm x 12 cm, wykonana z chłonnej i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m²

2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m²

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m².

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 107 – zadanie nr 20

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia do zabiegów ginekologicznych wykonanego z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m². Zewnętrzne opakowanie zestawu oznakowane znakiem CE oraz zawiera: rysunek/zdjęcie produktu, nazwę zestawu, ilość i rozmiar poszczególnych elementów. Każdy zestaw posiadać widoczną datę ważności/ sterylności i nr serii w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestawy bezpiecznie pakowane w dwa kartony transportowe. Informacje graficzne i literalne na opakowaniu jednostkowym jednoznacznie określają sposób jego otwarcia wraz z zastosowanymi skrzydełkami do otwierania. Skład zestawu jest następujący:

-1 serweta na stolik narzędziowy 150 x 100 cm

-1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z otworem (7 x 10 cm) 100 x 200 cm

-1 serweta nieprzylepna 75 x 90 cm

-2 osłony na kończynę długie 75 x 120 cm

-4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 108 – zadanie nr 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do zabiegów ginekologicznych w składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE ze wzmocnieniem w części krytycznej

2 x nogawice 79x140 cm z repelentnej włókniny SMMMS

2 x ręcznik chłonny 20x30 cm

1 x serweta 75x120 cm z przylepnym decentralnym otworem w kształcie rombu 8x18 cm wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu. Posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795:1,2,3. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 109 – zadanie nr 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 20 niżej opisanego zestawu?

Sterylny zestaw do zabiegów ginekologicznych dolnych bez worka; Skład:

1 x serweta na stolik instrumentariuszki 100cm x 150cm; 2 x długie osłony na kończyny dolne 75 x 120cm; 1 x serweta do ginekologii 100cm x 175cm z otworem 9cm x 15 cm w okolicach krocza, otoczonym taśmą samoprzylepną, umieszczonym centralnie.

Materiał obłożenia spełnia wymagania normy PN EN 13795 – wymagania wysokie. Cztery etykiety samoprzylepne dla

potrzeb dokumentacji zawierające min: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane jednoznacznie identyfikujące producenta w postaci nazwy brandu. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 110 – zadanie nr 21

pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do operacji kolana z serwetą pomocniczą w rozmiarze 150x200, pakowaną osobno, wszystko zgrzane w jedno opakowanie foliowe, zgodnie z poniższym opisem:

1 serweta na stolik instrumentariuszki	150 x 190cm
1 serweta na stolik Mayo	80 x 145cm; (warstwa chłonna 76cm x 85cm)
2 OP taśmy	10 x 50cm,
1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką	30 x 90cm
4 ręczniki do rąk	30 x 40cm

1 serweta główna 230cm x 320cm z samouszczelniającym otworem (\varnothing 7cm), dodatkowe wzmocnienie chłonne wokół otworu 50 x 50cm (część krytyczna pola operacyjnego), dwa zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów . Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 111– zadanie nr 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 21 poz. 2 niżej opisanego zestawu?

Zestaw do operacji kolana jałowy; z laminatu dwuwarstwowego, pełnobarierowego, nieprzemakalnego, niepyłącego (zgodne z normą EN 13 795), gramatura 60g/m², łata chłonna o gramaturze 80g/m². Całkowita gramatura w części chłonnej 140g/m². opakowanie typu lub tyvec; na opakowaniu 4 naklejki z numerem serii, katalogowym (w tym dwie z kodem kreskowym), datą ważności, identyfikacja producenta do dokumentacji.

Skład zestawu: 1.serweta 300x230 z otworem elastycznym o średnicy 7cm – 1szt, ze wzmocnieniem (łata chłonna) 80x75 i organizatorami przewodów szt – 1; serweta z na stół do instrumentarium 150x190 do zawinięcia zestawu - 1szt; taśma klejąca 50x9cm – 2szt.; pokrowiec na stolik Mayo 145x78cm składany w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki – 1szt, 4 ręczniki do rąk, osłona na kończynę 36x65cm

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 112– zadanie nr 21

Poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji kończyn w składzie:

- 2 x serweta na stolik narzędziowy 152 x 190 cm, wzmocnienie 74x190 cm
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ortopedyczna, wzmocnienie 88x55cm
- 2 x ręczniki chłonne 30x20 cm
- 1 x osłona na kończynę 55x37,5 cm
- 2 x taśma przylepna 9 x 50 cm
- 1 x serweta do operacji kończyny 221x295x335 cm w kształcie litery T (z obłożeniem ramion stołu), z samouszczelniającym się otworem \varnothing 6 cm, ze wzmocnieniem 77 x 114 cm, ze zintegrowanymi dwoma podwójnymi organizatorami przewodów, wykonana z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m², odpornego na penetrację płynów o niskim współczynniku pylenia. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 113– zadanie nr 21

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do operacji kolana wzmocnionego wykonanego z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności o gramaturze 55g/m². Serwety posiadające dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o całkowitej gramaturze 110 g/m². Chłonność warstwy zewnętrznej min. 450%. Całkowita chłonność warstwy zewnętrznej wraz ze wzmocnieniami min. 950 %. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H₂O. Zewnętrzne opakowanie zestawu oznakowane znakiem CE oraz zawiera: rysunek/zdjęcie produktu, nazwę zestawu, ilość i rozmiar poszczególnych elementów. Każdy zestaw posiadać widoczną datę ważności/ sterylności i nr serii w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestawy bezpiecznie pakowane w dwa kartony

transportowe. Informacje graficzne i literalne na opakowaniu jednostkowym jednoznacznie określają sposób jego otwarcia wraz z zastosowanymi skrzydełkami do otwierania. Skład zestawu jest następujący :

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm (warstwa chłonna wykonana z włókny polipropylenowej o wymiarach 75cm x 190cm)
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm (warstwa chłonna wykonana z włókny polipropylenowej o wymiarach 60cm x 145cm)
- 1 serweta do operacji kończyny z padem chłonnym z samouszczelniającym otworem (5 x 7 cm) 320 x 225 cm (pad 105 x 150 cm)
- 1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 x 75 cm
- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 114– zadanie nr 21

poz. 1: Czy zamawiający dopuści zestaw do operacji kolana jałowy w składzie:

- a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
- b) 2 ręczniki 30 cm x 40 cm
- c) 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
- d) 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm
- e) 1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm
- f) 1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm
- g) 1 serweta na kończynę 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 115– zadanie nr 21

poz. 1: Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do operacji kolana o następujących parametrach:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230cm x 300cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m² i wymiarach 100 cm x 50 cm, zintegrowana z ośmioma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m²
 - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
 - 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókny typu spunlace
 - 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm
 - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m² i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m² oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
 - 2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m².
- Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 116– zadanie nr 21

poz. 2: Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do artroskopii kolana o następujących parametrach:

- 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 320 cm , zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym, sztywnikiem i portem do podłączenia drenów wykonaną z transparentnego PE o gramaturze 100 g/m²,
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókny typu spunlace
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m² i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m² oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
- 2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m².

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pytanie nr 117– zadanie nr 21

poz. 2: Czy zamawiający dopuści zestaw do artroskopii kolana jałowy w składzie:

- a) 1 serwetę na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
- b) 2 ręczniki 30 cm x 40 cm
- c) 1 serwetę na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
- d) 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm
- e) 1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm
- f) 1 serwetę operacyjną 180 cm x 150 cm
- g) 1 serwetę do artroskopii kolana 225 cm x 320 cm z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i 7 cm ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz uchwytem typu rzep. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 118– zadanie nr 21

Lp. 1 : Zestaw do operacji kolana jałowy

Czy Zamawiający dopuści na opakowaniu 2 naklejki z numerem serii, kodem kreskowym i datą ważności?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 119– zadanie nr 21

Lp. 1 : Zestaw do operacji kolana jałowy

Czy zamawiający dopuści serwetę z laminatu dwuwarstwowego o wymiarach 190x150 cm? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 120– zadanie nr 21

Lp. 2: Zestaw do artroskopii kolana jałowy

Czy Zamawiający dopuści na opakowaniu 2 naklejki z numerem serii, kodem kreskowym i datą ważności?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 121– zadanie nr 21

Zadanie nr 21, Lp. 2: Zestaw do artroskopii kolana jałowy

Czy Zamawiający dopuści „Zestaw do artroskopii kolana jałowy” o następującym składzie:

- 2x Taśma przylepna, 9x50 cm
 - 1x obłożenie do artroskopii z torbą na płyny, 320x220 cm
 - 1x serwetę operacyjną, 150x100 cm
 - 1x serwetę na stół narzędziowy, wzmocniona, 190 x150 cm
 - 1x serwetę na stolik Mayo, 145 x 80 cm
 - 1x pokrowiec na kończynę
 - 4x ręczniki do osuszania rąk
- Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 122– zadanie nr 21

Poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego zestawu do artroskopii kolana w składzie:

- 2 x serwetę na stolik narzędziowy 152x190 cm (wzmocnienie chłonne 74x190 cm)
- 1 x osłona na stolik Mayo ortopedyczna 80x142 cm (wzmocnienie chłonne 75x100 cm)
- 1 x osłona na kończynę 37,5 x 55 cm 2-warstwowa,
- 2 x taśma przylepna 9x50 cm
- 2 x ręcznik chłonny 30x20 cm
- 1 x osłona na kamerę video 13x240 cm składana teleskopowo, z naciętą końcówką, z kartonikiem ułatwiającym aplikację, z taśmą samoprzylepną,
- 1 x serwetę do artroskopii 221/290x322 cm w kształcie litery T, z obłożeniem ramion stołu, z podwójnym, samouszczelniającym się otworem Ø 5 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z portem do ssaka z zatyczką, z pionowymi i poziomymi kształtkami usztywniającymi umożliwiającymi uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem na końcach usztywnień torby, 2 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep. Serwetę wykonaną z chłonnego laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58 g/m², niepyląca, pełnobarierowa. Odporny na przenikanie płynów. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 123– zadanie nr 21

Poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego zestawu do artroskopii kolana w składzie:

- 2 x serwetę na stolik narzędziowy 152x190 cm (wzmocnienie chłonne 74x190 cm)
- 1 x osłona na stolik Mayo ortopedyczna 80x142 cm (wzmocnienie chłonne 75x100 cm)
- 1 x osłona na kończynę 37,5 x 55 cm 2-warstwowa,
- 2 x taśma przylepna 9x50 cm
- 2 x ręcznik chłonny 30x20 cm

-1 x osłona na kamerę video 13x240 cm składana teleskopowo, z naciętą końcówką, z kartonikiem ułatwiającym aplikację, z taśmą samoprzylepną,
 -1 x serweta do artroskopii 221/290x322 cm w kształcie litery T, z obłożeniem ramion stołu, z podwójnym, samouszczelniającym się otworem Ø 5 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z portem do ssaka z zatyczką, z pionowymi i poziomymi kształtkami usztywniającymi umożliwiającymi uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem na końcach usztywnień torby, 2 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep. Serweta wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58 g/m², niepyląca, pełnobarierowa. Odporny na przenikanie płynów. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 124– zadanie nr 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną spunlace o gramaturze 70 g/m².

Skład:

- 1 osłona na stół Mayo 80x145cm,
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm,
- 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x320cm z elastometrycznym (samouszczelniającym się) owalnym otworem 5x7cm otoczonym wzmocnieniem na powierzchni 105x150cm oraz uchwytem do mocowania kabli i drenów 2,5x25cm
- 1 nieprzylepna serweta 150x150cm,
- 1 osłona na kończynę 35x80cm,
- 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego, pełnobarierowego, nieprzemakalnego, niepyłącego. Materiał obłożenia spełnia normę PN EN 13795. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, graficznie przedstawiony skład zestawu wraz z rozmiarami elementów. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 125– zadanie nr 21

poz.2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną spunlace o gramaturze 70 g/m².

Skład:

- 1 osłona na stół Mayo 80x145cm, składana teleskopowo
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm – owinięcie zestawu
- 1 serweta główna - minimalne wymiary 200x320cm posiadająca 2 elastometryczne (o zmiennej średnicy) otwory na nogę Ø7 i Ø5 cm, worek do przechwytywania płynów z zaworem spustowym i uchwyt („rzep”) do mocowania przewodów i drenów 2,5x25cm
- 1 nieprzylepna serweta pod kończynę 150x150cm,
- 1 osłona na kończynę 35x80cm,
- 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego, pełnobarierowego, nieprzemakalnego, niepyłącego. Materiał obłożenia spełnia normę PN EN 13795. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, graficznie przedstawiony skład zestawu wraz z rozmiarami elementów. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 126– zadanie nr 21

pozycja nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do artroskopii kolana w poniższym składzie:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1 serweta na stół instrumentariuszki | 150 x 190 cm |
| 1 serweta na stół Mayo | 80 x 145 cm; |
| 2 taśmy samoprzylepne | 10 x 50 cm, |

1 osłona na kończyne 35 x 80 cm

1 osłona na przewód do kamery 14 x 250 cm, złożona teleskopowo, z taśmą mocującą

1 serweta pomocnicza 100 x 150 cm

1 serweta główna 200 x 300 cm z samouszczelniającym otworem Ø7cm, zintegrowanym zbiornikiem na płyny wyposażonym w sztywnek do modelowania wlotu oraz zawór do odprowadzania płynów z możliwością podłączenia do ssaka

3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Sterylny, jednorazowego użytku, materiał trzywarstwowy, chłonny na całej powierzchni, osłona Mayo ze wzmocnieniem, złożona teleskopowo, naniesione oznaczenia kierunku rozkładania, opakowanie zewnętrzne typu folia-papier, trzy naklejki z kodem kreskowym, nr serii i datą ważności, zgodność z normą PN-EN 13795.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 127– zadanie nr 21

pozycja nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do artroskopii kolana w poniższym składzie:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm;
- 2 włókninowe OP taśmy 10 x 50cm;
- 1 osłona na kończyne z elastyczną tuniką 30 x 80cm;
- 1 serweta na stół Mayo 80 x 145cm;
- 1 serweta 100 x 150cm;
- 1 foliowa osłona na przewody (złożona teleskopowo) 15 x 250 cm;
- 1 serweta główna 200x 300cm z otworem o średnicy 7 cm, otoczonym łatą chłonną w rozmiarze 50 x 50cm, zintegrowany trójkątny zbiornik do przechwytywania płynów wyposażony w kształtkę (sztywnek), zawór do odprowadzania płynów z możliwością podłączenia ssaka; 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 128– zadanie nr 21

poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 21 poz. 2 niżej opisanego zestawu?

Zestaw do artroskopii kolana jałowy; z laminatu trójwarstwowego, pełnobarierowego, nieprzemakalnego, niepyłącego (zgodne z normą EN 13 795), gramatura 75g/m²; opakowanie typu tyvec; na opakowaniu 4 naklejki z numerem serii, katalogowym (w tym dwie z kodem kreskowym), datą ważności, identyfikacja producenta do dokumentacji.

Skład zestawu: 1.serweta 320x230 z dwoma otworami elastycznymi o średnicy 5cm z workiem na gromadzenie płynów i zaworem do odprowadzenia dookoła otworu szt – 1; serweta pomocnicza (na stół do instrumentarium) 150x190 – 1szt; serweta na stół do instrumentarium 150x190cm do zawinięcia zestawu - 1szt; taśma klejąca 50x9cm – 2szt.; pokrowiec na stół Mayo 145x78cm składany w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki – 1szt, osłona na kończyne 22x75cm, 4 ręczniki do rąk.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 129– zadanie nr 22

poz. 1: Czy zamawiający dopuści zestaw do operacji biodra jałowy w składzie:

a)1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

b)4 ręczniki 30 cm x 40 cm

c)1 serweta na stół Mayo Special 80 cm x 145 cm

samoprzylepna 9 cm x 50 cm

serweta operacyjna 75 cm x 90 cm

x 150 cm

cm x 110 cm

i)1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestetyczny) 225 cm x 270 cm z wycięciem "U" 45 cm x 65 cm, z osłoną podpórki kończyn górnych

wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem "U" 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne, w serwiecie anestetycznej o wymiarach 25 cm x 60 cm (+/- 1 cm), w serwiecie dolnej 100 cm x 50 cm (+/- 1 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m²

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 130– zadanie nr 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego zestawu do operacji biodra w zestawie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy min. 140x190 cm z folii PE ze wzmocnieniem chłonnym 74x190 +/-1cm

- 1 x serweta na stolik Mayo, 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 75x100cm +/-1cm
 - 5 x taśma przylepna, przezroczysta 8x40 cm
 - 1 x osłona na kończyne 30x120cm 2-warstwowa, z warstwą chłonną od wewnętrznej strony
 - 1 x serweta dolna 190x190 cm, przylepna, długość przylepca 85 cm
 - 1 x serweta górna 300x221cm przylepna, długość przylepca 130 cm
 - 1 x serweta do operacji biodra 230x305 cm ze wzmocnieniem chłonnym 70x100 +/- 1cm cm , z wycięciem U 15x117 cm zaopatrzonym w taśmy lepne, które obejmują precyzyjnie zaokrąglenia wycięcia U jednocześnie umożliwiają trójstopniową aplikację na pacjencie.
- Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m2 odpornego na penetrację płynów, o niskim współczynniku pylenia. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 131– zadanie nr 22

Zestaw do operacji biodra jałowy

Czy Zamawiający dopuści na opakowaniu 2 naklejki z numerem serii, kodem kreskowym, datą ważności? pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ)?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 132– zadanie nr 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego zestawu do operacji biodra w zestawie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 140x190 cm z foli PE ze wzmocnieniem chłonnym 74x190 +/-1cm
 - 1 x serweta na stolik Mayo, 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 75x100cm +/-1cm
 - 5 x taśma przylepna, przezroczysta 8x40 cm
 - 1 x osłona na kończyne 30x120cm 2-warstwowa, z warstwą chłonną od wewnętrznej strony
 - 1 x serweta dolna 190x190 cm, przylepna, długość przylepca 85 cm
 - 1 x serweta górna 300x221cm przylepna, długość przylepca 130 cm
 - 1 x serweta do operacji biodra 230x305 cm ze wzmocnieniem chłonnym 70x100 +/- 1cm cm , z wycięciem U 15x117 cm zaopatrzonym w taśmy lepne, które obejmują precyzyjnie zaokrąglenia wycięcia U jednocześnie umożliwiają trójstopniową aplikację na pacjencie.
- Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m2 odpornego na penetrację płynów, o niskim współczynniku pylenia. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 133– zadanie nr 22

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej zestawu do operacji biodra wzmocnionego wykonanego z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności o gramaturze 55g/m2. Serwety posiadające dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o całkowitej gramaturze 110 g/m2. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 450%. Całkowita chłonność warstwy zewnętrznej wraz ze wzmocnieniami min. 950 %. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H2O. Zewnętrzne opakowanie zestawu oznakowane znakiem CE oraz zawiera: rysunek/zdjęcie produktu, nazwę zestawu, ilość i rozmiar poszczególnych elementów. Każdy zestaw posiadać widoczną datę ważności/ sterylności i nr serii w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestawy bezpiecznie pakowane w dwa kartony transportowe. Informacje graficzne i literalne na opakowaniu jednostkowym jednoznacznie określają sposób jego otwarcia wraz z zastosowanymi skrzydełkami do otwierania. Skład zestawu jest następujący :

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm (warstwa chłonna wykonana z włókniny polipropylenowej o wymiarach 75cm x 190cm)
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm (warstwa chłonna wykonana z włókniny polipropylenowej o wymiarach 60cm x 145cm)
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 300 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym ("U" 10 x 95 cm) 245 x 280 cm (pad 150 x 160 cm)
- 1 serweta nieprzylepna 150 x 200 cm
- 1 serweta nieprzylepna 75 x 90 cm
- 1 osłona na kończyne 35 x 120 cm
- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 134– zadanie nr 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaferowania zestawu do operacji biodra z serwetą pomocniczą w rozmiarze 150x200.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 135– zadanie nr 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w zadaniu nr 22 niżej opisanego zestawu?

Zestaw do operacji biodra jałowy: serweta z laminatu pełnobarierowego, nieprzemakalnego, niepyłącego dwuwarstwowego (zgodność z normą EN 13795), o gramaturze min. 60g/m² z łąką chłonną o gramaturze 80g/m². Całkowita gramatura w części chłonnej 140g/m², opakowanie typu Tyvec, na opakowaniu 4 naklejki z numerem serii, katalogowym (w tym dwie z kodem kreskowym), datą ważności, identyfikacja producenta do dokumentacji. Skład zestawu: 1. serweta na instrumentarium 150x190 – 1 szt 2. osłona na stół mayo 78x145 szt-1 3. taśma 9x50 – szt 2 4. osłona na kończynę 36x120 szt - 1 5. serweta przylepna 150x240 ze wzmocnieniem 15x50cm szt- 1, 6. serweta przylepna z otworem w kształcie litery U 20x85 z dodatkową łąką chłonną wokół otworu 50x100 szt-1 7. serweta pomocnicza 100x150.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 136– zadanie nr 24

poz. 1-4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwet z laminatu o gramaturze min 56g/m²?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 137– zadanie nr 24

pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gr 56g/m²?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 138– zadanie nr 24

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania sterylnej serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) o gramaturze 55 g/m² i wymiarach 150cm x 200cm.

55

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 139– zadanie nr 24

Pozycja 2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania sterylnej serwety samoprzylepnej wykonanej z laminatu dwuwarstwowego (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) o gramaturze 55 g/m² i wymiarach 150cm x 240cm.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 140– zadanie nr 24

Pozycja 3. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania sterylnej serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) o gramaturze 55 g/m² i wymiarach 75cm x 90cm z otworem samoprzylepnym Ø 10cm

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 141– zadanie nr 24

Pozycja 4. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania sterylnej serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) o gramaturze 55 g/m² i wymiarach 120cm x 150cm z otworem samoprzylepnym Ø 7cm.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 142– zadanie nr 24

pozycja nr 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety w rozmiarze 150x200.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 143– zadanie nr 24

pozycja nr 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety w rozmiarze 150x200 z przylepcem na dłuższym boku.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 144– zadanie nr 24

pozycja nr 4: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, serwety w jakim rozmiarze oczekuje, ponieważ nie ma serwet w rozmiarze 120x1500cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 145– zadanie nr 24

pozycja nr 4: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety w rozmiarze 75x100cm z przylepnym otworem.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 146– zadanie nr 24

pozycja nr 6: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kieszeni na narzędzia w rozmiarze 30x40cm.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 147– zadanie nr 24

pozycja nr 7: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nogawicy zgodnie z poniższym opisem:

Sterylna, jednorazowego użytku, rozmiar 35x120 cm, gramatura 58g/m², dwie taśmy samoprzylepne 10x50 cm, wykonana z włókniny polipropylenowej, zgodność z normą EN-13795.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 148– zadanie nr 24

Pozycja 5. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnych ręczników o wymiarach min. 30cm x 30cm pakowanych a' 2 szt.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 149– zadanie nr 24

Pozycja 6. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej kieszeni dwukomorowej o wymiarach 38cm x 43cm.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 150– zadanie nr 24

Pozycja 7. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej osłony na kończynę klejoną lub zgrzewaną o wymiarach 35cm x 120cm oraz oddzielnie pakowane taśmy samoprzylepne 10cm x 50cm w liczbie 2 sztuki.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 151– zadanie nr 24

Lp. 5. Ręczniki sterylne chłonne, niepyłące do wycierania rąk przed chirurgiczną dezynfekcją, rozmiar 30/40 x40 pakowane po 2 szt. papier-folia

Zwracamy się z prośbą o wyłącznie wyżej wymienionego podpunktu z zadania 24 i utworzenie z niego oddzielnego przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 152– zadanie nr 24

pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści serwetę o gr 56g/m², w rozmiarze 90x120cm, z przylepnym otworem o śr Ø 10cm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 153– zadanie nr 24

pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści ręczniki sterylne chłonne pakowane a'1 szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 154– zadanie nr 24

pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści kieszeń na narzędzia, dwukomorowa 40x30cm sterylna, opakowanie papier-folia?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 155– zadanie nr 24

pozycja 7: Czy Zamawiający dopuści nogawicę z 2 taśmami klejącymi w wym. 50x10cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 156– zadanie nr 24

pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na stół Mayo o wym. 140x80cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 157– zadanie nr 24

poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozm. 90x150cm z przylepnym otworem o średnicy 8cm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 158– zadanie nr 24

poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ręczników wykonanych z celulozy w rozm. 40x50cm?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 159– zadanie nr 24

poz. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni w rozm. 42x35cm?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 160– zadanie nr 24

poz. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nogawicy z dwoma taśmami klejącymi w rozmiarze 50x9cm?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 161– zadanie nr 24

poz.2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji serwety w rozmiarze 150x200 cm ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 162– zadanie nr 24

poz.3: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie serwety z otworem o średnicy 6 cm lub 10 cm

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na serwetę z otworem o średnicy 10cm.

Pytanie nr 163– zadanie nr 24

poz.6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji kieszeni w rozmiarze 30x40 cm ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 164– zadanie nr 24

poz.7: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie osłony na kończynę w rozmiarze 120x30 cm, dwie taśmy klejące w rozmiarze 9x50 cm pakowane osobno . Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 165– zadanie nr 25

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, ultra cienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonanej z poliuretanu o grubości 22 +/-1 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta. Brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 60x45cm (całkowita 70x45cm). Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna. Opakowanie zbiorcze: karton 15 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Sterylizacja radiacyjna.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 166– zadanie nr 25

poz. 1: Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną sterylną z poliuretanu, o wymiarach 60x52 cm, część lepna 60x46cm, sterylizowana tlenkiem etylenu, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 167– zadanie nr 26

poz. 1: Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, włókninowy koc z poliestrowym wypełnieniem, 210cmx110 cm; Warstwa zew.: z 2 stron włóknina typu Spunnbond, 22g/m2, zamknięta, warstwa wew.: poliestr 60g/m2 , może być podgrzany w urządzeniu podgrzewającym, szyty ultardźwiękowo, nie zawiera lateku, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 168– zadanie nr 26

poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'25 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak. Wyrażamy zgodę.

(-) Sekretarz Komisji
Dorota Wnuk