

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

05-200 Wołomin,
ul. Gdyńska 1/3
Pieczętka zamawiającego

Wołomin 20/11/2018

Odpowiedź nr 1

OTRZYMUJĄ WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na :

DOSTAWĘ PŁYNÓW INFUZYJNYCH ORAZ PŁYNÓW DO PRZEPŁUKIWAŃ DLA SZPITALA W WOŁOMINIE W PODZIALE NA ZADANIA

nr sprawy- ZAM/17/2018.

Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych –
wpłynęły zapytania dotyczące SIWZ:

1. Czy Zamawiający w Pakiecie 1 w pozycji 1-6 wyrazi zgodę na zaoferowanie płynów infuzyjnych w opakowaniu typu butelka stojąca z dwoma portami?
ODPOWIEDŹ; Zamawiający wymaga płynów infuzyjnych w opakowaniach typu worki z dwoma niezależnymi portami. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 1 pozycji 1-6, co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?
ODPOWIEDŹ; Zamawiający wymaga płynów infuzyjnych w opakowaniach typu worki z dwoma niezależnymi portami. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.
3. Czy Zamawiający w Pakiecie 3 w pozycji 1-5 wymaga zaoferowania płynów infuzyjnych w opakowaniu butelka stojąca z dwoma portami?
ODPOWIEDŹ; Zamawiający wymaga płynów infuzyjnych w opakowaniach stojących z dwoma niezależnymi portami. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.
4. Czy Zamawiający w Pakiecie 7 w pozycji 1-6 wymaga zaoferowania płynów infuzyjnych w opakowaniu butelka stojąca z dwoma portami?
ODPOWIEDŹ; Zamawiający wymaga płynów infuzyjnych w opakowaniach stojących z dwoma niezależnymi portami. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z **zadaniu III, pozycji 6,7,8** do odrębnego Zadania. Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczby oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.
ODPOWIEDŹ; Zamawiający wymaga płynów infuzyjnych w opakowaniach stojących z dwoma niezależnymi portami. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **zadaniu VIII**, pozycja 1,2,5 preparatu: Natrium Chloratum 0,9% do irygacji – przepłukiwania 500 ml typu pour bottle , jałowa, w butelce odkręcaniej

kwadratowej z zabezpieczeniem, aby kropla wylewanego płynu nie mogła potoczyć się po zewnętrznej stronie butelki. Butelka kwadratowa eliminuje możliwość pomyłki z płynami do zastosowania dożylnego?

ODPOWIEDŹ; Zamawiający wymaga w zadaniu nr VIII.

- Płyny sterylne do przepłukiwania w opakowaniach zakręcanych stojących typu Ecotainer – dotyczy pozycji 1-4
- Płyny sterylne do przepłukiwania w opakowaniach typu Estericlean – dotyczy pozycji nr 5

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **zadaniu VIII**, pozycja 3,4 preparatu: woda do irygacji – przepłukiwania 500 ml i 1000ml typu pour bottle , jałowa, w butelce odkręcanej kwadratowej z zabezpieczeniem, aby kropla wylewanego płynu nie mogła potoczyć się po zewnętrznej stronie butelki. Butelka kwadratowa eliminuje możliwość pomyłki z płynami do zastosowania dożylnego?

ODPOWIEDŹ; Zamawiający wymaga w zadaniu nr VIII.

- Płyny sterylne do przepłukiwania w opakowaniach zakręcanych stojących typu Ecotainer – dotyczy pozycji 1-4
- Płyny sterylne do przepłukiwania w opakowaniach typu Estericlean – dotyczy pozycji nr 5

8. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów *Zamawiający* w **zadaniu XI w pozycji 1** wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek zmniejszają ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji umożliwiają podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym? Co więcej koszt utylizacji opróżnionych worków jest o 50% niższy niż w przypadku butelek.

ODPOWIEDŹ; Zamawiający wymaga płynów infuzyjnych w opakowaniach stojących z dwoma niezależnymi portami

Informacja.

Wymagania do zadania nr 4 - Zamawiający wymaga płynów infuzyjnych w opakowaniach stojących z dwoma niezależnymi portami. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Wymagania do zadania nr 5 - Zamawiający wymaga płynów infuzyjnych w opakowaniach stojących z dwoma niezależnymi portami. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Wymagania do zadania nr 6 - Zamawiający wymaga płynów infuzyjnych w opakowaniach szklanych. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ.

Sekretarz Komisji
(-) Sylwia Bielec Michalska