

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

05-200 Wołomin,
ul. Gdyńska 1/3
Pieczętka zamawiającego

Wołomin 25/03//2020
Odpowiedź nr 6

OTRZYMUJĄ WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Dotyczy:
DOSTAWA MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH DLA SZPITALA W WOŁOMINIE W PODZIALE NA ZADANIA

nr sprawy- ZAM/6/2020.

Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych – wpłynęły zapytania dotyczące SIWZ:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert z 27.03.2020 z godziny 11:00.

Nowy termin składania ofert to: 06.04.2020 godzina 11:00

Termin otwarcia ofert : 06.04.2020 godzina 12:00

1. Zadanie 31. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie zestawu szczotek zawierającego szczotkę do czyszczenia kanałów endoskopów podanych parametrach oraz szczotkę do czyszczenia zaworów i portów o średnicy włosia 5/ 10 mm, długość robocza 15,5 cm.

Odpowiedź: DOPUSZCZAMY

2. Zadanie 31.Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 15, 25, 30 i 45 mm.

Odpowiedź: DOPUSZCZAMY

3. Zadanie 31 Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 6, 10, 15, 20, 25 i 32 mm, średnica osłonki 2,4 mm, długość pętli 240 cm.

Odpowiedź: DOPUSZCZAMY

4. Zadanie 31 Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy igły 21, 22, 23 i 25 G, średnica osłonki 2,4 mm.

Odpowiedź: DOPUSZCZAMY

Zadanie nr 89, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści uchwyt elektrody wąski, 2 przyciski z kablem o dł. 5m, przeznaczony do 100 cykli sterylizacji?

Odpowiedź: DOPUSZCZAMY

Zadanie nr 89, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę nożową, prostą, dł. 57 mm o wymiarach noża 25 x 3,5 mm?

Odpowiedź: DOPUSZCZAMY

Zadanie nr 89, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści elektrodę nożową, przedłużoną, prostą dł. 155 mm o wymiarach noża 25 x 3 mm?

Odpowiedź: DOPUSZCZAMY

Zadanie nr 89, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozpraszającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm², bez ograniczenia mocy maksymalnej. Powierzchnia całkowita 170cm². Wymiary 176x122mm. Do każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie ważności w postaci samoprzylepnej etykiety. Pakowane po 50szt?

Odpowiedź: DOPUSZCZAMY

Zadanie nr 89, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści kabel do elektrod neutralnych o dł. 5 m?

Odpowiedź: DOPUSZCZAMY

Zadanie nr 89, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści elektrodę laparoskopową – cienki hak „L”, wymiar haka 5 x 3 mm?

Odpowiedź: DOPUSZCZAMY

Zadanie nr 89, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych o dł. 5 m, wtyczka 3 PIN od strony aparatu?

Odpowiedź: DOPUSZCZAMY

Zadanie nr 89, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści szczypce bipolarne bagnetowe, dł. 160 mm, bransza 1 mm, końcówka 8 mm?

Odpowiedź: DOPUSZCZAMY

Zadanie nr 89, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści kabel bipolarny do pęset, dł. 5 m, kompatybilny z oferowanymi szczypcami z poz. 8?

Odpowiedź: DOPUSZCZAMY

W zakresie Pakietu Nr 54 parametrem ocenianym jest jakość, jednak Zamawiający nie podał ilości wymaganych próbek jaka ma zostać dołączona do oferty. W związku z powyższym prosimy o podanie odpowiednich ilości oraz odpowiednie zmodyfikowanie formularza asortymentowo-cenowego w zakresie wymienionego Pakietu, ze względu na zaistniałe niedoprecyzowanie oferty oraz ze względu na obecnie obowiązującym na terenie całego kraju stanem zagrożenia epidemicznego, a co za tym idzie koniecznością wdrożenia procedur ograniczających bezpośrednie kontakty, wymuszoną zmianę organizacji pracy większości podmiotów gospodarczych oraz osób świadczących pracę (w tym również poczty, firm kurierskich, banków) wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert oraz terminu przedłożenia próbek

Odpowiedź: cewnik pępkowy rozm. 3,5. cewniki pępkowe długoterminowe do 14 dni dożylnie i dotętnicze – kontrastujący w promieniach rtg. atraumatyczna końcówka cewnika. Cewnik jednokanałowy wykonany z poliuretanu, znaczniki numeryczne co 1 cm na długości od 4 do 25 cm, wyposażony w kraniki Luer Lock, z kolorystycznym oznaczeniem (żyła, tętnica) - ilość próbek 4 sztuk . Wyłączona pozycja nr 8 z zadania 54 tworzy zadanie 54a , zgodnie z odpowiedzią z dnia 18.03.2020r.

Dnia 23.03.2020 r Zamawiający opublikował zmodyfikowany załącznik nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy zawierający dwa pakiety o tym samym numerze (zadanie nr 54) i o tej samej nazwie, jednak o innym asortymencie w postępowaniu na dostawę materiałów jednorazowych dla Szpitala w Wołominie w podziale na zadania, znak sprawy: ZAM/6/2020. Ponadto Zamawiający w jednym z pakietów zakresie 54 nie określił również ilości wymaganych próbek, które należy przedłożyć do oceny jakościowej.

Pragniemy również podkreślić, że w związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, zarówno Główny Inspektor Sanitarny w Polsce jak i inne organy odpowiedzialne za zdrowie publiczne w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne rekomendują ograniczenie przemieszczania się i przebywania w większych skupiskach ludności. W związku z powyższym utrudniona została także możliwość złożenia próbek osobiście jak i obniżyła się jakość doręczeń realizowanych za pośrednictwem operatorów pocztowych – gdyż doręczyciele obawiają się doręczenia przesyłek bezpośrednio odbiorcom, co może wpłynąć niekorzystnie na konkurencyjność ofert, ponieważ wiele firm, może mieć problem z dostarczeniem próbek do oceny jakości w w/w postępowaniu.

W związku z powyższym wnosimy do Zamawiającego prośbę o poprawę w/w formularza asortymentowo-cenowego i o przesunięcie terminu.

Odpowiedź: cewnik pępkowy rozm. 3,5. cewniki pępkowe długoterminowe do 14 dni dożylnie i dotętnicze

– kontrastujący w promieniach rtg. atraumatyczna końcówka cewnika. Cewnik jednokanałowy wykonany z poliuretanu, znaczniki numeryczne co 1 cm na długości od 4 do 25 cm, wyposażony w kraniki Luer Lock, z kolorystycznym oznaczeniem (żyła, tętnica) - ilość próbek 4 sztuk . Wyłączona pozycja nr 8 z zadania 54 tworzy zadanie 54a , zgodnie z odpowiedzią z dnia 18.03.2020r.

Zadanie 66


Czy Zamawiający wymaga aby dwa porty w trójkniku Y były zabezpieczone zatyczkami przytwierdzonymi na stałe do obwodu?

Odpowiedź: Wymagam, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami

Zadanie 66

Czy Zamawiający wymaga w komplecie worek oddechowy bezlateksowy 2 l ze złączem 22mmF z informacją o braku lateksu na kołnierzu worka?

Odpowiedź: Wymagam, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami

p.o. Zastępcy Dyrektora
ds. leczenia

lek. med. Agnieszka Wolska