



Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

05-200 Wołomin, ul. Gdynska 1/3

NIP 125-09-31-792; REGON 000310315; KRS 0000037824

Centrala tel.22 76.33.100, Sekretariat 22 76.33.259, fax 22 76.33.343

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku 05 8923 0150 7177 2015 0001

Wołomin, 16.07.2020 r.

Dotyczy: Dostawa implantów i innych materiałów ortopedycznych dla Szpitala w Wołominie w podziale na pakiety

znak sprawy: ZAM/13/2020.

1. **Pytanie:** Czy Zamawiający zgodzi się doprecyzować w treści oświadczenia, że zapis dotyczący użyczenia piły, wiertarki chirurgicznej (w tym ostrza do piły) - nie dotyczy zadania nr 10?

Odpowiedź: Użyczenie piły, wiertarki chirurgicznej (w tym ostrza do piły) - nie dotyczy zadania nr 10

2. **Pytanie:** Czy Zamawiający zgodzi się doprecyzować w treści oświadczenia, że zapis dotyczący użyczenia szaf do przechowywania sterylnych implantów - nie dotyczy zadania nr 10?

Odpowiedź: Użyczenie szaf do przechowywania sterylnych implantów - nie dotyczy zadania nr 10

3. **Pytanie:** Czy w zakresie zadania nr 10, Zamawiający będzie wymagał użyczenia kontenerów i palet do sterylizacji i przechowywania implantów niesterylnych?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający w zakresie zadania nr 10 będzie wymagał użyczenia kontenerów i palet do sterylizacji i przechowywania implantów niesterylnych

4. **Pytanie:** Czy w poz. 105 Zamawiający dopuści możliwość oferowania podkładki pod wkręty o średnicy od 10 mm do 15 mm, pozostałe parametry zostawiając bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podkładki pod wkręty średnicy od 10 mm do 15 mm,

5. **Pytanie:** Czy w poz. 106 Zamawiający dopuści możliwość oferowania drutów Kirschnera o długości 150-310mm, pozostałe parametry zostawiając bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza druty Kirschnera o długości 150-310mm

6. **Pytanie:** Czy Zamawiający zmieni w §4 ust. 4 wysokość odsetek z umownej na ustawowe? Obecna skala kary umownej z zwłokę w dostawie w porównaniu do odsetek umownych wynosi blisko 1/10. Z uwagi na powyższe wnosimy o zmianę wysokości odsetek na odsetki ustawowe.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

7. **Pytanie:** Czy w zakresie implantów niesterylnych Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w §5 ust. 3 lit c) do zapisu o dacie ważności - nie dotyczy implantów niesterylnych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje SIWZ w tym zakresie:

BYŁO:

„DOKUMENT DOSTAWY zawierać będzie zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 18 kwietnia 2013 r w sprawie „zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców posiadających umowę z NFZ o udzielanie całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych związanych z nabywaniem leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych” [Dz.U.2013, poz. 489] następujące dane;

- a) nazwę wyrobu medycznego,*
- b) nazwę [firmę]producenta,*
- c) numer serii i datę ważności”*

JEST:

DOKUMENT DOSTAWY zawierać będzie zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 18 kwietnia 2013 r w sprawie „zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców posiadających umowę z NFZ o udzielanie całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych związanych z nabywaniem leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych” [Dz.U.2013, poz. 489] następujące dane;

- a) nazwę wyrobu medycznego,*
- b) nazwę [firmę]producenta,*
- c) numer serii i datę ważności - nie dotyczy implantów niesterylnych (...)”*

8. Pytanie: Czy Zamawiający zmieni w §5 ust. 13, że Wykonawca zostanie obciążony różnicą kosztów zakupu od innej dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

9. Pytanie: Czy Zamawiający dookreśli w §6 ust. 2, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

10. Pytanie: Czy Zamawiający dookreśli w §10 ust. 2, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty? Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Modyfikuje natomiast umowę w zakresie brzmienia § 10

BYŁO

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. *W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.*
2. *Wszelkie spory między stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.*
3. *Zmiany, uzupełnienia umowy winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.*

JEST:

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. *W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.*
2. *Strony zgodnie oświadczają, że dążyć będą do ugodowego rozwiązywania wszelkich sporów mogących wyniknąć z Umowy*
3. *Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy, których nie udało się rozstrzygnąć polubownie będą rozstrzygane przez Sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. Warunkiem skutecznego skierowania przez Wykonawcę sprawy na drogę postępowania sądowego jest wyczerpanie toku postępowania ugodowego określonego w ust. 4-6. Strony zgodnie dopuszczają, iż wymiana korespondencji w trakcie postępowania ugodowego może odbywać się pocztą elektroniczną*
4. *Podjęcie negocjacji ugodowych nastąpi na pisemny „Wniosek o pozasądowe rozwiązanie sporu” Wykonawcy, w którym zostanie określony, przedmiot sporu, jego wartość, opis zawierający informację dotyczące przedmiotu sporu (tj. data zawarcia umowy, przedmiot umowy, warunki płatności, przebieg dotychczasowych rozmów polubownych, żądanie Wykonawcy oraz wszelkie informacje i argumenty mające znaczenie dla wypracowania między Stronami porozumienia).*
5. *Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni roboczych udzieli Wykonawcy odpowiedzi na złożony wniosek, ze wskazaniem swojego stanowiska i propozycji ugodowych. Z ważnych powodów powyższy termin może być przez Zamawiającego wydłużony o kolejne 30 dni robocze.*
6. *Akceptacja przez Wykonawcę propozycji ugodowych przedstawionych przez Zamawiającego skutkować będzie podpisaniem ugody między stronami. W przypadku braku akceptacji przedstawionych przez Zamawiającego propozycji zostanie sporządzony pisemny protokół, że brak jest możliwości polubownego załatwienia sprawy z podaniem przyczyny. Protokół zostanie sporządzony najpóźniej w terminie 14 dni od dnia pisemnego poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o braku akceptacji złożonych propozycji ugodowych.*
7. *Strony zgodnie oświadczają, iż skierowanie przez Wykonawcę sprawy na drogę postępowania sądowego bez wcześniejszego przeprowadzenia obligatoryjnego postępowania polubownego opisanego w ust.4-6 będzie traktowane jako przedwczesne wytoczenie powództwa.*
8. *Strony zgodnie postanawiają, że Wezwanie do zapłaty wysłane przez Wykonawcę do Zamawiającego nie stanowi próby polubownego załatwienia sporu.*
9. *Zmiany, uzupełnienia umowy winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.*

11. Pytanie: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 w poz. 16-21 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

12. Pytanie: Czy W zadaniu nr 6 Zamawiający dopuści Zaoferowanie systemu o poniższej charakterystyce:

<p>Płyty niskoprofilowe do złamań w obrębie śródręcza i paliczków, tytanowe, z wkręconymi w otwory celownikami pod wiertła. Celowniki oznaczone kolorystycznie dla poszczególnych systemów. Możliwość doginania płyt in- situ oraz odcięcia niepotrzebnych oczek. Płyty w systemie 1,5 mm; możliwość użycia śrub blokowanych i korowych o średnicy 1,5 mm oraz korowych o średnicy 1,3 mm. W otworach kompresyjnych możliwa kompresja do 0,75 mm.</p>	
<p>Płyty niskoprofilowe do złamań w obrębie śródręcza i paliczków, tytanowe, z wkręconymi w otwory celownikami pod wiertła. Celowniki oznaczone kolorystycznie dla poszczególnych systemów. Możliwość doginania płyt in- situ oraz odcięcia niepotrzebnych oczek. Płyty w systemie 2,5 mm; możliwość użycia śrub o średnicy 2.5 mm: blokowanych, korowych oraz blokowanych zmiennokątowych. W otworach kompresyjnych możliwa kompresja do 1.0 mm.</p>	50szt
<p>płyta prosta 12 otworowa, długość 90,2 mm, szerokość 6,8 mm, profil 1,65 mm płyta T, długość 73,8 mm, szerokość 27,6 mm, profil 1,65 mm płyta Y, długość 71,8mm, szerokość 19,5 mm, profil 1,65 mm płyta sieciowa, długość 79,8 mm, szerokość 17,4mm, profil 1,65 mm płyta Y/T, długość 55,5 mm, szerokość 19,5 mm, profil 1,65 mm</p>	
<p>płyta prosta 12 otworowa, długość 61,7 mm, szerokość 4,3 mm, profil 1,1 mm płyta T, długość 56,3 mm, szerokość 20,4 mm, profil 1,1 mm płyta Y, długość 49,6 mm, szerokość 13,8 mm, profil 1,1 mm płyta sieciowa, długość 46 mm, szerokość 12,8 mm, profil 1,1 mm płyta Y/T, długość 39,3 mm, szerokość 14,1 mm, profil 1,1 mm płyta T mała, długość 25,9 mm, szerokość 13,5 mm, profil 1,0 mm</p>	
śruba korowa o średnicy 1.5 mm w długościach 8-24 mm	200szt
śruba korowa o średnicy 1.3 mm w długościach 8-24 mm	200szt
śruba blokowana o średnicy 1.5 mm w długościach 8-24 mm	
śruby blokowane o średnicy 2.5 mm w długościach 8-28 mm	200szt

śruby blokowane zmiennokątne o średnicy 2.5 mm w długościach 10-28 mm	200szt
śruby korowe o średnicy 2.5 mm w długościach 8-28 mm	
podkładka 2.5 mm	

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

13. Pytanie: Czy Zamawiający wydzieli poz nr 31, 32, 40 oraz 41 i 44, i dopuści systemy:

Gwóźdź tytanowy, kaniulowany, blokowany, rekonstrukcyjny, do bliższej nasady kości udowej (Affixus)

Gwóźdź o bocznym wygięciu w części proksymalnej 4° (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1800 mm), średnica proksymalna gwoździa $\varnothing 15.6$ mm. Możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej, z dodatkowym wygięciem w części dalszej 3° w płaszczyźnie strzałkowej. Śruba doszyjkowa $\varnothing 10.5$ mm z owalnym gwintem podpierającym, minimalizującym ryzyko przemieszczenia lub wycięcia śruby, długość 70 - 130 mm z przeskokiem co 5 mm, samogwintująca. Możliwość zastosowania dodatkowej śruby doszyjkowej $\varnothing 5$ mm, w dł. 70-110mm. Zaślepka tytanowa, o przewyższeniu 0 mm, 5 i 10 mm. Śruba dystalna $\varnothing 5$ mm, dł. od 20mm do 80 mm. Gwóźdź posiada wewnętrzny mechanizm blokujący, zapobiegający rotacji śruby doszyjkowej.

Gwóźdź dostępny w rozmiarach:

- 180mm, $\varnothing 9$, $\varnothing 11$, $\varnothing 13$ mm, kąt CCD: 125°, 130°, uniwersalny, do prawej i lewej kończyny,
- 260 - 460mm, średnica $\varnothing 9$, $\varnothing 11$, $\varnothing 13$ mm, kąt CCD: 125°, 130°, w wersji prawy i lewy, ze skokiem co 20mm;

Lp.	Nazwa/opis produktu	Ilość
1	Gwóźdź udowy krótki $\varnothing 9$, $\varnothing 11$, $\varnothing 13$ mm / 180 mm	120
2	Gwóźdź udowy długi	20
4	Śruba blokująca do gwoździa	140
5	Śruba doszyjkowa	140
6	Zaślepka	20

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

14. Pytanie: Czy Zamawiający wydzieli poz nr 53 i 60-63 oraz dopuści system:

1	Płyta tytanowa do złamań w obrębie bliższego końca kości ramiennej w kręconymi w otwory celowniki pod wiertła. Celowniki oznaczone kolorem dla prawej i lewej kończyny. Możliwość doginania płyt in situ. Płyta posiada centralny otwór pod drut Kirschnera ukierunkowany pod kątem 135 stopni (kąt szyjowo-trzonowy). Otwory pod druty K w głowie płyty oraz możliwość doszcia do płyty stożka rotatorów. Dwa rodzaje płyt- płyty implantowane 1 lub 2 cm poniżej guzka większego. Płyty niższe posiadają 7 otworów w głowie pod śruby w wielu kierunkach oraz 3, 4, 7, 11 i 14 otworów w trzonie (długość płyt odpowiednio 73, 83, 133, 190 i 227 mm). Płyty wyższe posiadają 9 otworów w głowie pod śruby w wielu kierunkach oraz 3, 4, 7, 11 i 14 otworów w trzonie (długość płyt odpowiednio 80, 90, 140, 197 i 234mm). Płyty z 3 i 4 otworami w trzonie są proste, płyty od 7 otworów wzwyż posiadają przednią krzywinę na trzonie umożliwiającą ominięcie przedziału mięśnia naramiennie- piersiowego. Płyty od 11 otworów wzwyż posiadają dodatkowo na trzonie przewężenie umożliwiające dogięcie płyty w każdej płaszczyźnie. W każdym otworze w głowie płyt możliwość użycia śrub 3.5 mm korowych , 3.5 mm blokowanych (długość , 3.5 mm blokowanych zmiennokątowo (25 stopni) 4.0 mm gąbczastych oraz blokowanych pegów o średnicy 3.2 mm. Długość wszystkich śrub i pegów 20-60 mm co 2 mm; 65-70 mm co 5 mm.	
A.	płyta do bliższego ramienia	60szt
B.	Śruby blokowane i blokowane zmiennokątowe, śruby gąbczaste	600szt
C.	śruby korowe	180szt
D.	blokowane pegi	180szt

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

15. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 7 poz. 25 wkładkę polietylenową zatraskową do panewek w rozmiarach 48-50 z 4 mm lateralizacji i 10 stopniową reorientacją? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pakiecie 7 poz. 25 wkładkę polietylenową zatraskową do panewek w rozmiarach 48-50 z 4 mm lateralizacji i 10 stopniową reorientacją.

16. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 7 poz. 13 trzpień niemodularny? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w pakiecie 7 poz.13 trzpień niemodularny