



Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

05-200 Wołomin, ul. Gdyńska 1/3

NIP 125-09-31-792; REGON 000310315; KRS 0000037824

Centrala tel. 22 76.33.100, sekretariat 22 76.33.259, fax 22 76.33.343

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku 05 8923 0150 7177 2015 0001

Wołomin, 2019.03.21

Odpowiedź nr 1 do sprawy ZAM/03/2019

OTRZYMUJĄ WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO



Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Szpital w Wołominie na : **Dostawę szwów chirurgicznych, siatek przepuklinowych i wosku w podziale na zadania.**- nr postępowania ZAM/03/2019.

Zgodnie z art.38.1.2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych — Dz. Ustaw 2017, poz.1579 z późn.zm. Zamawiający dokonuje odpowiedzi na zadane **pytania i modyfikacji SIWZ** w poniższym zakresie;

PYTANIA DO UMOWY

PYTANIE NR 1

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 9 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę zapisu:

*Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w ciągu 3 dni ~~od otrzymania informacji o reklamacji Zamawiającego~~ **od dnia uznania reklamacji.***

ODPOWIEDŹ: podtrzymujemy zapisy SIWZ.

PYTANIE NR 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 5 ust. 4 poprzez zmianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 3

Czy Zamawiający dokona modyfikacji projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 4

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych poprzez wprowadzenie następującego zapisu w § 6 ust. 1, 2, 4 wzoru umowy:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw bądź odmowy dostaw w wysokości 0,2 % wartości brutto zamówienia częściowego **niezrealizowanego w terminie** za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 2 ust. 4 umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nieterminowej części dostawy**
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w wysokości 0,2 % wartości brutto **wadliwej części** zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 3 ust. 9 umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części zamówienia częściowego**
4. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wartości brutto **niezrealizowanej części** określonej w § 2 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie §4 ust. 1, 2 lub 3 umowy.

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ.

ZADANIE 1

PYTANIE NR 5

Czy zamawiający w Zadaniu 1 pozycja 1 dopuści szew o długości 90 cm (zamiast 75 cm)?

ODPOWIEDŹ: dopuszczamy

PYTANIE NR 6

Czy zamawiający w Zadaniu 1 pozycja 2 dopuści nić o długości 90 cm (zamiast 75 cm), igłę 3/8 koła 39mm (zamiast 1/2 koła 37mm)?

ODPOWIEDŹ: dopuszczamy

PYTANIE NR 7

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1, 3 nitkę 90cm?

ODPOWIEDŹ: dopuszczamy

PYTANIE NR 8

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 2 igłę 40mm?

ODPOWIEDŹ: dopuszczamy

PYTANIE NR 9

Dotyczy Zadania nr 1, Pozycji nr 1-3

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1, Pozycjach nr 1-3 igłę o długości 35mm oraz nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: dopuszczamy

PYTANIE NR 10

Dotyczy Zadania nr 1, Pozycji nr 4-6

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1, Pozycjach nr 4-6 igłę o długości 25mm oraz nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: dopuszczamy

PYTANIE NR 11

Dotyczy Zadania nr 1, Pozycji nr 7,8

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1, Pozycjach nr 7,8 igłę o długości 20mm oraz nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: dopuszczamy

ZADANIE 2**PYTANIE NR 12**

Czy Zamawiający dopuści szew polipropylenowy bez dodatku polietylenu, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: dopuszczamy

PYTANIE NR 13

Czy zamawiający w Zadaniu 2 pozycja 5 dopuści szew z igłą 17mm (zamiast 22 mm) pozostałe warunki zgodne z SIWZ?

ODPOWIEDŹ: nie dopuszczamy

PYTANIE NR 14

Czy zamawiający w Zadaniu 2 pozycja 5 dopuści szew z igłą 26mm (zamiast 22 mm) pozostałe warunki zgodne z SIWZ?

ODPOWIEDŹ: dopuszczamy

PYTANIE NR 15

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 4 igłę 18mm?

ODPOWIEDŹ: dopuszczamy

ZADANIE 3**PYTANIE NR 16**

poz. 12, 13, 14

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści igłę odwrótnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: dopuszczamy

PYTANIE NR 17

poz. 18

Jaką długość igły ma na myśli Zamawiający w w/w pozycji?

ODPOWIEDŹ: długość igły 60-61mm.

PYTANIE NR 18

poz. 18

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści długość nici 75 cm?

ODPOWIEDŹ: dopuszczamy

PYTANIE NR 19

Czy zamawiający w Zadaniu 3 zamiast produktu wskazanego w SIWZ dopuści: Szew wchłanienny, syntetyczny, złożony z glikolidu i laktydu, pleciony, powlekany mieszką kopolimeru kaprolaktanu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, czas podtrzymywania tkankowego 28 – 35 dni.

Początkowa wytrzymałość na rozciąganie dla USP i EP – 140%

Wytrzymałość węzła po 14 dniach - 80%,

Wytrzymałość węzła po 21 dniach - 30%.

Czas całkowitego wchłaniania 56 – 70 dni

ODPOWIEDŹ: ; dopuszczamy

PYTANIE NR 20

Czy zamawiający w Zadaniu 3 pozycja 9 dopuści igłę 37mm (zamiast 36 mm)?

ODPOWIEDŹ: dopuszczamy

PYTANIE NR 21

Czy zamawiający w zadaniu 3 pozycja 18 dopuści szew o długości 75 cm (zamiast 70 cm)?

ODPOWIEDŹ: dopuszczamy

PYTANIE NR 22

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 2 i 3 igłę bez określenia wzmocniona?

ODPOWIEDŹ: dopuszczamy

PYTANIE NR 23

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 9 igłę 37mm?

ODPOWIEDŹ: dopuszczamy

PYTANIE NR 24

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 5, 6, 8-13 długość nici 70cm?

ODPOWIEDŹ: dopuszczamy

PYTANIE NR 25

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 15-17 nić 140cm?

ODPOWIEDŹ: dopuszczamy

PYTANIE NR 26

Prosimy o podanie w poz. 18 długości igły.

ODPOWIEDŹ: w poz. 18 długości igły wynosi 60-61mm.

ZADANIE 4**PYTANIE NR 27**

poz. 1-8

Czy Zamawiający dopuści wchłanienny szew syntetyczny, monofilamentowy, o profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70 %, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40% i okresie wchłaniania 180-210 dni?

ODPOWIEDŹ: dopuszczamy

PYTANIE NR 28

poz. 9

Czy Zamawiający dopuści wchłanienny szew syntetyczny, monofilamentowy, o profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70 %, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40% i okresie wchłaniania 180-210 dni?

ODPOWIEDŹ: dopuszczamy.

PYTANIE NR 29

poz. 9

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 9 do osobnego zadania?

ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody.

ZADANIE 6**PYTANIE NR 30**

Czy zamawiający w Zadaniu 6 dopuści szwy wykonane z syntetycznego poliestru zbudowanego z glikolidu, kaprolaktanu, węglanu trimetylenu oraz laktydu (zamiast poliglikonatu), pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Pragnę zaznaczyć, że jest to szew obecnie używany w Państwa szpitalu. Pragnę zaznaczyć, że jest to szew obecnie używany w Państwa szpitalu.

ODPOWIEDŹ: dopuszczamy.

PYTANIE NR 31

Czy zamawiający w Zadaniu 6 pozycja 1 oczekuje dostarczenia szwu barwionego (np. fioletowego), który jest lepiej widoczny w polu operacyjnym? Pragnę zaznaczyć, że jest to szew obecnie używany w Państwa szpitalu.

ODPOWIEDŹ: oczekujemy.

PYTANIE NR 32

Czy zamawiający w Zadaniu 6 pozycja 2 dopuści nić filetową o długości 75 cm (zamiast 90 cm) z igłą 37mm (zamiast 40mm), pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Pragnę zaznaczyć, że jest to szew obecnie używany w Państwa szpitalu.

ODPOWIEDŹ; dopuszczamy.

PYTANIE NR 33

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 2 nitkę bezbarwną?

ODPOWIEDŹ; dopuszczamy.

PYTANIE NR 34

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 3 nitkę 70cm?

ODPOWIEDŹ; dopuszczamy.

PYTANIE NR 35

Zadanie VI, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „1” z igłą 3/8 koła o długości 77mm? W przypadku odpowiedzi negatywnej zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

ZADANIE 7**PYTANIE NR 36**

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pozycjach dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, niepowlekane, wchłaniające się w okresie 90-120 dni, składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o czasie podtrzymywania ok. 4 tygodni (po 7 dniach ok. 70%, po 14 dniach ok. 40%, po 21 dniach ok. 15%, po 28 dniach ok. 5%)?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 37

Prosimy o sprostowanie poz. 4 z 3x1/2 koła 22mm na 2x1/2 koła 22mm.

ODPOWIEDŹ; Zamawiający modyfikuje poz.4 poprzez; „jest”- 3x1/2 koła, „powinno być” - 2x1/2 koła 22mm.

ZADANIE 8**PYTANIE NR 38**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby szew był z dodatkiem poly-ethylene-glycolmonofilament?

ODPOWIEDŹ; nie wyrażamy zgody.

PYTANIE NR 39

Zadanie VIII, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły podwójnej o krzywiznie ½ koła i długości 16mm?

ODPOWIEDŹ; nie wyrażamy zgody.

ZADANIE 10**PYTANIE NR 40**

Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniały, jałowy, pleciony, o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50% i czasie wchłaniania ok. 42 dni?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 41

poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ; dopuszczamy.

PYTANIE NR 42

Zadanie X, pozycja 14 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o krzywiznie ½ koła i długości 30mm?

ODPOWIEDŹ; nie dotyczy postępowania nr ZAM/03/2019.

PYTANIE NR 43

Zadanie X, pozycja 14 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości 3/0 i długości 70cm z igłą o długości 30mm?

ODPOWIEDŹ; nie dotyczy postępowania nr ZAM/03/2019.

PYTANIE NR 44

Zadanie X, pozycja 17 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?_

ODPOWIEDŹ; nie dotyczy postępowania nr ZAM/03/2019.

PYTANIE NR 45

Zadanie X, pozycja 20-21 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej?

ODPOWIEDŹ; nie dotyczy postępowania nr ZAM/03/2019.

PYTANIE NR 46

Zadanie X, pozycja 24, 27 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 2 x 75cm?

ODPOWIEDŹ; nie dotyczy postępowania nr ZAM/03/2019.

PYTANIE NR 47

Zadanie X, pozycja 26, 29 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 6 x 45cm zpodwojeniem zamawianych ilości saszetek?

ODPOWIEDŹ; nie dotyczy postępowania nr ZAM/03/2019.

ZADANIE 11**PYTANIE NR 48**

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 30 mm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ; nie

PYTANIE NR 49

poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szew z nicią w kolorze zielonym, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 50

poz. 5

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (3 krawędzie tnące zamiast wymaganych 4), pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ; dopuszczamy.

PYTANIE NR 51

poz. 8

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 17 mm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ; dopuszczamy.

ZADANIE 12**PYTANIE NR 52**

poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści szew z podwójną igłą szpatułką (lancetową), pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ; dopuszczamy

PYTANIE NR 53

poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szew z podwójną igłą szpatułką 7 mm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ; dopuszczamy

PYTANIE NR 54

Czy w Zadaniu nr 12 poz. 1 i 2 Zamawiający dopuści nici z dwoma igłami typu szpatulka z mikroostrzem o dł. 6,00mm i przekroju 0,15mm?

ODPOWIEDŹ; dopuszczamy

PYTANIE NR 55

Czy w Zadaniu nr 12 poz. 3 Zamawiający dopuści nici z dwoma igłami typu szpatulka z mikroostrzem o dł. 7,0mm?

ODPOWIEDŹ; dopuszczamy

PYTANIE NR 56

Czy Zamawiający mógłby zmniejszyć ilość próbek wymaganych do 1 szt. dla Zadania nr 12?

ODPOWIEDŹ; dopuszczamy

ZADANIE 13**PYTANIE NR 57**

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści długość igły 6 mm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ; dopuszczamy

PYTANIE NR 58

poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 200 µm?

ODPOWIEDŹ; dopuszczamy

PYTANIE NR 59**poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 6 mm?

ODPOWIEDŹ: dopuszczamy**PYTANIE NR 60****poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 8 mm?

ODPOWIEDŹ: dopuszczamy**ZADANIE 14****PYTANIE NR 61****poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 6,5 mm?

ODPOWIEDŹ: dopuszczamy**PYTANIE NR 62****poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 200 µm?

ODPOWIEDŹ: dopuszczamy**PYTANIE NR 63****poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 8 mm?

ODPOWIEDŹ: dopuszczamy**PYTANIE NR 64****poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą tnącą kosmetyczną?

ODPOWIEDŹ: dopuszczamy**PYTANIE NR 65**

Czy w Zadaniu nr 14 poz. 1 Zamawiający dopuści nici 7/0 z dwoma igłami o dł. 6,5mm i średnicy 200µm?

ODPOWIEDŹ: dopuszczamy**PYTANIE NR 66**

Czy w Zadaniu nr 14 poz. 2 Zamawiający dopuści nici 6/0 z dwoma igłami odwrotnie tnącymi o dł. 7,0mm i średnicy 280µm?

ODPOWIEDŹ: dopuszczamy**PYTANIE NR 67**

Czy w Zadaniu nr 14 poz. 3 Zamawiający dopuści nici 5/0 z igłą odwrotnie tnącą o średnicy 330µm?

ODPOWIEDŹ: dopuszczamy**PYTANIE NR 68**

Czy w Zadaniu nr 14 poz. 4 Zamawiający dopuści nici z 4/0 dwoma igłami?

ODPOWIEDŹ: dopuszczamy**PYTANIE NR 69**

Czy zamawiający w Zadaniu 14 pozycja 1 dopuści igły o grubości 0200µm (zamiast 0203µm)? Proszę zaznaczyć, że jest to szew obecnie używany w Państwa szpitalu.

ODPOWIEDŹ: dopuszczamy**PYTANIE NR 70**

Czy zamawiający w Zadaniu 14 pozycja 2 dopuści szew bez wskazania średnicy (zamiast 0300µm), pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Proszę zaznaczyć, że jest to szew obecnie używany w Państwa szpitalu.

ODPOWIEDŹ: dopuszczamy**PYTANIE NR 71**

Czy zamawiający w Zadaniu 14 pozycja 3 dopuści szew z igłą 3/8 koła, 12mm, bez wskazania średnicy (zamiast 3/8 koła 13,0 mm 0300µm), pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Proszę zaznaczyć, że jest to szew obecnie używany w Państwa szpitalu.

ODPOWIEDŹ: dopuszczamy

ZADANIE 15

PYTANIE NR 72

poz. 1-4

Czy Zamawiający w w/w części dopuści siatki polipropylenowe o gramaturze 55g/m² +/-10%, których wielkość porów wynosi 1,5mm-1,7mm, grubość nici 0,10mm-0,15mm, grubość całkowita siatki 0,40mm +/-10%, nieposiadające niebieskich pasków?

ODPOWIEDŹ: nie dopuszczamy. Zamawiający rezygnuje z poz.3 w ZADANIU nr 15 tj, rozmiar siatki 15x20cm.

PYTANIE NR 73

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiar siatki 15x8 cm?

ODPOWIEDŹ: tak dopuszczamy.

PYTANIE NR 74

poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody.

PYTANIE NR 75

Czy zamawiający w Zadaniu 15 pozycje 1-4 zamiast produktu wskazanego w SIWZ dopuści: Siatki do plastyki przepuklin pachwinowych, lekkie, makroporowe, polipropylenowe, monofilamentowe, gramatura 46 g/m², wielkość oczka 2,0 x 2,4 mm (bez wskazania w dodatkowych parametrów, o jakich jest mowa w Załączniku cenowym).

ODPOWIEDŹ: dopuszczamy. Zamawiający rezygnuje z poz.3 w ZADANIU nr 15 tj, rozmiar siatki 15x20cm.

PYTANIE NR 76

Czy zamawiający w Zadaniu 15 pozycja 3 dopuści siatkę w rozmiarze 20x20 cm (zamiast 15x20 cm) pragnę zaznaczyć, że siatki z naszej oferty można bezpiecznie docinać do pożądanego rozmiaru)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający rezygnuje z poz.3 w ZADANIU nr 15 tj, rozmiar siatki 15x20cm.

PYTANIE NR 77

Prosimy o wydzielenie Pozycji 5 z zadania 15 do odrębnego Zadania. Pozwoli to naszej firmie na złożenie konkurencyjnej oferty do niniejszego postępowania.

ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody.

PYTANIE NR 78

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 3 siatkę o rozmiarze 10x15 cm?

Pozostałe parametry siatki zgodne z SIWZ

ODPOWIEDŹ: Zamawiający rezygnuje z poz.3 w ZADANIU nr 15 tj, rozmiar siatki 15x20cm.

PYTANIE NR 79

Czy Zamawiający dopuści złożenie osobnej oferty na pozycje 1, 2, 3 i 4 Zadania 15 osobno i zaoferowanie siatek bez niebieskich pasów.

ODPOWIEDŹ: dopuszczamy. Zamawiający rezygnuje z poz.3 w ZADANIU nr 15 tj, rozmiar siatki 15x20cm.

ZADANIE 16

PYTANIE NR 80

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wosku kostnego w sztabkach 2,5 g. Taka mała różnica nie wpływa ani na jakość ani użytkowanie produktu.

ODPOWIEDŹ: dopuszczamy z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej w SIWZ ilości o gramaturze 2,95g i podanie ceny za 1g.

ZADANIE 17

PYTANIE NR 81

Czy zamawiający w Zadaniu 17 pozycja 1 dopuści produkt o długości 52 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

ODPOWIEDŹ: dopuszczamy.

ZADANIE 18

PYTANIE NR 82

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbki w zakresie zadania nr 18?

Uprzejmie informuję, że Tisseel Iyo nie jest wyrobem medycznym tylko produktem leczniczym. Bezpłatne dostarczenie próbek **produktów leczniczych** jest formą reklamy leków (pragnę w tym miejscu zaznaczyć, że powyższy **produkt leczniczy** jest powszechnie znany, stosowanym przez lekarzy- **nie jest produktem nowym na rynku**), która może być kierowana wyłącznie do osób uprawnionych do wystawiania recept. Oznacza to, że przedstawicielom firm farmaceutycznych nie wolno dostarczać próbek bezpośrednio pacjentom, zakładom opieki zdrowotnej, aptekom. Odbiorcą próbki może być tylko lekarz, który wystąpił do przedstawiciela medycznego lub handlowego o dostarczenie mu próbki.

Wobec czego, w myśl ustawy Prawo Farmaceutyczne - art. 54, nie mogę przekazać Zamawiającemu bezpłatnych próbek do postępowania przetargowego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje kryterium oceny ofert w zakresie ZADANIA 18 na kryterium CENA – 100%.

PYTANIE NR 83

Z uwagi na dostępność na rynku polskim produktu leczniczego tisseel Iyo o objętościach 2ml, 4ml i 10ml zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, jakiej objętości oczekuje w w/w postępowaniu?

ODPOWIEDŹ: 2ml.

RÓŻNE

PYTANIE NR 84

Mając na uwadze, że załącznik cenowy posiada 4 różne arkusze proszę o potwierdzenie, że obowiązujący jest Arkusz 1, w którym jest 18 zadań i ostatnie obejmuje klej tkankowy.

ODPOWIEDź: potwierdzamy, że obowiązujący jest Arkusz 1, w którym jest 18 zadań i ostatnie obejmuje klej tkankowy.

PYTANIE NR 85

Dotyczy pozycji w zadaniach, gdzie wychodzi niepełne opakowanie.

Proszę o wskazanie sposobu wyliczenia wartości pozycji netto aby oferty poszczególnych Oferentów po przeliczeniu były porównywalne.

Wartości (kwoty) przykładowe wyliczenie:

ilość nitek (sztuk)	ilość sztuk w opak.	ilość opakow.	cena jedn za opakowanie NETTO	wartość
				NETTO
60	36	1,67	155,00	258,33
900	36	25,00	145,00	3 625,00
1 020	36	28,33	145,00	4 108,33
960	36	26,67	145,00	3 866,67
3 000	36	83,33	145,00	12 083,33

ODPOWIEDź: Metoda zastosowana w przykładowych wyliczeniach jest prawidłowa. Zaokrąglenia powinny wynikać z zastosowania reguł matematycznych.

**Przewodniczący Komisji Przetargowej
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
[-] *dr n. med. Sławomir Janus***