



Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

05-200 Wołomin, ul. Gdyńska 1/3

NIP 125-09-31-792; REGON 000310315; KRS 0000037824

Centrala tel.22 76.33.100, sekretariat 22 76.33.259, fax 22 76.33.343

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku 05 8923 0150 7177 2015 0001

Wołomin, 2018.04.20

Odpowiedź nr 1 do sprawy ZAM/08/2018

OTRZYMUJĄ WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO



Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Szpital w Wołominie na :
„Dostawę implantów i innych materiałów ortopedycznych dla Szpitala w Wołominie w podziale na pakiety”
- nr postępowania ZAM/08/2018

Zgodnie z art.38.1.2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych – Dz. Ustaw 2017, poz.1579 z późn.zm. Zamawiający dokonuje odpowiedzi na zadane pytania i modyfikacji SIWZ w poniższym zakresie;

MODYFIKACJA PAKIETU NR 3

„JEST”

PAKIET nr 3 - Trzpień ze stopu tytanu, w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina zwężający się dystalnie. Spłaszczony, w 2/3 części bliższej pokryty porowatą tytanową okładziną napyłaną próżniowo. Trzpień klasyczny „długi”. Dostępny w min. 11 rozmiarach, stożek 12/14. Opcjonalnie trzpień lateralizowany lub dodatkowo trzpień długi Panewka dysplastyczna „press-fit” w rozmiarach 46-64 mm. Czasza panewki metalowa z zewnętrznym pokryciem porowatą powierzchnią typu „plasma-spray” i dodatkowo pokryta hydroksyapatytem. Opcjonalnie panewka posiadająca 15 stopniową nadbudowę. Możliwość dodatkowej stabilizacji śrubami. Wkładka polietylenowa oraz głowy metalowe w rozmiarach 28,32,36 mm. W skład zestawu wchodzi:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Nr katalogowy	Nazwa handlowa/ Producent	Przewidywana ilość zakupów w ciągu 24 m-ce	Cena jedn. netto	Wartość netto VAT %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Trzpień			szt. 150				
2	Panewka			szt. 150				
3	Wkładka polietylenowa			szt. 150				
4	Głowa metalowa 28-32-36 mm			szt. 150				
5	Śruba do panewki			szt. 150				
6	Ostrze			szt. 150				

RAZEM

WYMAGANIA DODATKOWE; na czas trwania umowy należy zabezpieczyć napędy ortopedyczne na zasadach użyczenia.

„POWINNO BYĆ ”

Pakiet nr 3 - Trzpień ze stopu tytanu, w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina zwężający się dystalnie. Spłaszczony, w 2/3 części bliższej pokryty porowatą tytanową okładziną napylaną próżniowo. Trzpień typu „MIS”, krótki, blokowany w nasadzie. Dostępny w min. 10 rozmiarach, kąt CCD 138°, stożek 12/14. Opcjonalnie trzpień lateralizowany i dodatkowo trzpień długi. Panewka tytanowa press-fit. Powierzchnia panewki szorstka, porowata, pokryta regularnie występującymi jednomilimetroowymi ząbkami ułatwiającymi pierwotne ufixowanie i późniejszą osteointegrację. Panewka w wersji z otworami na śruby (w rozmiarach 44-74mm) i bez otworów (w rozmiarach 44-64mm). Insert polietylenowy płaski lub z okapem. Wkładka polietylenowa o zwiększonej odporności na ścieranie w wersji standardowej i z kapą dla głów 28, 32, 36mm, głowa CoCr o średnicach 28mm, 32mm i 36mm w min 5 wysokościach, na stożek 12/14, śruby do mocowania panewki tytanowe w rozmiarach: Ø 6,5mm, długość od 15 do 60mm. W skład zestawu wchodzi:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Nr katalogowy	Nazwa handlowa/ Producent	j.m.	Przewidywana ilość zakupów w ciągu 24 m-ce	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Trzpień			szt.	150					
2	Panewka			szt.	150					
3	Wkładka polietylenowa			szt.	150					
4	Głowa metalowa 28-32-36 mm			szt.	150					
5	Śruba do panewki			szt.	150					

RAZEM

WYMAGANIA DODATKOWE; na czas trwania umowy należy zabezpieczyć napędy ortopedyczne na zasadach użyczenia.

UWAGA; powyższe zmiany należy uwzględnić w załączniku nr 2 do SIWZ – „opis przedmiotu, wymagania, załącznik cenowy”

PAKIET NR 14

PYTANIE NR 1; Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

ODPOWIEDŹ; wyrażamy zgodę.

PAKIET NR 16

PYTANIE NR 2; Czy Zamawiający dopuści nieorganiczną macierz kolagenową do leczenia ubytków chrząstki stawowej pochodzenia wieprzowego typ I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą (warstwa porowata - zwrócona w stronę ubytku, pozwala na wrastanie komórek i nowoutworzonej tkanki chrzęstnej, warstwa zbita, gładka - zwrócona w stronę szpary stawowej spełnia funkcje bariery i zapobiega wypłukiwaniu materiału biologicznego, np. koncentratu płytek krwi lub komórek macierzystych). W całości resorbowalna. Stosowana przy stymulacji chondrogenyzy koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi, przeszczepach chondrocytów, mikrołamaniami w leczeniu rekonstrukcji ubytków chrząstki stawów: kolanowego, biodrowego, skokowego, ramiennego, łokciowego i nadgarstkowego. Dostępna w rozmiarze 25x30mm, grubość 2 mm. Skuteczność terapeutyczna potwierdzona badaniami klinicznymi.

ODPOWIEDŹ; nie dopuszczamy.

ZASTĘPCA DYREKTORA

ds. Lecznictwa

[...] dr n.med. Sławomir Janus