



Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

05-200 Wołomin, ul. Gdyńska 1/3

NIP 125-09-31-792; REGON 000310315; KRS 0000037824

Centrala tel.22 76.33.100, sekretariat 22 76.33.259, fax 22 76.33.343

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku 05 8923 0150 7177 2015 0001

Wołomin, 2018.06.28

Odpowiedź nr 1 do sprawy ZAM/11/2018

OTRZYMUJĄ WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO



Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Szpital w Wołominie na :
„Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych dla Szpitala w Wołominie w podziale na zadania” - nr postępowania
ZAM/11/2018

Zgodnie z art.38.1.2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych – Dz. Ustaw 2017, poz.1579 z późn.zm. Zamawiający dokonuje odpowiedzi na zadane pytania i modyfikacji SIWZ w poniższym zakresie;

ZADANIE 10

Sterylizator parowy– 1 szt.

PYTANIE NR 1

Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 159: „Dotyczy punktu 30. wymaganych parametrów: „automatyczna archiwizacja parametrów i raportów procesu na komputerze zewnętrznym (jednolity program do archiwizacji parametrów i raportów procesu dla oferowanego urządzenia, dla oferowanych myjni dezynfektorów do narzędzi i myjni dezynfektora do wózków dostarczany wraz z urządzeniami), w sterowniku ma być zapewniona archiwizacja wszystkich raportów przeprowadzonych cykli przez minimum 5 lat jako kopia bezpieczeństwa.”

- Prosimy o wyjaśnienie, jakiego typu programu do archiwizacji wymaga Zamawiający? Prosimy o uszczegółowienie możliwości tego typu programu.
- Prosimy o wyjaśnienie, o jakich myjniach-dezynfektorach do narzędzi i do wózków jest mowa w tym punkcie? Czy stanowią one również przedmiot niniejszego postępowania, czy też będą oferowane w innym postępowaniu?”

Odpowiedź Zamawiającego brzmi: „zwrot „dla oferowanych myjni dezynfektorów do narzędzi i myjni dezynfektora do wózków dostarczany wraz z urządzeniami), nie dotyczy tego postępowania. Zamawiający dysponować będzie oprogramowaniem do Sterylizacji. Sterylizator powinien posiadać możliwość odczytu danych i raportu po protokole HL7.”

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający nie popełnił omyłki wymagając możliwości odczytu danych i raportu po protokole HL7?

Uzasadnienie: protokół HL7 służy do wymiany danych pomiędzy systemami komputerowymi najczęściej bazodanowymi, a nie pomiędzy wyrobem medycznym, a komputerem. Sterylizator posiada sterownik, który umożliwia obserwację stanu urządzenia na zewnętrznym komputerze PC podłączonym do złącza sieciowego urządzenia jak również umożliwiające podłączenie urządzenia do systemu komputerowego zarządzania Centralną Sterylizatornią. Rejestrowane dane obejmują krytyczne parametry procesu takie jak nazwa programu, aktualny czas, temperatura, ciśnienie, komunikaty awaryjne.

W związku z powyższym **prosimy o dopuszczenie do oceny urządzenie spełniające wymagane parametry, nie wykorzystujące protokołu HL7 do wymiany / odczytu danych.**

ODPOWIEDŹ; zgodnie z odp.nr 1 z dnia 27.06.2018 r.

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie nr 148- brak odpowiedzi Zamawiającego:

PYTANIE NR 2

Dotyczy „PYTANIA NR 148”; z odp.nr 1 z dnia 27.06.2018 r.

pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści sterylizator o szerokości nie większej niż 1346 mm?

Powyższy parametr odbiega tylko o 4,6 cm od wymagań Zamawiającego i nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie lub umiejscowienie urządzenia.

ODPOWIEDŹ;" dopuszczamy.

**Przewodniczący Komisji Przetargowej
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
[-] mgr inż. Tomasz Boroński**