



Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

05-200 Wołomin, ul. Gdyńska 1/3

NIP 125-09-31-792; REGON 000310315; KRS 0000037824

Centrala tel.22 76.33.100, sekretariat 22 76.33.259, fax 22 76.33.343

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku 05 8923 0150 7177 2015 0001

Wołomin, 2018.06.28

Odpowiedź nr 3 do sprawy ZAM/11/2018

OTRZYMUJĄ WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO



Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Szpital w Wołominie na :
„Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych dla Szpitala w Wołominie w podziale na zadania” - nr postępowania
ZAM/11/2018

Zgodnie z art.38.1.2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych – Dz. Ustaw 2017,
poz.1579 z późn.zm. Zamawiający dokonuje odpowiedzi na zadane pytania i modyfikacji SIWZ w poniższym zakresie;

ZADANIE 10

Sterylizator parowy– 1 szt.

PYTANIE NR 1

Dotyczy odpowiedzi nr 1 do w/w postępowania z dnia 27.06.2018r.

Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 159: „Dotyczy punktu 30. wymaganych parametrów: „automatyczna archiwizacja parametrów i raportów procesu na komputerze zewnętrznym (jednolity program do archiwizacji parametrów i raportów procesu dla oferowanego urządzenia, dla oferowanych myjni dezynfektorów do narzędzi i myjni dezynfektora do wózków dostarczany wraz z urządzeniami), w sterowniku ma być zapewniona archiwizacja wszystkich raportów przeprowadzonych cykli przez minimum 5 lat jako kopia bezpieczeństwa.”

- Prosimy o wyjaśnienie, jakiego typu programu do archiwizacji wymaga Zamawiający? Prosimy o uszczegółowienie możliwości tego typu programu.
- Prosimy o wyjaśnienie, o jakich myjniach-dezynfektorach do narzędzi i do wózków jest mowa w tym punkcie? Czy stanowią one również przedmiot niniejszego postępowania, czy też będą oferowane w innym postępowaniu?”

Odpowiedź Zamawiającego brzmi: „zwrot „dla oferowanych myjni dezynfektorów do narzędzi i myjni dezynfektora do wózków dostarczany wraz z urządzeniami), nie dotyczy tego postępowania. Zamawiający dysponować będzie oprogramowaniem do Sterylizacji. Sterylizator powinien posiadać możliwość odczytu danych i raportu po protokole HL7.”

Prosimy o powtórne rozpatrzenie wymagania odczytu danych i raportu po protokole HL7 oraz o usunięcie wymienionego wymagania. Protokół HL7 nie służy do komunikacji żadnych dostępnych na rynku sterylizatorów z systemami komputerowymi zarządzania obiegiem narzędzi w Centralnych Sterylizatorniach. Protokół HL7 służy do wymiany danych na temat PACJENTÓW w systemach HIS – systemach informacji szpitalnej. Z naszej wiedzy wynika, iż żaden z dostępnych na rynku sterylizatorów nie posiada możliwości bezpośredniej komunikacji z systemami HIS.

ODPOWIEDŹ;

Uzupełnienie do odpowiedzi Zamawiającego:

Zamawiający będzie dysponował własnym systemem informatycznym HIS, który posiadać będzie moduł obsługujący Centralną Sterylizatornię w tym (Możliwość drukowania samoprzylepnych etykiet z informacją o przebiegu sterylizacji, Możliwość ewidencji przyjęcia brudnych pakietów / zestawów do sterylizacji, Możliwość ewidencji obsługi procesu sterylizacji, Możliwość weryfikacji zawartości zestawów i pakietów narzędziowych, Możliwość ręcznej ewidencji parametrów pracy myjek i autoklawów, Możliwość ewidencji testów przeprowadzonych na sterylizatorach, Możliwość wydruku testów przeprowadzonych na sterylizatorach ,Możliwość generowania wydruków i raportów)

Steryliizator wyposażony w sterownik i regulator z wyjściem z możliwością podłączenia bezpośrednio do sieci informatycznej lub do stacji roboczej będącej na wyposażeniu Zamawiającego, pracującej we własnym systemie informatycznym HIS z modulem Sterylizatornia.

Wraz ze sterylizatorem konieczne jest dostarczenie oprogramowania sterowania pracą, które będzie można zintegrować z systemem Szpitalnym-Sterylizatornia komunikacją za pomocą protokołów wymiany, która musi być zgodna z wersją minimum 2.3 standardu HL7.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
[-] mgr inż. Tomasz Boroński