



Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

05-200 Wołomin, ul. Gdyńska 1/3

NIP 125-09-31-792; REGON 000310315; KRS 0000037824

Centrala tel. 22 76.33.100, sekretariat 22 76.33.259, fax 22 76.33.343

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku 05 8923 0150 7177 2015 0001

Wołomin, 2018.06.27

Odpowiedź nr 1 do sprawy ZAM/11/2018

OTRZYMUJĄ WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO



Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Szpital w Wołominie na :
„Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych dla Szpitala w Wołominie w podziale na zadania” - nr postępowania
ZAM/11/2018

Zgodnie z art.38.1.2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych – Dz. Ustaw 2017, poz.1579 z późn.zm. Zamawiający dokonuje odpowiedzi na zadane pytania i modyfikacji SIWZ w poniższym zakresie;

SIWZ

PYTANIE NR 1;

Czy Zamawiający uzna za wystarczające ilustrowane foldery, katalogi autoryzowanego dystrybutora z potwierdzonymi wymaganymi w specyfikacji parametrami technicznymi wyrobu?

ODPOWIEDŹ: dopuszczamy z zastrzeżeniem , że w przypadku wątpliwości Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przedstawienie folderów, katalogów producenta z potwierdzonymi wymaganymi w specyfikacji parametrami technicznymi wyrobu.

ISTOTNE WARUNKI UMOWY

PYTANIE NR 2;

Wnosimy o zmianę zapisu w § 4 ust. 1pkt. e):

1. Wykonawca zobowiązuje się w terminie maksymalnie do dnia na rzecz Zamawiającego dostarczyć, zmontować i uruchomić tj. oddać do eksploatacji przedmiot umowy w siedzibie Zamawiającego - jak również dokonać szkolenia personelu oraz dostarczyć:

- kartę gwarancyjną;
- pełną listę części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów i innych części, których wymiana lub naprawa może okazać się konieczna w okresie eksploatacji urządzenia;
- wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych (zgodnie z art. 90 ust. 3 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.);
- wykaz podmiotów obsługi serwisowej (zgodnie z art. 90 ust. 4 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.);
- dokumentację serwisową techniczną (tj., wszelkie dokumenty typu paszport techniczny itp.) oraz instrukcję obsługi urządzenia w j. polskim.

ODPOWIEDŹ; wyrażamy zgodę .

PYTANIE NR 3;

Pozostałe wymagania, pkt 3 oraz wzór umowy, par. 4 ust. 1e – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od dostarczenia wraz z aparatem pełnej dokumentacji serwisowej? Wszystkie informacje, niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania sprzętu znajdują się w instrukcji obsługi.

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 4;

Pozostałe wymagania, pkt 4 oraz wzór umowy par. 5 ust. 7 - Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, a o czas przedłużającej się naprawy ponad terminy określone w umowie. W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie stosownych zmian we wzorze umowy.

ODPOWIEDŹ; Wyrażamy zgodę tj. par. 5 ust. 7 otrzymuje brzmienie ;

„7. Czas trwania naprawy gwarancyjnej , niezależnie od przyczyn, rodzaju wady ani sposobu jej usunięcia powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przedłużającej się naprawy ponad terminy określone w umowie”.

PYTANIE NR 5;

Pozostałe wymagania, pkt 7 - Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 3 dni roboczych. W związku z powyższym, **czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?**

ODPOWIEDŹ; dopuszczamy.

PYTANIE NR 6;

Wzór umowy par. 5 ust. 8 - Czy Zamawiający dopuści zmianę brzmienia tego punktu na następujący: "Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt zastępczy, o parametrach technicznych nie gorszych niż wymieniany sprzęt, na czas naprawy, jeśli czas naprawy przekracza czas określony w umowie/SIWZ"?

ODPOWIEDŹ; wyrażamy zgodę.

PYTANIE NR 7;

Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca, który składa ofertę na urządzenia będące wyrobami medycznymi nie ma obowiązku posiadania i dołączenia do oferty kserokopii zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej? Do dystrybucji wyrobów medycznych nie jest wymagane prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

ODPOWIEDŹ; zgodnie z obowiązującym prawem .

PYTANIE NR 8;

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy, po którym Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy do 7 dni roboczych?

ODPOWIEDŹ; wyrażamy zgodę.

PYTANIE NR 9;

Dotyczy załącznika nr 3 Istotne postanowienia umowy § 3 ust.1 .Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie niniejszego ustępu?

Z uwagi na treść ust.3, który precyzyjnie reguluje wszelkie te kwestie.

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 10;

Dotyczy załącznika nr 3 Istotne postanowienia umowy § 3 ust.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby niniejszy ustęp otrzymał poniższe brzmienie:

„W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w ust. 3, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania dostaw/usług objętych niniejszą umową. W przypadku opóźnienia w zapłacie za dokonanie dostawy/usługi, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek z tytułu opóźnienia zapłaty, zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. W przypadku naliczenia odsetek Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia noty odsetkowej.”?

Powyższe jest zgodnie z art.481 Kodeksu cywilnego i jest ma celu doprecyzowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 11;

Dotyczy załącznika nr 3 Istotne postanowienia umowy § 4 ust.1 b)

Wykaz części zamiennych istnieje w postaci specjalistycznego oprogramowania i zawiera kilkanaście tysięcy pozycji. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie na każde życzenie Zamawiającego listy wybranych części zamiennych potrzebnych do określonej naprawy?

ODPOWIEDŹ: wyrażamy zgodę.

PYTANIE NR 12;

Dotyczy załącznika nr 3 Istotne postanowienia umowy § 5 ust.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „gwarantuje” na „zapewnia”?

Uprzejmie prosimy o zmianę. Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy a nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja” / „gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na zasady odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest mylące. Właściwymi są min. takie słowa jak „zobowiązuje się”, „zapewnia” „oświadcza, że” „odpowiedzialność” itp.

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 13;

Dotyczy załącznika nr 3 Istotne postanowienia umowy § 5 ust.6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa z „gwarantowany” na „zapewniony”?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 14;

Dotyczy załącznika nr 3 Istotne postanowienia umowy § 5 ust.6 „czas reakcji serwisu wynosi max 48 godziny”

Czy Zamawiający potwierdza, że rozumie przez to czas reakcji serwisu w dni robocze, tzn. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy?

ODPOWIEDŹ: „czas reakcji serwisu wynosi max 48 godziny w dni robocze”.

PYTANIE NR 15;

Dotyczy załącznika nr 2 Istotne postanowienia umowy § 5 ust.7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby niniejszy ustęp otrzymał poniższe brzmienie:

„Czas trwania naprawy gwarancyjnej, niezależnie od przyczyn, rodzaju wady ani sposobu jej usunięcia, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu umowy.”?

Powyższe jest w celu doprecyzowania warunków gwarancji.

ODPOWIEDŹ: „7. Czas trwania naprawy gwarancyjnej, niezależnie od przyczyn, rodzaju wady ani sposobu jej usunięcia powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przedłużającej się naprawy ponad terminy określone w umowie”.

PYTANIE NR 16;

Dotyczy załącznika nr 3 Istotne postanowienia umowy § 5 ust.8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie niniejszego ustępu?

Z uwagi na złożoność, czas instalacji i uruchomienia oraz koszt systemów, jak również względy formalne (m. in. pozwolenia wydawane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną na użytkowanie aparatów o wskazanym numerze seryjnym) prosimy o zwolnienie Wykonawcy z obowiązku dostarczenia urządzenia zastępczego.

Wykonawca nie może zobowiązać się w tym zakresie, skoro zamawiający nie może określić ilości i ceny takich badań – zgodnie z art. 29 ustawy Pzp. Tym bardziej, że interesy Zamawiającego chronią zastrzeżone kary umowne oraz prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ z wyłączeniem ZADANIA nr 6 - Ramię cyfrowe C ze wzmacniaczem - 1 szt., i ZADANIA nr 10 Sterylizator parowy– 1 szt..

PYTANIE NR 17;

Dotyczy załącznika nr 3 Istotne postanowienia umowy § 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie dodatkowego ustępu o poniższej treści:

„Zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu i obowiązki Wykonawcy w tym zakresie) są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji.”?

Powyższe jest w celu doprecyzowania warunków rękojmi.

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 18;

Dotyczy załącznika nr 3 Istotne postanowienia umowy § 6 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby niniejszy ustęp otrzymał poniższe brzmienie:

„W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn będących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej części umowy.”?

Wykonawca ma prawo, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, odstąpić od umowy jedynie z przyczyn wskazanych w umowie lub przepisach Kodeksu cywilnego. A skoro jest to jego ustawowe prawo, to nie można go karać za skorzystanie z niego.

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 19;

Dotyczy załącznika nr 3 Istotne postanowienia umowy § 6 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie niniejszego ustępu? Z uwagi na postanowienia i propozycje Wykonawcy do par.3 ust.4 umowy.

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 20;

Co będzie podstawą do wystawienia faktury?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z zapisami § 6 załącznika nr 3 do SIWZ tj; Istotnych postanowień umowy.

PYTANIE NR 21;

Dotyczy załącznika nr 3 Istotne postanowienia umowy § 3 ust.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie niniejszego ustępu?

Z uwagi na treść ust.3, który precyzyjnie reguluje wszelkie te kwestie.

ODPOWIEDŹ; ; zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 22;

Dotyczy załącznika nr 3 Istotne postanowienia umowy § 3 ust.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby niniejszy ustęp otrzymał poniższe brzmienie:

*„W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w ust. 3, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania dostaw/usług objętych niniejszą umową. W przypadku **opóźnienia** w zapłacie za dokonanie dostawy/usługi, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek **z tytułu opóźnienia zapłaty, zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych**. W przypadku naliczenia odsetek Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia noty odsetkowej.”?*

Powyższe jest zgodnie z art.481 Kodeksu cywilnego i jest ma celu doprecyzowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

ODPOWIEDŹ; ; zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 23;

Dotyczy załącznika nr 3 Istotne postanowienia umowy § 4 ust.1 b)

Wykaz części zamiennych istnieje w postaci specjalistycznego oprogramowania i zawiera kilkanaście tysięcy pozycji. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie na każde życzenie Zamawiającego listy wybranych części zamiennych potrzebnych do określonej naprawy?

ODPOWIEDŹ; wyrażamy zgodę.

PYTANIE NR 24;

Dotyczy załącznika nr 3 Istotne postanowienia umowy § 5 ust.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „gwarantuje” na „zapewnia”?

Uprzejmie prosimy o zmianę. Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy a nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja” / „gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na zasady odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest mylące. Właściwymi są min. takie słowa jak „zobowiązuje się”, „zapewnia” „oświadcza, że” „odpowiedzialność” itp.

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 25;

Dotyczy załącznika nr 3 Istotne postanowienia umowy § 5 ust.6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa z „gwarantowany” na „zapewniony”?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 26;

Dotyczy załącznika nr 3 Istotne postanowienia umowy § 5 ust.6 „czas reakcji serwisu wynosi max 48 godziny”

Czy Zamawiający potwierdza, że rozumie przez to czas reakcji serwisu w dni robocze, tzn. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy?

ODPOWIEDŹ: „*czas reakcji serwisu wynosi max 48 godzin w dni robocze*”.

PYTANIE NR 27;

Dotyczy załącznika nr 2 Istotne postanowienia umowy § 5 ust.7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby niniejszy ustęp otrzymał poniższe brzmienie:

„*Czas trwania naprawy gwarancyjnej, niezależnie od przyczyn, **rodzaju wady ani sposobu jej usunięcia**, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu umowy.*”?

Powyższe jest w celu doprecyzowania warunków gwarancji.

ODPOWIEDŹ: Wyrażamy zgodę tj. par. 5 ust. 7 otrzymuje brzmienie ;

„*7. Czas trwania naprawy gwarancyjnej, niezależnie od przyczyn, rodzaju wady ani sposobu jej usunięcia powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przedłużającej się naprawy ponad terminy określone w umowie*”.

PYTANIE NR 28;

Dotyczy załącznika nr 3 Istotne postanowienia umowy § 5 ust.8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie niniejszego ustępu?

Z uwagi na złożoność, czas instalacji i uruchomienia oraz koszt systemów, jak również względy formalne (m. in. pozwolenia wydawane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną na użytkowanie aparatów o wskazanym numerze seryjnym) prosimy o zwolnienie Wykonawcy z obowiązku dostarczenia urządzenia zastępczego.

Wykonawca nie może zobowiązać się w tym zakresie, skoro zamawiający nie może określić ilości i ceny takich badań – zgodnie z art. 29 ustawy Pzp. Tym bardziej, że interesy Zamawiającego chronią zastrzeżone kary umowne oraz prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 29;

Dotyczy załącznika nr 3 Istotne postanowienia umowy § 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie dodatkowego ustępu o poniższej treści:

„*Zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu i obowiązki Wykonawcy w tym zakresie) są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji.*”?

Powyższe jest w celu doprecyzowania warunków rękojmi.

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ .

PYTANIE NR 30;

Dotyczy załącznika nr 3 Istotne postanowienia umowy § 6 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby niniejszy ustęp otrzymał poniższe brzmienie:

„*W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn będących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej części umowy.*”?

Wykonawca ma prawo, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, odstąpić od umowy jedynie z przyczyn wskazanych w umowie lub przepisach Kodeksu cywilnego. A skoro jest to jego ustawowe prawo, to nie można go karać za skorzystanie z niego.

ODPOWIEDŹ: zgodnie z zapisami SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 31;

Dotyczy załącznika nr 3 Istotne postanowienia umowy § 6 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie niniejszego ustępu? Z uwagi na postanowienia i propozycje Wykonawcy do par.3 ust.4 umowy.

ODPOWIEDŹ: zgodnie z zapisami SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 32;

Co będzie podstawą do wystawienia faktury?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z zapisami § 6 załącznika nr 3 do SIWZ tj; Istotnych postanowień umowy.

PYTANIE NR 34;

Czy zawrzenie Państwo z wybranym wykonawcą umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych uwzględniając faktyczny model oczekiwanych przez Państwa usług serwisowych (w szczególności mając na uwadze, że usługi serwisowe świadczone przez wykonawców globalnych - globalnych grup kapitałowych- mają także globalną strukturę zakładającą udział w serwisie spółek z grupy kapitałowej, w szczególności spółki producenta oferowanego urządzenia, co pozwala na zaoferowanie modelu serwisu „follow the Sun” i najwyższych standardów jakości).

ODPOWIEDŹ: Tak.

ZADANIE 2

Aparat USG – 1 szt.

PYTANIE NR 35;

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 85 kg?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 36;

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w monitor kolorowy LED 19" o rozdzielczości 1280x1024?

Uzasadnienie: Monitor zastosowany w oferowanym urządzeniu wyposażony został w funkcjonalność „full screen” pozwalającą na wyświetleniu pola obrazowego na całym ekranie. Otrzymany obraz zajmuje większy obszar niż na oczekiwanym przez Zamawiającego monitorze 21”.

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 37;

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości zmiany wysokości monitora niezależnie od konsoli aparatu oraz z monitorem umieszczonym na obrotowym wysięgniku zapewniającym pochył monitora przód-tył i obrót lewo-prawo (min.+/- 70°)?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 38;

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z trzema aktywnymi, równoważnymi gniazdami do przyłączenia głowic obrazowych oraz z jednym aktywnym gniazdem dla głowic obrazowych HD?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 39;

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o dynamice 180 dB?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 40;

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w tryb Dopplera Kolorowego (CD) o rejestrowanej prędkości maksymalnej min. od -300 cm/s do 0 oraz min. od 0 do +300 cm/s?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 41;

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o regulacji wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) Min. 0.5-20 mm?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 42;

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w szerokopasmową elektroniczną głowicę liniową ze zmienną częstotliwością pracy do badań naczyniowych o zakresie częstotliwości pracy min. 4.0 -10.0MHz (+/- 1 MHz) oraz długości czoła głowicy min. 38 mm?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ.

PYTANIE nr 43;

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny , który jest fabrycznie nowy rok produkcji 2017 (ze stanu magazynowego producenta) , nie był używany, nie jest demonstracyjny i powystawowy,? Takie rozwiązanie pozwoli Zamawiającemu obniżyć koszty zakupu wymaganego w SIWZ urządzenia.

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ.

PYTANIE nr 44 pkt.9.

Czy w myśl dobrze pojętego interesu Szpitala i Pacjentów, Zamawiający dopuści do procedury przetargowej wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny spełniający pozostałe wymogi SIWZ, którego zakres częstotliwości pracy wynosi od 2.0 do 10.0 MHz, a całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych (nie harmoniczných) głowic obrazowych współpracujących z aparatem możliwe na dzień składania ofert jest od 1.3 do 12 MHz?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ.

PYTANIE nr 45. Zadanie nr 2. pkt.26.

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny posiadający regulację

wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) od 1.0-20 mm? Różnica 0,8 mm w zakresie ustawienia szerokości bramki Dopplerowskiej nie ma znaczenia diagnostycznego, biorąc pod uwagę ogólnie przyjęte normy, które praktycznie w badaniach wykorzystywane są na poziomie min. 1mm m.in. w diagnostyce układu krążenia, badaniach kardiologicznych oraz naczyniowych.

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ.

PYTANIE nr 46. Zadanie nr 2. pkt.29.

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta aparatury medycznej, który nie posiada wymaganego w SIWZ Kolorowego i Spektralnego trybu Dopplera Tkankowego, ale posiada alternatywne rozwiązanie w postaci wgranego presetu TDI ?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ.

PYTANIE nr 47. Zadanie nr 2. POZOSTAŁE WYMAGANIA pkt. 4

Prosimy o zmianę zapisów pkt. 4 z:

"Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca zobowiązany jest, w czasie eksploatacji aparatu, udzielać 12-to miesięcznej gwarancji na wszystkie części zamienne oraz co najmniej 6-cio miesięcznej gwarancji na wykonane usługi serwisowe."

na:

"Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca zobowiązany jest, w czasie eksploatacji aparatu, udzielać 3-to miesięcznej gwarancji na wszystkie części zamienne oraz co najmniej 6-cio miesięcznej gwarancji na wykonane usługi serwisowe."

Pragniemy poinformować, że producent oferowanego przez nas aparatu zapewnia w standardzie 3-miesięczną gwarancją na zainstalowane przez siebie części. Zamawiającym może oczywiście zamówić części z 12-stomiesięczną gwarancją, lecz będzie to dla niego daleko bardziej kosztowne. Aby nie ograniczyć możliwości zaofiarowania Zamawiającemu tańszych części objętych 3-miesięczną gwarancją wnosimy o zmianę zapisów jak w zapytaniu.

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ .

PYTANIE nr 48.

W związku z faktem, że sprzedaż urządzeń medycznych jakimi są aparaty USG nie wymaga zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgonie z art. 88 ust. 5 pkt. 5 ustawy z 06.09.2001 r. „Prawo farmaceutyczne” (Dz. U. z 2001 r. Nr126 poz. 1381 z późn. zm.) prosimy o zmianę zapisów rozdziału VI pkt 2 SIWZ z:

"zezwolenie właściwego organu lub wpis do rejestru zawodowego

Kserokopia zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgonie z art. 88 ust. 5 pkt. 5 ustawy z 06.09.2001 r. „Prawo farmaceutyczne” (Dz. U. z 2001 r. Nr126 poz. 1381 z późn. zm.)"

na:

"zezwolenie właściwego organu lub wpis do rejestru zawodowego

W przypadku jeżeli nie dotyczy Zamawiający wymaga pisemnego OŚWIADCZENIA, że ustawy nie nakładają obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji."

ODPOWIEDŹ; Wyrażamy zgodę.

ZADANIE NR 5

Pompy infuzyjne – 15 szt.

PYTANIE NR 49;

– **Pkt. 3** Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z regulowaną szybkością dozowania dawki uderzeniowej BOLUS co 0,1 ml/h dla:

0,1 – 100 ml/h dla strzykawek 2/3 ml

0,1 – 100 ml/h dla strzykawek 5ml

0,1 – 200 ml/h dla strzykawek 10 ml

0,1 – 400 ml/h dla strzykawek 20 ml

0,1 – 600 ml/h dla strzykawek 30 ml

0,1 – 1800 ml/h dla strzykawek 50 ml

Powyższy zakres jest całkowicie wystarczający do poprawnej podaży bolusa pacjentowi. Dodatkowo takie rozwiązanie jest znacznie lepsze od rozwiązania wymaganego przez Zamawiającego, ponieważ dodatkowa opcja bolusa dla obsługi strzykawek o rozmiarach 2/3 ml jest bardzo ważna, szczególnie podczas niskiej i dokładnej podaży.

ODPOWIEDŹ; zgodnie z zapisami SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 50;

– **Pkt. 6** Co Zamawiający miał na myśli wymagając dawkę początkową do objętości strzykawki ?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z zapisami SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 51;

– **Pkt. 12** Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową z 4 poziomami okluzji w przedziale 30 – 120 Kpa o rozdzielczości 30 Kpa ?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z zapisami SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 52;

Dot. pkt 1 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę infuzyjną strzykawkową z prędkością dozowania nastawianą co 0,1 ml/h

- dla strzykawki o poj.5ml = 50 -250 ml/h
- dla strzykawki o poj.10ml = 50-350 ml/h
- dla strzykawki o poj.20ml =50-600 ml/h
- dla strzykawki o poj.30ml =50- 600 ml/h
- dla strzykawki o poj.50/60ml =50-1200 ml/h ?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z zapisami SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 53;

Dot. pkt 2 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę infuzyjną strzykawkową z limitem objętości mieszczącym się w zakresie 0,1 – 999 ml, nastawianą co 0,1ml(0,1-99,9); co 1 ml(100-999)?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z zapisami SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 54;

Dot. pkt 3 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę infuzyjną strzykawkową z regulacją prędkości bolusa:

- dla strzykawki o poj.5ml = 50 -250 ml/h
- dla strzykawki o poj.10ml = 50-350 ml/h
- dla strzykawki o poj.20ml =50-600 ml/h
- dla strzykawki o poj.30ml =50- 600 ml/h
- dla strzykawki o poj.50/60ml =50-1200 ml/h ?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z zapisami SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 55;

Dot. pkt 7 - Czy Zamawiający pod określeniem koncentracja leku ma na myśli dawkę nasycającą ,czy też stężenie dawki do podania?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z zapisami SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 56;

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę infuzyjną strzykawkową, w której dawka nasycająca ustawiana jest w zakresie 0,01-9999 jedn., natomiast stężenie ustawiane w zakresie 0,01-70000 jedn.?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z zapisami SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 57;

Dot. pkt 8 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę infuzyjną strzykawkową, w której zakres ustawień wagi pacjenta mieści się w zakresie 0,25-350 kg?

ODPOWIEDŹ; dopuszczamy.

PYTANIE NR 58;

Dot. pkt 9 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę infuzyjną strzykawkową z funkcją programowania czasu infuzji od 1min – 96 godzin?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z zapisami SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 59;

Dot. pkt 11 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę infuzyjną strzykawkową z dokładnością dozowania $\pm 3\%$ (1% w mechanizmie;2% w strzykawkach)?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z zapisami SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 60;

Dot. pkt 12 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę infuzyjną strzykawkową posiadającą 20 poziomów ustawiania poziomów okluzji z maksymalnym poziomem 900 mmHg / 120 kPa / 17,4 PSI?

ODPOWIEDŹ; dopuszczamy.

PYTANIE NR 61;

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści pompy posiadające poniższe prędkości dozowania nastawiana co 0,01ml/h:

- 0,01 – 1800 ml/h dla strzykawk 50/60 ml/h
- 0,01 – 1200 ml/h dla strzykawk 30/35 ml/h
- 0,01 – 800 ml/h dla strzykawk 20ml
- 0,01 – 500 ml/h dla strzykawk 10/12 ml
- 0,01 – 300 ml/h dla strzykawk 5/6 ml

ODPOWIEDŹ; zgodnie z zapisami SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 62;

Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści pompy posiadające maksymalne prędkości bolusa:

- do 1800 ml/h dla strzykawk 50/60 ml/h
- do 1200 ml/h dla strzykawk 30/35 ml/h
- do 800 ml/h dla strzykawk 20ml
- do 500 ml/h dla strzykawk 10/12 ml
- do 300 ml/h dla strzykawk 5/6 ml

ODPOWIEDŹ; zgodnie z zapisami SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 63;

Czy Zamawiający w poz. 8 dopuści pompy z wagą pacjenta do 250kg?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z zapisami SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 64;

Czy Zamawiający w poz. 9 dopuści pompy z maksymalnym czasem infuzji 99 godz 59 min 00 sek

ODPOWIEDŹ; zgodnie z zapisami SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 65;

Czy Zamawiający w poz. 10 dopuści pompy z automatyczną prędkością KVO w zakresie 0,1 – 3ml/h?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z zapisami SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 66;

Czy Zamawiający w poz. 12 dopuści pompy z programowanym poziomem ciśnienia okluzji – 9 poziomów, od 0,1 – 1,2 bar (10 – 120 kPa)?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z zapisami SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 67;

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pompę, w której prędkość dozowania nastawiana jest co 0,01ml/h dostępna jest w zakresie:

- 0,1 ÷ 1500 ml/h dla strzykawki 50 ml
- 0,1 ÷ 600 ml/h dla strzykawki 30 ml
- 0,1 ÷ 400 ml/h dla strzykawki 20 ml
- 0,1 ÷ 200 ml/h dla strzykawki 10 ml
- 0,1 ÷ 100 ml/h dla strzykawki 5 ml

ODPOWIEDŹ; zgodnie z zapisami SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 68;

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pompę, w której objętość infuzji mieści się w zakresie 0,1 - 9999,99 ml, ustawiana co 0,01 ml?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z zapisami SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 69;

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pompę w której prędkość dozowania dawki uderzeniowej mieści się w zakresie : 0,1 ÷ 1500 ml/h dla strzykawki 50 ml; 0,1 ÷ 600 ml/h dla strzykawki 30 ml, 0,1 ÷ 400 ml/h dla strzykawki 20 ml; 0,1 ÷ 200 ml/h dla strzykawki 10 ml; 0,1 ÷ 100 ml/h dla strzykawki 5 ml nastawiana co 0,1 ml/h ; wartość domyślna 800 ml/h dla strzykawki 50ml?

ODPOWIEDŹ;

zgodnie z zapisami SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 70;

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pompy, w której dostępne są poszczególne jednostki dawki infuzji: ml, g, mg, mcg, ng, IU, na min. lub h ?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z zapisami SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 71;

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pompy, w której ciśnienie okluzji może być zaprogramowane w zakresie 150÷975mmHg, 11 poziomów?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z zapisami SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 72;

– **Pkt. 1** Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z zakresem szybkości infuzji co 0,01 ml/h dla:

- 0,01 – 100 ml/h dla strzykawk 2/3 ml
- 0,01 – 100 ml/h dla strzykawk 5ml
- 0,01 – 200 ml/h dla strzykawk 10 ml
- 0,01 – 400 ml/h dla strzykawk 20 ml
- 0,01 – 600 ml/h dla strzykawk 30 ml
- 0,01 – 1800 ml/h dla strzykawk 50 ml

Powyższy zakres jest całkowicie wystarczający do poprawnej podaży infuzji pacjentowi. Każda prędkość została optymalnie wyliczona do każdego rozmiaru strzykawek. Zakresy powyżej 1800 ml/h nie są stosowane w praktyce i są zarezerwowane dla dawki uderzeniowej. Przy normalnej infuzji stosowane są mniejsze prędkości. Dodatkowo takie rozwiązanie jest znacznie lepsze od rozwiązania wymaganego przez Zamawiającego, ponieważ infuzja z niskimi przepływami dokładność jest zdecydowanie ważniejsza, szczególnie z możliwością współpracy pompy ze strzykawkami o rozmiarach 2/3 ml.

ODPOWIEDŹ; zgodnie z zapisami SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 73;

– **Pkt. 3** Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z regulowaną szybkością dozowania dawki uderzeniowej BOLUS co 0,1 ml/h dla:

- 0,1 – 100 ml/h dla strzykawk 2/3 ml
- 0,1 – 100 ml/h dla strzykawk 5ml
- 0,1 – 200 ml/h dla strzykawk 10 ml
- 0,1 – 400 ml/h dla strzykawk 20 ml
- 0,1 – 600 ml/h dla strzykawk 30 ml
- 0,1 – 1800 ml/h dla strzykawk 50 ml

Powyższy zakres jest całkowicie wystarczający do poprawnej podaży bolusa pacjentowi. Dodatkowo takie rozwiązanie jest znacznie lepsze od rozwiązania wymaganego przez Zamawiającego, ponieważ dodatkowa opcja bolusa dla obsługi strzykawk o rozmiarach 2/3 ml jest bardzo ważna, szczególnie podczas niskiej i dokładnej podaży.

ODPOWIEDŹ; zgodnie z zapisami SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 74;

– **Pkt. 6** Co Zamawiający miał na myśli wymagając dawkę początkową do objętości strzykawki ?

ODPOWIEDŹ; Zamawiający zapis „dawka początkowa do objętości strzykawki ” rozumie jako dostosowanie systemu programowania wymaganej dawki z możliwością ustawiania: prędkości, prędkości i objętości, prędkości i czasu lub objętości i czasu.

PYTANIE NR 75;

– **Pkt. 12** Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową z 4 poziomami okluzji w przedziale 30 – 120 Kpa o rozdzielczości 30 Kpa ?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z zapisami SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

ZADANIE 6

Ramię cyfrowe C ze wzmacniaczem - 1 szt.

PYTANIE NR 76;

W pozycji 5 „*Parametry techniczno – użytkowe*” podano: „Generator Rtg o mocy wyjściowej 2,2 kW”. Pragniemy zaoferować zestaw rtg z łukiem C najnowszej generacji z lepszym od wymaganego generatorem rtg bo o większej mocy o mocy wyjściowej 4,0 kW. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie takiej mocy wyjściowej.

ODPOWIEDŹ; dopuszczamy moc wyjściową generatora rtg do 3kW.

PYTANIE NR 77;

W pozycji 7 „**Parametry techniczno – użytkowe**” podano: „Oprogramowanie w języku Polskim”. Pragniemy zaoferować zestaw rtg z łukiem C najnowszej generacji z lepszym i przejrzystym interfejsem (oprogramowaniem) ikonograficznym zamiast pomocy kontekstowej (oprogramowania) w języku polskim. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie takiego rozwiązania.

ODPOWIEDŹ; dopuszczamy z dołączoną wersją papierową oprogramowania w języku polskim.

PYTANIE NR 78;

W pozycji 8 „**Parametry techniczno – użytkowe**” podano: „System bezpośredniego pomiaru dawki – urządzenie mierzące jaka dawka przechodzi przez pacjenta” i w kolumnie „**Opis Wykonawcy**”: „Poniżej 200 - 1 pkt; 200 i powyżej – 10 pkt”. W zestawach rtg z łukiem C nie mierzy się dawki przechodzącej przez pacjenta lecz dawkę wejściową pacjenta w różnych trybach pracy (fluoroscopia ciągła / pulsacyjna, radiografia), tzw. dawkę powierzchniową DAP (DOSE AREA PRODUCT). Po zakończeniu procedury system automatycznie tworzy raport ekspozycji (DAP). Raport można wydrukować za pomocą lokalnej drukarki medycznej (opcjonalnie), aby dołączyć tę dokumentację do dokumentacji medycznej pacjenta. Ponadto ten raport jest również eksportowany i dostępny w pliku PDF. Taki system jest OPCJONALNY.

Opisana w kolumnie 4 punktacja nie odnosi się do tego parametru.

Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i zmianę opisu parametru i punktacji na następujące: „System bezpośredniego pomiaru dawki DAP w różnych trybach pracy (fluoroscopia ciągła / pulsacyjna, radiografia z raportowaniem w pliku PDF” i w kolumnie „**Opis Wykonawcy**”: „ TAK – 10 pkt, NIE – 0 pkt.”

ODPOWIEDŹ; Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 2 dla ZADANIA nr 6 - Ramię cyfrowe C ze wzmacniaczem - 1 szt.- poprzez;

1. wykreślenie w kolumnie „**Opis Wykonawcy**” i rezygnację z oceny jakościowej parametru w pozycji 8 „**Parametry techniczno – użytkowe**”: „System bezpośredniego pomiaru dawki – urządzenie mierzące jaka dawka przechodzi przez pacjenta”
2. wykreślenie w ROZDZIALE XIV – OPIS KRYTERIÓW - zadania nr 6 w kryteriach CENA i WALORY TECHNICZNO- UZYTEKOWE i dodanie ZADANIA nr 6 w kryteriach CENA i DOSTAWA.

PYTANIE NR 79;

W pozycji 9 „**Parametry techniczno – użytkowe**” podano: „Trójpolewy wzmacniacz obrazu”. Taki trójpolewy wzmacniacz obrazu może mieć nominalne pole wejściowe 6”, 9”, 12” lub nawet 16”. Wielkość pola wejściowego wzmacniacza obrazu determinuje cenę sprzętu. Brak określenia wymaganej wielkości nominalnego pola wzmacniacza uniemożliwi Zamawiającemu porównanie i ocenę ofert. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i zmianę opisu parametru na następujący: „Trójpolewy wzmacniacz obrazu z min. 9” polem wejściowym”.

ODPOWIEDŹ; wyrażamy zgodę na „Trójpolewy wzmacniacz obrazu z min. 6 polem wejściowym”.

PYTANIE NR 80;

W pozycji 12 „**Wyposażenie**” podano: „Oprogramowanie umożliwiające podłączenie aparatu do istniejącej sieci szpitalnej”. Pragniemy zaoferować zestaw rtg z łukiem C najnowszej generacji z procedurami DICOM umożliwiającymi podłączenie aparatu do istniejącej sieci szpitalnej w celu wymiany informacji medycznej pomiędzy systemem PACS / RIS Zamawiającego. Zwykle taka współpraca wymaga zakupu licencji u właściciela systemem PACS / RIS. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i podanie czy koszt zakupu takiej licencji leży po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy? Jeśli Wykonawca ma kupić taką licencję to prosimy o podanie właściciela / zarządcy systemem PACS / RIS

ODPOWIEDŹ; właścicielem / zarządcą systemem PACS / RIS będzie Zamawiający.

PYTANIE NR 81;

W pozycji 14 „**Wyposażenie**” podano: „Laser krzyżowy na lampie”. Na lampie rtg nie ma lasera. Jest on mocowany po stronie kołpaka / głowicy z lampą rtg. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i zmianę opisu parametru na następujący: „Lokalizator laserowy mocowany po stronie kołpaka / głowicy z lampą rtg”

ODPOWIEDŹ;dopuszczamy.

PYTANIE NR 82;

W pozycji 1 „**POZOSTAŁE WYMAGANIA**” podano: „**Certyfikaty CE**. Oferowane urządzenia powinny posiadać certyfikat CE lub aktualny **wpis** lub **zgłoszenie** do Rejestru Wyrobów Medycznych (o ile dotyczy)”. Obecnie dokonuje się powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zamiast wpisu lub zgłoszenia. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i zmianę opisu parametru na następujący: „**Certyfikaty CE**. Oferowane urządzenia powinny posiadać certyfikat CE lub aktualne **powiadomienie** Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych”.

ODPOWIEDŹ; zgodnie z obowiązującym prawem.

PYTANIE NR 83;

W pozycji 7 „**POZOSTAŁE WYMAGANIA**” podano: „Maksymalny czas usuwania awarii 3 dni robocze. Przedłużenie czasu powoduje zainstalowanie, przez Wykonawcę aparatu zastępczego o podobnych parametrach na czas naprawy”. Korzystanie z aparatu zastępczego o podobnych parametrach w czasie napraw wymaga dopuszczenia stosowania tego sprzętu u Zamawiającego przez miejscowy SANEPID, co trwa to około jednego miesiąca. W § 5 ust. 8 dokumentu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY podano: „W przypadku powstania awarii, Wykonawca udostępni Zamawiającemu egzemplarz zastępczy przedmiotu umowy na czas trwania naprawy dłuższej niż 3 dni robocze, w przypadku braku możliwości instalacji/dostawy sprzętu/urządzenia zastępczego ze względu na np.; gabaryty, usytuowanie, Wykonawca pokryje koszty zlecenia lub wykonania zadań na innym sprzęcie u Zamawiającego lub u innego Wykonawcy”. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i usunięcie wymagania zainstalowania, przez Wykonawcę aparatu zastępczego.

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 84;

W pozycji „**Uwaga:**” podano: „Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 4 tabeli „**Zestawienie parametrów i warunków wymagalnych**”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty”. Kolumna 4 nosi tytuł „**Opis Wykonawcy**”. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i zmianę opisu parametru na następujący: „Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 4 tabeli „**Opis Wykonawcy**”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty”.

ODPOWIEDŹ; wyrażamy zgodę.

PYTANIE NR 85;

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przez zapis "obudowa kompaktowa" rozumie i będzie wymagał aparatu RTG z ramieniem C o zwartej budowie, gdzie monitory i ramię aparatu znajdują się na jednym wózku, a waga całego zestawu nie przekracza 300 kg?

ODPOWIEDŹ; TAK.

PYTANIE NR 86;

Czy Zamawiający w pkt.8 ma na myśli alarm dźwiękowy, który włącza się po upływie 5 minut, czyli powyżej 200 sekund?
Czy zamawiający dopuści katalogi autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnienie tego parametru?

ODPOWIEDŹ; Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 2 dla ZADANIA nr 6 - Ramię cyfrowe C ze wzmacniaczem - 1 szt.- poprzez;

1. wykreślenie w kolumnie „**Opis Wykonawcy**” i rezygnację z oceny jakościowej parametru w pozycji 8 „**Parametry techniczno – użytkowe**”: „System bezpośredniego pomiaru dawki – urządzenie mierzące jaka dawka przechodzi przez pacjenta”
2. wykreślenie w ROZDZIALE XIV – OPIS KRYTERIÓW - zadania nr 6 w kryteriach CENA i WALORY TECHNICZNO-UŻYTKOWE i dodanie ZADANIA nr 6 w kryteriach CENA i DOSTAWA.

PYTANIE NR 87;

Prosimy o doprecyzowanie w pkt. 8 co Zamawiający rozumie poprzez parametr 200? Oferowany aparat posiada system bezpośredniego pomiaru dawki – urządzenie mierzące jaka dawka przechodzi przez pacjenta. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska.

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 88;

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia aparatu zastępczego na czas naprawy. Przedmiotem zamówienia jest wysoce specjalistyczny aparat RTG z ramieniem C i w tym przypadku nie ma możliwości dostarczenia aparatu zastępczego w tak krótkim czasie, gdyż wymaga to przede wszystkim uzyskania pozwolenia Sanepidu na eksploataowanie zastępczego aparatu. Uruchomienie zastępczego aparatu jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploataowanie zastępczego aparatu, co wiąże się z długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w tym czasie można już naprawić uszkodzony system. W związku z powyższym, prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego, jako niezasadnego w przypadku specjalistycznego aparatu RTG z ramieniem C.

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 89;

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o przedłużenie terminu wykonania zamówienia w zakresie zadania nr 6 do 8 tygodni od daty udzielenia zamówienia.

ODPOWIEDŹ; wyrażamy zgodę na przedłużenie terminu wykonania zamówienia w zakresie ZADANIA NR 6 do 8 tygodni od daty udzielenia zamówienia.

PYTANIE NR 90;

Czy Zamawiający dopuści ramię C z generatorem o mocy 5 kW ?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 91;

Czy Zamawiający dopuści ramię C z dwoma monitorami 19"i 23" znajdującymi się stacji diagnostycznej?

ODPOWIEDŹ; dopuszczamy pod warunkiem umieszczenia monitorów i ramienia aparatu na jednym wózku.

PYTANIE NR 92;

Czy Zamawiający dopuści ramię C z ogniskami 0,3 mm i 1,5 mm?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 93;

pkt. 3;

Czy Zamawiający dopuści do wzięcia udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C z pojedynczą dźwignią służącą do sterowania kołami aparatu oraz ich blokowania (centralny hamulec)?

Jest to rozwiązanie równoważne do wymaganego i o wiele praktyczniejsze niż podwójne sterowanie nożne (czyli osobne dźwignie i blokady do sterowania i hamowania kół aparatu).

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 94;

pkt. 4

Podczas zabiegów ortopedycznych istnieje konieczność wykonywania różnorodnych projekcji, co może skutkować tym, że obraz na podwójnych monitorach zamocowanych na ramieniu C będzie przysłonięty przez łuk ramienia, wzmacniacz obrazu lub lampę. Dlatego też wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania aparatu rtg, w którym monitory do prezentacji obrazu żywego i referencyjnego zamocowane są na osobnym wózku niż ramię C. Jest to rozwiązanie równoważne i spełnia wymagania pełnej mobilności systemu, zapewniając łatwy sposób przemieszczania wewnątrz sali zabiegowej i między salami wewnątrz szpitala.

Czy ze względu na przewidywane warunki użytkowe przedmiotu zamówienia Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie aparatu, którego monitory umieszczone będą na osobnym wózku?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 95;

pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści aparat rtg z generatorem o maksymalnej mocy 2,3 kW?

Nasz aparat oferuje prąd fluoroskopii ciągłej 15 mA, natomiast maksymalny prąd fluoroskopii impulsowej naszego aparatu wynosi 25 mA. Chcielibyśmy zaznaczyć, że ma to istotne znaczenie, gdyż fluoroskopia impulsowa jest podstawowym trybem pracy aparatu i wysoki prąd fluoroskopii pozwala uzyskać wysoką jakość obrazowania, nawet w przypadku otyłych pacjentów.

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 96;

pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści aparat rtg z ramieniem C, który posiada nowoczesną jednoogniskową lampę rtg o ognisku 0.6, które może być obciążone wymagana maksymalną mocą generatora zarówno dla radiografii jak i fluoroskopii?

Jest to nowoczesna lampa rtg umożliwiająca wykonywanie długotrwałych procedur, zapewniając doskonałą jakość obrazu przy minimalnej dawce promieniowania. W systemach z dwoma ogniskami jedynie duże ognisko przenosi pełną moc generatora, a małe najczęściej 1/3 pełnej mocy generatora. Skutkuje to tym, iż ostre obrazy można uzyskać pracując jedynie na małych mocach. Chcąc pracować z pacjentami otyłymi trzeba użyć pełnej mocy generatora, co zmusza aparat do użycia dużego ogniska i w konsekwencji mało ostrych obrazów (większy obszar półcienia). Lampa stacjonarna z jednym ogniskiem o wielkości 0,6 mm pozwala na przeniesienie pełnej mocy generatora, zarówno dla radiografii jak i fluoroskopii.

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 97;

pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści aparat rtg z ramieniem C, który posiada interfejs użytkownika w języku angielskim?

Oprogramowanie aparatu posiada jednorodny, intuicyjny interfejs użytkownika do obsługi oraz obróbki końcowej obrazu. Interfejs podaje wszystkie informacje kliniczne o pacjencie w trybie online, co pozwala zoptymalizować wydajność pracy na Sali operacyjnej. Ponadto w tego typu urządzeniach,

przeznaczonych do zastosowań specjalistycznych, stosowanie opisów i oznaczeń angielskojęzycznych jest powszechnie stosowane i akceptowane oraz nie stwarza problemów z prawidłową obsługą aparatu.

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 98;

pkt. 8

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w opisie punktacji dla systemu bezpośredniego pomiaru dawki?

Przedmiot umowy tj. aparat rtg z ramieniem C musi być wyposażony w system bezpośredniego pomiaru dawki, co wynika z zapisów SIWZ jak również z przepisów prawa. Natomiast opisana przez Zamawiającego punktacja nie ma żadnego związku z wymogiem i prosimy o jej usunięcie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 99;

Zamawiający nie określił w SIWZ wymogu zaoferowania kratki przeciwrozproszeniowej montowanej na wzmacniaczu obrazu. Zadaniem kratki jest zmniejszenie wpływu promieniowania rozproszonego na pogorszenie jakości obrazu oraz zmniejszenie dawki promieniowania np. podczas zabiegów pediatrycznych, dzięki możliwości wyjęcia kratki przez operatora bez pomocy narzędzi.

Czy zatem Zamawiający zgodzi się wprowadzić punktację w przypadku zaoferowania aparatu wyposażonego w kratkę przeciwrozproszeniową z możliwością jej wyciągania np. do zastosowań pediatrycznych, zgodnie z poniższym:

	Kratka przeciwrozproszeniowa z możliwością wyciągania np. do zastosowań pediatrycznych	Tak / Nie	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
--	--	-----------	-------------------------------

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 100;

Czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić ocenę punktową w przypadku zaoferowania aparatu wyposażonego w hamulce ruchów ramienia C oznaczone różnymi kolorami w celu łatwiejszej komunikacji w sali operacyjnej?

Jest to rozwiązanie znacząco ułatwiające obsługę aparatu i komunikację na sali operacyjnej, zatem prosimy o wprowadzenie oceny zgodnie z poniższym:

	Hamulce ruchów ramienia C oznaczone różnymi kolorami w celu łatwiejszej komunikacji w sali operacyjnej	Tak / Nie	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
--	--	-----------	-------------------------------

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 101;

Dotyczy załącznika nr 3 Istotne postanowienia umowy § 3 ust.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie niniejszego ustępu?

Z uwagi na treść ust.3, który precyzyjnie reguluje wszelkie te kwestie.

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 102;

Dotyczy załącznika nr 3 Istotne postanowienia umowy § 3 ust.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby niniejszy ustęp otrzymał poniższe brzmienie: „W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w ust. 3, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania dostaw/usług objętych niniejszą umową. W przypadku **opóźnienia** w zapłacie za dokonanie dostawy/usługi, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek z **tytułu opóźnienia zapłaty, zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych**. W przypadku naliczenia odsetek Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia noty odsetkowej.”?

Powyższe jest zgodnie z art.481 Kodeksu cywilnego i jest ma celu doprecyzowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 103;

Dotyczy załącznika nr 3 Istotne postanowienia umowy § 4 ust.1 b)

Wykaz części zamiennych istnieje w postaci specjalistycznego oprogramowania i zawiera kilkanaście tysięcy pozycji. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie na każde życzenie Zamawiającego listy wybranych części zamiennych potrzebnych do określonej naprawy?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 104;

Dotyczy załącznika nr 3 Istotne postanowienia umowy § 5 ust.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „gwarantuje” na „zapewnia”?

Uprzejmie prosimy o zmianę. Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy a nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja” / „gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na zasady odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest mylące. Właściwymi są min. takie słowa jak „zobowiązuje się”, „zapewnia” „oświadcza, że” „odpowiedzialność” itp.

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 105;

Dotyczy załącznika nr 3 Istotne postanowienia umowy § 5 ust.6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa z „gwarantowany” na „zapewniony”?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 106;

Dotyczy załącznika nr 3 Istotne postanowienia umowy § 5 ust.6 „czas reakcji serwisu wynosi max 48 godziny”

Czy Zamawiający potwierdza że rozumie przez to czas reakcji serwisu w dni robocze, tzn. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 107;

Dotyczy załącznika nr 2 Istotne postanowienia umowy § 5 ust.7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby niniejszy ustęp otrzymał poniższe brzmienie:

„Czas trwania naprawy gwarancyjnej, niezależnie od przyczyn, rodzaju wady ani sposobu jej usunięcia, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu umowy.”?

Powyższe jest w celu doprecyzowania warunków gwarancji.

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 108;

Dotyczy załącznika nr 3 Istotne postanowienia umowy § 5 ust.8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie niniejszego ustępu?

Z uwagi na złożoność, czas instalacji i uruchomienia oraz koszt systemów, jak również względy formalne (m. in. pozwolenia wydawane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną na użytkowanie aparatów o wskazanym numerze seryjnym) prosimy o zwolnienie Wykonawcy z obowiązku dostarczenia urządzenia zastępczego.

Wykonawca nie może zobowiązać się w tym zakresie, skoro zamawiający nie może określić ilości i ceny takich badań – zgodnie z art. 29 ustawy Pzp. Tym bardziej, że interesy Zamawiającego chronią zastrzeżone kary umowne oraz prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 109;

Dotyczy załącznika nr 3 Istotne postanowienia umowy § 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie dodatkowego ustępu o poniższej treści:

„Zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu i obowiązki Wykonawcy w tym zakresie) są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji.”?

Powyższe jest w celu doprecyzowania warunków rękojmi.

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 110;

Dotyczy załącznika nr 3 Istotne postanowienia umowy § 6 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby niniejszy ustęp otrzymał poniższe brzmienie:

„W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn będących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej części umowy.”?

Wykonawca ma prawo, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, odstąpić od umowy jedynie z przyczyn wskazanych w umowie lub przepisach Kodeksu cywilnego. A skoro jest to jego ustawowe prawo, to nie można go karać za skorzystanie z niego.

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 111;

Dotyczy załącznika nr 3 Istotne postanowienia umowy § 6 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie niniejszego ustępu? Z uwagi na postanowienia i propozycje Wykonawcy do par.3 ust.4 umowy.

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 112;

Co będzie podstawą do wystawienia faktury?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 113;

Dotyczy załącznika nr 2 zadanie 6 POZOSTAŁE WYMAGANIA pkt 7 w tabeli „Czas przystąpienia do naprawy nie może być dłuższy niż 48 godzin”

Czy Zamawiający potwierdza że rozumie przez to czas reakcji serwisu w dni robocze, tzn. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 114;

Dotyczy załącznika nr 2 zadanie 6 POZOSTAŁE WYMAGANIA pkt 7 w tabeli;

Czy Zamawiający zaakceptuje termin zakończenia naprawy wynoszący 3 dni robocze, jeżeli do naprawy nie jest wymagany zakup części zamiennych za granicą i 5 dni roboczych, jeżeli do naprawy konieczny jest zakup części zamiennych za granicą?

ODPOWIEDŹ; dopuszczamy.

PYTANIE nr 115

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 8 tygodni od daty podpisania umowy.

Zamawiający określił termin realizacji zamówienia na 5 tygodni od daty złożenia zamówienia; wyjaśniamy, że w przypadku tak specjalistycznego aparatu rentgenodiagnostycznego, jakim jest aparat rtg z ramieniem C jest niewystarczający.

Przedmiot zamówienia produkowany jest przez producenta zagranicznego zgodnie z konfiguracją określoną przez Zamawiającego (przyszłego użytkownika), a więc pod konkretne zamówienie. Realizacja dostawy nie może nastąpić wcześniej niż po wyborze oferty i podpisaniu umowy przez Strony, a więc termin zaproponowany przez Zamawiającego jest zdecydowanie za krótki.

W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby poprzez wyrażenie zgody na termin realizacji zamówienia przynajmniej 8 tygodni.

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE nr 116

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu przystąpienia do naprawy do 72 godzin.

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE nr 117

Proponujemy termin naprawy do 5 dni roboczych (bez wymiany części) i 7 dni roboczych (w przypadku wymiany sprowadzanych części zamiennych z zagranicy), liczony od zdiagnozowania usterki.

Wyjaśniamy, że czas naprawy zależy od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu.

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE nr 118

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego. Wyjaśniamy, że przedmiotem zamówienia jest wysoce specjalistyczny aparat RTG z ramieniem C i w tym przypadku nie ma możliwości dostarczenia aparatu zastępczego, w tak krótkim czasie, gdyż wymaga to przede wszystkim uzyskania pozwolenia Sanepidu na eksploatację zastępczego aparatu.

Uruchomienie zastępczego aparatu RTG z ramieniem jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploatację zastępczego aparatu, co wiąże się z długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w tym czasie można już naprawić uszkodzony system.

W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego, jako niezasadnego w przypadku wysoce specjalistycznego aparatu RTG z ramieniem C.

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE nr 119

Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu oczekiwania na płatność za dostawę do 30 dni od dnia daty otrzymania faktury VAT.

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE nr 120

Mając na uwadze tzw. równe traktowanie obu Stron, a w tym przypadku zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie również kary dla Zamawiającego w z tytułu odstąpienia od umowy przez Strony, z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność. Zwracamy się z prośbą o zastosowanie kary 10% wartości umowy brutto w przypadku kary zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

ZADANIE 8

Respirator – 2 szt.

PYTANIE NR 121;

Lp.19. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z automatycznym adaptacyjnym trybem wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Otis'a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo dążący do nastawionej wentylacji minutowej?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 122;

Lp.23. Lp.24. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z pomiarem objętości przecieku przy włączonej funkcji kompensacji nieszczelności?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 123;

Lp.42. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez dodatkowego monitora , wyświetlacza?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 124;

Lp.64. Czy Zamawiający dopuści respirator w którym krzywa przepływu jest kształtowana automatycznie w zależności od ustawień?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 125;

Lp.65. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z możliwością wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV na niskim poziomie ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, APRV? Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane i znacznie bezpieczniejsze. Zapobiega możliwości wystąpienia przypadkowej Baro traumy przy niewłaściwie ustawionych alarmach ciśnienia.

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 126;

Lp.67. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z funkcją Stand-by z możliwością świadomego odłączenia układu oddechowego od pacjenta, z zawieszeniem wszystkich alarmów oraz po ponownym podłączeniu układu oddechowego respirator rozpocznie pracę z manualnym włączeniem wentylacji z parametrami z przed rozłączenia?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 127;

pkt 3

Czy Zamawiający zaakceptuje respirator wyposażony w wbudowaną turbinę? Wraz z akumulatorem na 4 godziny pracy powiększy to funkcjonalność respiratora o transport wewnątrzszpitalny.

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 128;

pkt 18

Czy Zamawiający zaakceptuje respirator bez automatycznej kompensacji oporu rurki dotchawicznej lub traechostomijnej?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 129;

pkt 20

Czy Zamawiający zaakceptuje respirator bez trybu VSV?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 130;

pkt 21

Czy Zamawiający zaakceptuje respirator bez wbudowanego pomiaru CO₂ w strumieniu głównym? W zamian oferujemy do każdego respiratora najmniej na rynku przenośny kapnometr o wadze 60 zasilany bateriami AA o wadze 60 gram.

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 131;

pkt 33

Czy Zamawiający zaakceptuje respirator bez pomiaru AutoPEEP?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 132;

pkt 39, 40

Czy Zamawiający zaakceptuje respirator z pomiarem przecieku niezamierzonego i całkowitego?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 133;

pkt 41, 42, 43

Czy Zamawiający zaakceptuje respirator wyposażony w pojedynczy nieregulowany ekran o przekątnej 12”?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 134;

pkt 48

Czy Zamawiający zaakceptuje respirator z alarmem wizualnym widocznym z przedniej półsfery i alarmem dźwiękowym z regulacją głośności i możliwością podłączenia alarmu zdalnego?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 135;

pkt 71

Czy Zamawiający zaakceptuje respirator bez możliwości wstępnego ustawiania parametrów na podstawie IBW?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 136;

pkt 78

Czy Zamawiający zaakceptuje respirator bez wbudowanego nebulizatora?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 137;

Pozostałe wymagania, punkt 7.

Czy Zamawiający zgodzi się na następującą zmianę wymogów: czas przystąpienia do naprawy nie może być dłuższy niż 48 godzin w dni robocze oraz maksymalny czas usuwania awarii 3 dni robocze a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy 5 dni roboczych.

Serwis producenta nie jest serwisem szpitalnym, nie pracuje w systemie 24h/7dni w tygodniu i obowiązują go dni wolne od pracy, święta itp. dlatego też prosimy o uwzględnienie tych zmian w wymogach.

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 138;

Pkt. 19 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez opisanych w tym punkcie technologii, ale z inną formą automatycznego odzwyczajania pacjenta od wentylacji mechanicznej, czyli z automatyczną funkcją SBT?

Jest to użyteczna funkcja umożliwiająca kontrolę wentylacji pacjenta w zależności od jego stanu, tzn. jeśli pacjent oddycha samodzielnie respirator wspiera go w próbach i kontroluje osiągane parametry jak np. wentylację minutową wydechowa niską i wysoką, ilość oddechów, czas trwania próby, a jeśli stan pacjenta się pogorszy, respirator rozpoczyna wentylację kreśloną przez Użytkownika.

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 139;

Pkt. 21 Czy Zamawiający dopuści możliwość pomiaru kapnografii- pomiaru CO2 w strumieniu bocznym?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 140;

Pkt. 39 Czy Zamawiający w ramach akceptacji równoważnego rozwiązania dopuści pomiar obrazujący procent przecieku w układzie pacjenta?

Przeciek w % wskazuje wielkość przecieku z poprzedniego oddechu i jest skalkulowany na podstawie rzeczywistych wdechowych i wydechowych objętości oddechowych, który można obserwować także przy włączonej kompensacji przecieku. Możliwe jest obrazowanie objętości przecieku podczas testu urządzenia.

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 141;

Pkt. 40 Czy Zamawiający w ramach promowania nowoczesnych technologii, w zamian za brak funkcji opisanej w pkt. 40, dopuści możliwość rozbudowy o pomiar kalorymetrii pośredniej z wizualizacją pomiarów na ekranie respiratora oraz obsługa pomiaru z menu respiratora?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 142;

Pkt. 42 Czy Zamawiający w ramach równoważności, w zamian za brak funkcji opisanej w punkcie 42, dopuści funkcję umożliwiającą zamrożenie krzywych np. w sytuacji alarmowej z zapisem 15 sekund danych krzywych- nie tylko sytuacja alarmowa, ale też zapisana oraz okres tuż przed wystąpieniem sytuacji alarmowej?

Całość zapisu można analizować za pomocą kursorów, a także wartości numerycznych zmierzonych danych.

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 143;

Pkt. 64 Czy Zamawiający w ramach równoważności dopuści możliwość kształtowania krzywej przepływu za pomocą odpowiednich nastaw parametrów wentylacji? Oferowany respirator wyposażony jest także w przydaną funkcję bezpośredniego pomiaru ciśnienia w tchawicy za pomocą cewnika w niej umieszczonego

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 144;

Pkt. 74 Czy Zamawiający zaakceptuje w ramach równorzędnej technologii wdechowe urządzenie zabezpieczające (jest to dedykowany filtr wielopacjentowy)?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

ZADANIE 10

Sterylizator parowy– 1 szt.

PYTANIE NR 145;

Dot. pkt. 13- Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez automatycznego systemu odgazowywania wody zdemineralizowanej?

ODPOWIEDŹ; nie wyrażamy zgody.

PYTANIE NR 146;

Dot. pkt. 33- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z programem do wykonywania testu Bowie- Dick?

Uzasadnienie: Zgodnie z wytycznymi Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej podrozdział 6.2.5. 1., *Test Bowiego Dicka powinien być wykonywany przy użyciu wskaźnika typu 2 . niezależnego, niezwiązanego z urządzeniem podawanym kontroli*” wobec powyższego wbudowany automatyczny system testu Bowie-Dick nie będzie miał prawnego (konieczność wykonywania testów fizycznych klasy 2) i ekonomicznego zastosowania a jedynie podniesie cenę zakupu sterylizatora

ODPOWIEDŹ; TAK , dopuszczamy.

PYTANIE NR 147;

Dot. pkt. 39- Prosimy o dopuszczenie autoryzowanego serwisu producenta w odległości nie większej niż 200 km od siedziby Zamawiającego z 6 pracownikami oraz 1 pracownikiem na terenie miasta Warszawy.

ODPOWIEDŹ; TAK , dopuszczamy.

PYTANIE NR 148;

pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści sterylizator o szerokości nie większej niż 1346 mm?

Powyższy parametr odbiega tylko o 4,6 cm od wymagań Zamawiającego i nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie lub umiejscowienie urządzenia.

ODPOWIEDŹ;

PYTANIE NR 149;

pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści sterylizator o głębokości nie większej niż 1336 mm?

Powyższy parametr odbiega tylko o 3,6 cm od wymagań Zamawiającego i nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie lub umiejscowienie urządzenia.

ODPOWIEDŹ; TAK , dopuszczamy.

PYTANIE NR 150;

pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści sterylizator z uszczelką drzwiową o trwałości minimum 3000 cykli sterylizacyjnych, nie wymagającej smarowania, dociskaną sprężonym powietrzem, z detektorem przecieku powietrza do komory sterylizatora? Tego typu rozwiązanie jest równoważne dla rozwiązania wymaganego przez Zamawiającego i zgodne z wymaganiami normy PN-EN 285/EN 285. Uszczelka drzwiowa dociskana sprężonym powietrzem jest rozwiązaniem znacznie tańszym w eksploatacji ponieważ taka uszczelka może pracować przez znacznie większą ilość cykli.

ODPOWIEDŹ; TAK , dopuszczamy.

PYTANIE NR 151;

pkt. 23

Czy Zamawiający dopuści sterylizator wyposażony w wbudowany kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 5,6" do obsługi urządzenia, wyświetlania komunikatów tekstowych i wykresów parametrów procesu wbudowany?

Proponowane rozwiązanie nieznacznie odbiega od wymagania Zamawiającego, zapewnia wyraźny odczyt wszystkich niezbędnych informacji nawet z dużej odległości, nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie urządzenia. Zaproponowane rozwiązanie jest również spójne z punktacją gdyż ekran o przekątnej do 10" otrzymuje 0 – pkt.

ODPOWIEDŹ; TAK , dopuszczamy.

PYTANIE NR 152;

nr 10

Prosimy o umożliwienie wykonania wizji lokalnej w planowanym miejscu montażu sterylizatora w celu zapoznania się z istniejącą infrastrukturą Szpitala.

ODPOWIEDŹ; wizja lokalna po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Sekcją Techniczną – tel.22 76.33.252.

PYTANIE NR 153;

Prosimy o dopuszczenie terminu realizacji zamówienia do 8 tygodni. Tego typu urządzenia są produkowane na indywidualne zamówienie, a okres produkcji wynosi ok. 6-7 tygodni.

ODPOWIEDŹ; wyrażamy zgodę na przedłużenie terminu wykonania zamówienia w zakresie ZADANIA NR 10 do 8 tygodni od daty udzielenia zamówienia.

PYTANIE NR 154;

Prosimy o uzasadnienie ograniczenia wymiarów zewnętrznych sterylizatora do 1300 x 2000 x 1300 mm (S x W x G). Na podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej dnia 20.06.2018 nie stwierdzono ograniczeń architektonicznych uzasadniających ograniczenie wymiarów sterylizatora do wyżej wymienionych. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do oceny sterylizatora o wymiarach zewnętrznych maksymalnie 1450 x 1900 x 1350 mm (S x W x G).

ODPOWIEDŹ; dopuszczamy.

PYTANIE NR 155;

Prosimy o modyfikację zapisu punktu 8. wymaganych parametrów: „przestrzeń serwisowa z prawej strony urządzenia”.

Urządzenia niektórych producentów posiadają możliwość serwisu od frontu i nie wymagają dostępu serwisowego z lewej lub prawej strony urządzenia (patrząc od strony załadowniczej).

Proponujemy modyfikację zapisu w następujący sposób: „Z uwagi na ograniczenia architektoniczne od strony rozładowniczej komora sterylizacyjna położona po lewej stronie urządzenia (patrząc od strony załadowniczej).”

ODPOWIEDŹ; dopuszczamy możliwość serwisu od frontu.

PYTANIE NR 156;

Dotyczy punktu 9. wymaganych parametrów: „sterylizator wyposażony w system załadowniczy i wyładowniczy do załadunku komory na dwóch poziomach o regulowanej wysokości, każdy poziom o wysokości minimum 1 STE”.

Czy Zamawiający przez system załadowniczy i wyładowniczy rozumie wózki transportowe załadowniczo-rozładownicze i w związku z tym wymaga dostarczenia wraz ze sterylizatorem dwóch wózków tego typu (po jednym na stronę czystą oraz sterylną)?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ z poz.40 i poz.44.

PYTANIE NR 157;

Dotyczy punktu 23. wymaganych parametrów: „sterowanie mikroprocesorowe, sterownik urządzenia wyposażony kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 10” do obsługi urządzenia, wyświetlania komunikatów tekstowych i wykresów parametrów procesu wbudowany”.

Prosimy o dopuszczenie do oceny urządzenia z wyświetlaczem o przekątnej min. 7 cali po stronie załadowczej. Wielkość ekranu nie ma żadnego wpływu na pracę urządzenia.

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 158;

Dotyczy punktu 29. wymaganych parametrów: „sterownik wyposażony w skaner kodów paskowych w celu automatycznego rozpoznania załadunku i archiwizacji załadunku w raporcie z procesu”.

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania. Posiadanie tego typu rozwiązania ma uzasadnienie jedynie w przypadku posiadania Centralnej Sterylizatorni wyposażonej w system komputerowy do śledzenia obiegu narzędzi.

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 159;

Dotyczy punktu 30. wymaganych parametrów: „automatyczna archiwizacja parametrów i raportów procesu na komputerze zewnętrznym (jednolity program do archiwizacji parametrów i raportów procesu dla oferowanego urządzenia, dla oferowanych myjni dezynfektorów do narzędzi i myjni dezynfektora do wózków dostarczany wraz z urządzeniami), w sterowniku ma być zapewniona archiwizacja wszystkich raportów przeprowadzonych cykli przez minimum 5 lat jako kopia bezpieczeństwa.”

- a. Prosimy o wyjaśnienie, jakiego typu programu do archiwizacji wymaga Zamawiający? Prosimy o uszczegółowienie możliwości tego typu programu.
- b. Prosimy o wyjaśnienie, o jakich myjniach-dezynfektorach do narzędzi i do wózków jest mowa w tym punkcie? Czy stanowią one również przedmiot niniejszego postępowania, czy też będą oferowane w innym postępowaniu?

ODPOWIEDŹ; zwrot „ dla oferowanych myjni dezynfektorów do narzędzi i myjni dezynfektora do wózków dostarczany wraz z urządzeniami), nie dotyczy tego postępowania. Zamawiający dysponować będzie oprogramowania do Sterylizacji. Sterylizator powinien posiadać możliwość odczytu danych i raportu po protokole HL7.

PYTANIE NR 160;

Dotyczy punktu 33. wymaganych parametrów: „wbudowany automatyczny, elektroniczny, system testu Bowie – Dick z archiwizacją raportu testu w dostarczonym wraz z urządzeniem jednolitym programie do archiwizacji parametrów i raportów procesu dla oferowanego urządzenia”.

Wg naszej wiedzy tego typu rozwiązanie posiada tylko jeden producent – firma MMM, w związku z powyższym tego typu zapis jest poważnym naruszeniem zasady konkurencyjności i ustawy PZP. W związku z powyższym prosimy o rezygnację z wyżej wymienionego wymogu.

ODPOWIEDŹ; dopuszczamy takie rozwiązanie , nie jest to wymóg bezwzględny.

PYTANIE NR 161;

Dotyczy punktu 39. wymaganych parametrów: „autoryzowany serwis na oferowane urządzenia z min. 5 etatowymi pracownikami serwisu (załączyć stosowną autoryzację), podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu, siedziba autoryzowanego serwisu z etatowymi pracownikami serwisu w odległości max. 50 kilometrów od Zamawiającego.”

Prosimy o dopuszczenie przedstawienia potwierdzenia autoryzacji dla Wykonawcy wraz z oświadczeniem o ilości serwisantów w dyspozycji, nie na etacie, jako spełnienie wymagania odnośnie autoryzacji serwisu.

Uzasadnienie: Najczęstszą formą współpracy z inżynierami serwisowymi jest samozatrudnienie, czyli działalność gospodarcza, a współpraca z dostawcą odbywa się na zasadzie umowy-zlecenia lub po prostu zlecenia-zamówienia.

Prosimy o usunięcie wymogu siedziby autoryzowanego serwisu z etatowymi pracownikami serwisu w odległości max. 50 kilometrów od Zamawiającego.

Zamawiający nie wziął pod uwagę aktualnie panujących trendów – większość serwisów urządzeń medycznych jest serwisami mobilnymi i siedziba serwisu nie jest jednoznaczna z miejscem fizycznego przebywania pracowników serwisu, którzy nie przebywają stale pod żadnym adresem.

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 162; Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w pełny płaszcz grzewczy zapewniający równomierny rozkład temperatury w komorze bez powstawania zjawiska zimnych stref, co za tym idzie pewność, że proces przebiegł prawidłowo? Ogrzewanie punktowe w przypadku płaszcza żebranego niesie za sobą ryzyko i konieczność okresowej walidacji i badania rozkładu temperatury, zatem pełny płaszcz jest rozwiązaniem korzystniejszym dla eksploatującego.

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 163; Czy Zamawiający wymaga, aby wewnętrzna powierzchnia komory oraz drzwi była wypolerowana w standardzie 0,2 Ra, co skutkuje lepszym utrzymywaniem oraz rozkładem ciepła w komorze, jak również ma istotny wpływ na czyszczenie komory?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 164;

Czy Zamawiający wymaga, aby komora sterylizatora nie posiadała systemu szyn, które utrudniają utrzymanie czystości komory?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 165; Czy Zamawiający wymaga, aby drzwi sterylizatora posiadały napęd elektryczny, bez widocznych elementów przenoszących napęd, nie wymagający konserwacji ani czyszczenia?

ODPOWIEDŹ; dopuszczamy

PYTANIE NR 166; Czy Zamawiający wymaga, aby grzałki wytwornicy pary dostarczanego sterylizatora były wykonane ze stopu INCOLOY charakteryzującego się bardzo wysoką odpornością na korozję?

ODPOWIEDŹ; dopuszczamy

PYTANIE NR 167; Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie zawory pneumatyczne urządzenia były wykonane ze stali nierdzewnej?

ODPOWIEDŹ; dopuszczamy

PYTANIE NR 168; Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w system zdalnej diagnostyki?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 169; Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie prace przygotowawcze do podłączenia sterylizatora – wykonanie otworu w ścianie oraz przygotowanie mediów dla dostarczonego urządzenia (zimna woda wodociągowa, woda demineralizowana, zasilanie elektryczne, sprężone powietrze) będą leżały po stronie Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ; Zamawiający dostarcza media, Wykonawca podłącza i uruchamia sprzęt.

PYTANIE NR 170; Z naszej wiedzy wynika, iż Zamawiający w przeciągu najbliższych 1-2 lat ma w planach rozpoczęcie budowy budynku, w którym będzie znajdował się m. in. blok operacyjny oraz Centralna Sterylizatornia.

Prosimy o informację, czy dostarczone urządzenie będzie przeniesione do nowego budynku? Jeżeli tak, po czyjej stronie będzie leżało przeniesienie, podłączenie i uruchomienie urządzenia w nowej lokalizacji? Jeżeli po stronie Wykonawcy, prosimy o zamieszczenie stosownego zapisu w umowie oraz SIWZ.

ODPOWIEDŹ; nie jest to przedmiotem tego postępowania.

ZADANIE 12

Wózek transportowy do przewożenia chorych – 5 szt.

PYTANIE NR 171;

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w estetyczne, łatwe w dezynfekcji i chroniące wózek przykrycie podwozia z wydzielonym miejscem na butlę tlenową 2, 5 l oraz miejscem na rzeczy osobiste pacjenta zamiast metalowych koszy?

ODPOWIEDŹ; TAK , dopuszczamy.

PYTANIE NR 172;

Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 2210 mm?

ODPOWIEDŹ; TAK , dopuszczamy.

PYTANIE NR 173;

Czy Zamawiający dopuści WÓZEK Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI W ZAKRESIE 600-930 MM?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 174;

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek bez prowadnicy na kasetę RTG?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 175;

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek bez przykrycia na zwłoki?

ODPOWIEDŹ; TAK , dopuszczamy.

PYTANIE NR 176;

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o długości całkowitej 2000 mm ?

ODPOWIEDŹ; TAK , dopuszczamy.

PYTANIE NR 177;

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o szerokości całkowitej 750 mm ?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 178;

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o wysokości minimalnej 560 mm ?

ODPOWIEDŹ; TAK , dopuszczamy.

PYTANIE NR 179;

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o regulacji kąta nachylenia wezłowania w zakresie od -15° do 70°?

ODPOWIEDŹ; TAK , dopuszczamy.

ZADANIE 13

wózek inwalidzki do transportu chorych – 3 szt.

PYTANIE NR 180;

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o wytrzymałej konstrukcji aluminiowej, posiadający

- tylne koła pompowane(zapewniające większy komfort i bezpieczeństwo),
- przednie koła pełne (lane),
- podnózek w formie odchylanej belki bez krążków odbojowych
- posiadający udźwig 200 kg
- posiadający hamulce bębnowe dla osoby prowadzącej

Szerokość - siedziska/wózka

- szerokość siedziska 60 cm, szerokość całkowita 85 cm
- szerokość siedziska 65 cm, szerokość całkowita 90 cm
- szerokość siedziska 70 cm, szerokość całkowita 95 cm
- szerokość siedziska 75 cm, szerokość całkowita 100 cm

Spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 181;

. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wytrzymałości 175 kg, posiadającego podnóżki bez kółek odbojowych. Spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ.

ZADANIE 14

Perymetr – 1 szt.

PYTANIE NR 182;

pkt. 4

Czy Zamawiający ze względu między innymi na wymagane testy kinetyczne będzie wymagał zakresu badań do 89 stopni skroniowo?

ODPOWIEDŹ; Tak. Zamawiający ze względu między innymi na wymagane testy kinetyczne będzie wymagał zakresu badań do 89 stopni skroniowo.

PYTANIE NR 183;

pkt. 28

Prosimy Zamawiającego o usunięcie punktacji tego parametru.

ODPOWIEDŹ; wyrażamy zgodę.

PYTANIE NR 184;

pkt. 28

W przypadku negatywnej odpowiedzi na poprzednie pytanie prosimy o postawienie wymogu automatycznej soczewki i punktację zakresu jej korekcji.

ODPOWIEDŹ; zamawiający usunął punktację w pkt.28 .

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Nowy termin składania ofert i ich otwarcie – 05.07.2018 roku, składanie- godzina 11:00 , otwarcie ofert - 11:20, pozostałe informacje zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

Ogłoszenie o zmianie zostało wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych z numerem; 500147403 - 2018 z dnia 27.06.2018 r.

**Przewodniczący Komisji Przetargowej
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
[-] mgr inż. Tomasz Boroński**