



# Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

05-200 Wołomin, ul. Gdyńska 1/3

NIP 125-09-31-792; REGON 000310315; KRS 0000037824

Centrala tel. 22 76.33.100, sekretariat 22 76.33.259, fax 22 76.33.343

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku 05 8923 0150 7177 2015 0001

Wołomin, 2018.12.19

Odpowiedź nr 2 do sprawy ZAM/21-/2018

## OTRZYMUJĄ WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO



**DOTYCZY:** postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Szpital w Wołominie pn. „Zakup sprzętu medycznego dla SOR w Szpitalu w Wołominie w podziale na zadania” - nr postępowania ZAM/21-I/2018.

Zgodnie z art. 38. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych — Dz. Ustaw 2017, poz. 1579 z późn. zm. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w poniższym zakresie;

### ZADANIE NR 3 — Pulsoksymetr - SOR — 3 szt.

1. PKT. 8 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr bez dodatkowego oprogramowania do komputera?

**ODPOWIEDŹ; dopuszczamy**

2. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania stacji dokującej, umożliwiającej bezprzewodowe ładowanie pulsoksymetru oraz jego pionowy montaż w miejscu jego przeznaczenia?

**ODPOWIEDŹ; dopuszczamy**

### ZADANIE NR 7 — zestaw do trudnej intubacji — SOR — 2 szt.

1. PKT. 11 Czy Zamawiający dopuści oświetlenie LED o mocy 800 lux, co jest parametrem wystarczającym do oświetlenia tak małego pola?

**ODPOWIEDŹ; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.**

2. Wyposażenie PKT. 1 Czy pod nazwą łyżki — „neonatalogiczna”, Zamawiający miał na myśli łyżkę Miller o rozmiarze 00?

**ODPOWIEDŹ; tak.**

3. PKT 12 Czy z uwagi na trudne intubacje oraz warunki pracy Zamawiający oczekuje zaoferowania wideolaryngoskopu z czasem działania min. 5 godzin?

**ODPOWIEDŹ; dopuszczamy**

### ZADANIE NR 8 — zestaw do intubacji i wentylacji — SOR — 2 szt.

1. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania wideolaryngoskopu kompatybilnego z łyżkami oferowanymi w pakiecie 13?

**ODPOWIEDŹ; dopuszczamy z łyżkami oferowanymi w zadaniu nr 7. W postępowaniu nie ma „pakietu 13”.**

2. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania wideolaryngoskopu z kolorowym ekranem LCD o wysokiej rozdzielczości min 640x480 dpi?

**ODPOWIEDŹ; dopuszczamy**

3. PKT 6 Czy z uwagi na trudne intubacje oraz warunki pracy Zamawiający oczekuje zaoferowania wideolaryngoskopu z czasem działania min. 5 godzin?

**ODPOWIEDŹ; ; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.**

**Przewodniczący Komisji Przetargowej**  
**Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych**  
**[\_] mgr inż. Tomasz Boroński**