

Odpowiedź nr 1 z dnia 15.05.2018R.

OTRZYMUJĄ WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Dotyczy: „**Dostawa odczynników bakteriologicznych wraz z dzierżawą i użyczeniem aparatury na potrzeby Szpitala w Wołominie w podziale na zadania**”

Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych – wpłynęły zapytania dotyczące SIWZ:

Pytanie 1:

Dotyczy: zadanie nr 1

W treści przedmiotowego zadania Zamawiający określił wymóg dostarczenia i użyczenia dwóch lodówek do przechowywania podłoży. W związku z faktem, że forma użyczenia, czyli bezpłatnego użytkowania lodówek nie jest zgodna z ustawą Pzp i powinna być określona przez Zamawiającego jako dzierżawa sprzętu, zwracamy się do Zamawiającego z następującym pytaniem:

Czy Wykonawcy zobowiązani są do wyceny 2 lodówek jako elementu, który Zamawiający zamierza dzierżawić w ramach przedmiotowego postępowania przetargowego?

Jeżeli Zamawiający zamierza dokonać dzierżawy powyższych sprzętów, prosimy o modyfikację formularza asortymentowo – cenowego poprzez dodanie pozycji, umożliwiającej wpisanie wartości dzierżawy oferowanego przedmiotu zamówienia. Na chwilę obecną formularz jest ograniczony do zakresu oferowanych podłoży, co uniemożliwia właściwą kwalifikację i wycenę wartości dzierżawy dwóch lodówek.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający określił wymóg dostarczenia i użyczenia sprzętu niezbędnego do prawidłowej realizacji zamówienia, w trybie odrębnej umowy użyczenia, który nie mieści się w definicji zamówienia publicznego, ustalonej w art. 2 pkt 13 Pzp. Jednocześnie zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z 23 kwietnia 2015 r nr KIO 791/15 Izba stwierdziła, że w świetle obowiązujących przepisów prawa trudno zamawiającemu zabronić takiego sposobu działania i jego oczekiwać co do oddania mu w formie umowy użyczenia sprzętu i urządzeń niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia. Niemniej jednak Izba stwierdziła, że gdy określony przedmiot jest przekazywany zamawiającemu w drodze nieodpłatnej umowy, nie mamy do czynienia z zamówieniem publicznym. Izba wyraziła pogląd, że mając na względzie legalną - w świetle przepisów Kodeksu cywilnego – umowę użyczenia, nie może zabronić zamawiającemu pozyskania określonego sprzętu na podstawie umowy użyczenia i uznała się za nieuprawnioną w świetle obowiązujących przepisów Pzp do oceny celowości takiego sposobu funkcjonowania zamawiającego i pozyskiwania przez niego określonego sprzętu medycznego.

Izba wywiodła, że jeśli umowa użyczenia na oddanie Zamawiającemu przez wykonawcę w sposób bezpłatny sprzętu jest ściśle powiązana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w ramach którego nastąpi odpłatna **dostawa** stanowiąca właściwe zamówienie publiczne w rozumieniu art. 2 pkt 13 Pzp.

Zamawiający zgodnie z art. 14.1 Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego. Kodeks cywilny gwarantuje **swobodę zawierania umów na podstawie** porozumienia dwóch lub więcej stron, określających ich wzajemne prawa i obowiązki. Do zawarcia umowy dochodzi przez złożenie zgodnych oświadczeń woli.

Pytanie 2:

Dotyczy: zadanie nr 3.Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania probówek z podłożami o następujących wymiarach 16,1 x 112,5 mm.

ODPOWIEDŹ: Wyrażamy zgodę.

Pytanie 3:

Dotyczy: zadanie nr 4.Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania krążków antybiotykowych o średnicy 6,5 mm, pakowanych po 4 kasety/fiolki w plastikowej tubie wraz z pochłaniaczem wilgoci znajdującym się w wieczku tuby. Takie konfekcjonowanie pozwoli Zamawiającemu na ciągłe korzystanie z pochłaniacza wilgoci, tym samym przechowywanie używanych krążków zgodnie z zaleceniami producenta, dodatkowo niweluje konieczność zabezpieczenia już otwartych opakowań w odpowiedni pojemnik do ich przechowywania. Każde zbiorcze opakowanie posiada etykietę zawierającą te same informacje co pojedyncza fiołka (nazwa krążka, skrót nazwy wg. CLSI/EUCAST, stężenie antybiotyku, seria produkcyjna, termin ważności, warunki przechowywania).

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że każda fiołka w zbiorczym opakowaniu ma dodatkowe zabezpieczenie fiołki nakładką w miejscu wyjmowania krążka przez diagnostę lub podczas używania dyspensera.

ODPOWIEDŹ: Potrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie 4:

Dotyczy: zadanie nr 4.Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy w pozycji nr 59 nie nastąpiła omyłka pisarska i nie powinno być stężenie 10 µg?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga stężenia NETYLMYCINA 10 µg.

Pytanie 5:

Dotyczy: zadanie nr 4.Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania w pozycji nr 63 i 67 krążków pochodzących od innego producenta niż pozostały asortyment.

ODPOWIEDŹ: Potrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie 6:

Dotyczy: zadanie nr 10.Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania testu, dla którego kontrole dodatnie i ujemne stanowią produkty o oddzielnych numerach katalogowych.

ODPOWIEDŹ: Potrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie 7:

Dotyczy: zadanie nr 11.Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaofiarowania w pozycjach nr 1-4 testów, dla których kontrole dodatnie i ujemne stanowią produkty o oddzielnych numerach katalogowych.

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ.

Pytanie 8:

Dotyczy: zadanie nr 12.Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaofiarowania testu konfekcjonowanego po 25 sztuk w opakowaniu z opcją zaokrąglenia „w górę” do 100 oznaczeń.

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ.

Pytanie 9:

Dotyczy: zadanie nr 14.Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaofiarowania w pozycji nr 2 testu, dla którego kontrolę dodatnią i ujemną stanowi produkty o oddzielnym numerze katalogowym.

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ.

Pytanie 10:

Dotyczy: zadanie nr 22.Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaofiarowania barwników konfekcjonowanych po 250 ml, z opcją przeliczenia na ilość wymaganą przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ.

Pytanie 11:

Dotyczy: zadanie nr 28.Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaofiarowania w pozycji nr 8 manualnego testu do lek wrażliwości drożdżaków.

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ.

Pytanie 12:

Dotyczy: zadanie nr 28 – wymogi dla odczynników. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaofiarowania 2 odczynników, które mają termin ważności 2 tygodnie w temperaturze pokojowej, natomiast w temperaturze chłodziarki 12 miesięcy.

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ.

Pytanie 13:

Dotyczy: zadanie nr 28 – wymagania konieczne do spełnienia – pozycja nr 1 i 11.Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania systemu, który umożliwia prostą jednoetapową inokulację jednocześnie całego testu za pomocą specjalnego urządzenia działającego podciśnieniowo?

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ.

Pytanie 14:

Dotyczy: zadanie nr 28 – wymagania konieczne do spełnienia – pozycja nr 9.Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy oczekuje podłączenia oferowanego analizatora do LIS czy też oczekuje, aby oferowany analizator miał jedynie taką możliwość? Jeżeli analizator ma być podłączony prosimy o podanie do jakiego LIS.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje podłączenia analizatora do posiadanego systemu mikrobionet.

Pytanie 15:

Dotyczy: zadanie nr 28 – wymagania konieczne do spełnienia – pozycja nr 10.Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania aparatu o 40 miejscach inkubacyjno-pomiarowych?

ODPOWIEDŹ:Wyrażamy zgodę

Pytanie 16:

Dotyczy: zadanie nr 28 – wymagania konieczne do spełnienia – pozycja nr 13.Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania aparatu, do którego stosowany test ma ciężar około 60 gramów?

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ.

Pytanie 17:

Dotyczy: zadanie nr 28 – wymagania konieczne do spełnienia – pozycja nr 14.Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania aparatu, do którego stosowany test jest zabezpieczony pokrywką w celu wyeliminowania możliwości wylania substancji płynnej?

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ.

Pytanie 18:

Dotyczy: zadanie nr 28.Czy Zamawiający odstąpi od wymogu użyczenia lodówki do przechowywania testów identyfikacyjnych i lekowrażliwości, ponieważ tylko testy do identyfikacji drożdżaków, beztlenowców i Neisserii/Haemophilus stanowiące 600 sztuk (30 opakowań), wymagają przechowywania w lodówce. Stanowią te testy zaledwie 14% wszystkich testów zakontraktowanych.

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ.

Pytanie 19:

Dotyczy: zadanie nr 20.Dot. użyczenia stacji roboczej z programem Windows wraz z Power Point wraz z drukarką czarno-białą oraz umowy użyczenia. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od konieczności nieodpłatnego użyczenia stacji roboczej z programem Windows wraz z Power Point wraz z drukarką czarno-białą. Prosimy o modyfikację formularza cenowego tak, aby możliwa była wycena ww produktów lub istniała możliwość wliczenia tego kosztu w koszt dzierżawy aparatu, oraz usunięcie umowy użyczenia z ww postępowania.

Uzasadnienie: Zamawiający nie powinien żądać świadczenia nieodpłatnego, gdyż z art. 2 pkt 13 PZP wynika, że zamówienie publiczne to odpłatna umowa tym samym odpowiednio świadczenie nieodpłatne jest niedopuszczalne, a wszystkie części oferty powinny zostać wycenione. Ergo, jeżeli zatem Zamawiający sporządził specyfikację, która dopuszcza tzw. „świadczenie nieodpłatne” oznacza to że dopuszcza i nakłania niektórych wykonawców do popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji, polegającego na utrudnianiu innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez zobowiązanie do sprzedaży towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców. Trzeba mieć także świadomość, że zapisy SIWZ tego rodzaju umożliwiają manipulację cenami ofert, ergo może to doprowadzić do nieporównywalności złożonych ofert i uniemożliwi praworządne rozstrzygnięcie niniejszego postępowania publicznego. Jednocześnie organy podatkowe mogłyby także, co niewykluczone potraktować takie świadczenie jako niezgłoszoną i nieopodatkowaną darowiznę.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający określił wymóg dostarczenia i użyczenia sprzętu niezbędnego do prawidłowej realizacji zamówienia, w trybie odrębnej umowy użyczenia, który nie mieści się w definicji zamówienia publicznego, ustalonej w art. 2 pkt 13 Pzp. Jednocześnie zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z 23 kwietnia 2015 r nr KIO 791/15 Izba stwierdziła, że w świetle obowiązujących przepisów prawa trudno zamawiającemu zabronić takiego sposobu działania i jego oczekiwać co do oddania mu w formie umowy użyczenia sprzętu i urządzeń niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia. Niemniej jednak Izba stwierdziła, że gdy określony przedmiot jest przekazywany zamawiającemu w drodze nieodpłatnej umowy, nie mamy do czynienia z zamówieniem publicznym. Izba wyraziła pogląd, że mając na względzie legalną - w świetle przepisów Kodeksu cywilnego – umowę użyczenia, nie może zabronić zamawiającemu pozyskania określonego sprzętu na podstawie umowy użyczenia i uznała się za nieuprawnioną w świetle obowiązujących przepisów Pzp do oceny celowości takiego sposobu funkcjonowania zamawiającego i pozyskiwania przez niego określonego sprzętu medycznego.

Izba wywiodła, że jeśli umowa użyczenia na oddanie Zamawiającemu przez wykonawcę w sposób bezpłatny sprzętu jest ściśle powiązana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w ramach którego nastąpi odpłatna **dostawa** stanowiąca właściwe zamówienie publiczne w rozumieniu art. 2 pkt 13 Pzp.

Zamawiający zgodnie z art. 14.1 Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego. Kodeks cywilny gwarantuje **swobodę zawierania umów na podstawie** porozumienia dwóch lub więcej stron, określających ich wzajemne prawa i obowiązki. Do zawarcia umowy dochodzi przez złożenie zgodnych oświadczeń woli.

Pytanie 20:

Dotyczy: zadanie nr 20. Dot. załącznika nr 2A (Kryteria i punktacja) Prosimy o modyfikację kryterium oceny w zakresie dostawy, tak aby była ona tożsama z pozostałymi pakietami, tj.: 2 dni – 10 pkt., 3 dni – 7 pkt., 4 dni – 4 pkt. powyżej 5 dni – 1 pkt.

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ.

Pytanie 21:

Dotyczy: zadanie nr 20. Dot. par. 5 ust. 3 umowy dostawy oraz par. 3 ust. 4 umowy dzierżawy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 60 na 30 dni?

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ.

Pytanie 22:

Dotyczy: zadanie nr 20 Dot. Aparat do posiewów krwi i płynów ustrojowych”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu o pojemności min 120 miejsc do inkubacji? Z uwagi na fakt, że aparaty posiadają budowę modułową Zamawiający będzie mógł wykorzystać dowolną ilość modułów w zależności od zapotrzebowania.

ODPOWIEDŹ: Wyrażamy zgodę.

Pytanie 23:

Dotyczy: zadanie nr 20 Dot. „Butelki – wymogi” - pkt 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie butelek bez barwnego wskaźnika wzrostu?

Wymóg interpretacji wyniku hodowli, na podstawie zmiany zabarwienia stwierdzonej wizualnie, są niepoprawne merytorycznie oraz niezgodne z zapisami ulotek technicznych wyrobów medycznych będących przedmiotem zamówienia.

Zgodnie z opisanym w ulotkach technicznych zastosowaniem podłoży w butelkach do monitorowania posiewów krwi i płynów ustrojowych: Opisywane podłoża stanowią wraz z automatycznym inkubatorem system zamknięty, a wiarygodne i zwalidowane wyniki negatywne bądź pozytywne mogą być wydawane tylko i wyłącznie przez analizator. Jeśli użytkownik z jakiegokolwiek powodu podejrzewa, że w podłożu mogą być już namnożone drobnoustroje, powinien taką butelkę przesłać na podłoże stałe i dopiero wtedy wydać wynik w zależności od wzrostu na tym podłożu: pozytywny lub negatywny.

Wizualny, barwny wskaźnik wzrostu drobnoustrojów znajdujący się na dnie butelki występuje w asortymencie tylko jednej firmie na polskim rynku oferującej podłoża do posiewu krwi, parametr ten uniemożliwia złożenie ofert przez innych Wykonawców.

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ.

Zamawiający zna zasady wydania i interpretacji wyniku posiewu krwi, a wizualna ocena wskaźnika wzrostu jest pomocna w szybkiej diagnostyce niezbędnej w ratowaniu zdrowia i życia pacjentów, za które zamawiający jest odpowiedzialny.

Pytanie 24:

Dotyczy: zadanie nr 20 Dot. „Aparat do posiewów krwi i płynów ustrojowych” - pkt 13. Prosimy o podanie nazwy systemu informatycznego używanego w laboratorium.

ODPOWIEDŹ: Nazwa systemu informatycznego używanego w laboratorium to MICROBIONET

Pytanie 25:

Dotyczy: zadanie nr 20 Dot. „WYMOGI OGÓLNE KONIECZNE DO SPEŁNIENIA (dotyczy wszystkich zadań)”

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ.

Pytanie 26:

Dotyczy: zadanie nr 20 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu monitorowania warunków transportu podłoży do aparatu do posiewów krwi i płynów ustrojowych- jeśli Wykonawca dostarczy dokumenty stwierdzające brak wpływu wahań temperatury przez czas transportu

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ.

Pytanie 27:

Dot. siwz: Czy Zamawiający wymaga złożenia dokumentów wskazanych w pkt. 2 – dokumenty wymagane w etapie I wraz z ofertą czy na wezwanie Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów wymienionych w rozdz. VI SIWZ niezbędnych do oceny kryterium oceny ofert.

Pytanie 28:

Dot. siwz: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 2 – dokumenty wymagane w etapie I w formie elektronicznej na płycie CD?

ODPOWIEDŹ: Wyrażamy zgodę.

Pytanie 29:

Dot. siwz: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu przedstawienia jednolitych dokumentów (JEDZ) i innych dotyczących podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a którzy jednocześnie nie są podmiotami, na zasoby których powołuje się wykonawca?

Uzasadnienie:

Zgodnie z treścią art. 25a ust. 5 Prawa zamówień publicznych: Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: 1) składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. "

Powyższe w odniesieniu do pozostałych dokumentów wprost potwierdza Par. 9 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) tj.: Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy."

W związku z powyższym w przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia innemu podmiotowi, a jednocześnie nie polega na jego zasobach w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ustawodawca nie obciąża zamawiającego do żądania ww. dokumentów. Jest to wyłącznie fakultatywne uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać.

Odpowiedź: Potrzebujemy zapisy SIWZ

Pytanie 30:

Dot. zadania nr 24 formularz cenowy: Prosimy o podanie prawidłowej jednostki i miary i ilości.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podał wymagane ilości w kolumnie JEDNOSTKA MIARY

Pytanie 31:

Dot. zadania nr 24 formularz cenowy: Czy w kolumnie "Wielkość opakowania jedn. w szt. Średnica płytki" należy podać wielkość oferowanego opakowania?

ODPOWIEDŹ: TAK, NALEŻY PODAĆ WIELKOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO

Pytanie 32:

Dot. Załącznik nr 3a - Istotne postanowienia umowy Par. 1 ust. 2, ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zmniejszenie nie mogło przekraczać 20% całkowitej wartości umowy?

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ

Pytanie 33:

Dot. Załącznik nr 3a - Istotne postanowienia umowy Par. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ

Pytanie 34:

Dot. Załącznik nr 3a - Istotne postanowienia umowy Par. 5 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności.

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ

Pytanie 35:

Dot. Załącznik nr 3a - Istotne postanowienia umowy Par. 5 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę zmianę niniejszego postanowienia umowy na:

„Obowiązek ciągłości dostaw nie dotyczy sytuacji, gdy opóźnienie Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu przekracza 30 dni.”?

Uzasadnienie:

Obecne postanowienie wzoru umowy jest jednostronne i jako takie narusza normę art. 487 par. 2 k.c., który mówi, że umowa jest wzajemna, kiedy obie strony zobowiązują się w ten sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej (zasada symetrii zobowiązań umownych). W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent tego świadczenia od kontrahenta. Dlatego też, zgodnie z art. 490 k.c., gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu, gdy druga strona zaoferuje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego zabezpieczenia. Zamawiający dokonał ograniczenia praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku niewykonania zobowiązania przez Zamawiającego. Skoro Zamawiający zapisuje cały szereg sankcji wobec Wykonawcy za niewłaściwą realizację umowy, to tym bardziej nie powinien pozbawiać Wykonawcy części jego ustawowych praw przysługujących w przypadku niewłaściwego wykonania umowy wzajemnej przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ

Pytanie 36:

Dot. Załącznik nr 3a - Istotne postanowienia umowy Par. 5 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odsetki były naliczane w wysokości określonej w Ustawie o terminach płatności w transakcjach handlowych?

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ

Pytanie 37:

Dot. Załącznik nr 3a - Istotne postanowienia umowy Par. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od ządania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ

Pytanie 38:

Dot. Załącznik nr 3a - Istotne postanowienia umowy Par. 6 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego (wykonania zastępczego) wykluczało zastosowanie kar umownych?

Uzasadnienie:

Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma, więc na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje naprawienie szkody.

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ

Pytanie 39:

Dot. Załącznik nr 3a - Istotne postanowienia umowy Par. 6 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy?

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyło niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ

Pytanie 40:

Dot. Załącznik nr 3a - Istotne postanowienia umowy Par. 6 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej na odstąpienie „z przyczyn zawnionych przez Wykonawcę”?

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy, jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ

Pytanie 41:

Dot. Załącznik nr 3b - Istotne postanowienia umowy dzierżawy

Par. 3 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności.

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ

Pytanie 42:

Dot. Załącznik nr 3b - Istotne postanowienia umowy dzierżawy

Par. 3 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odsetki były naliczane w wysokości określonej w Ustawie o terminach płatności w transakcjach handlowych?

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ

Pytanie 43:

Dot. Załącznik nr 3b - Istotne postanowienia umowy dzierżawy

Par. 8 Czy na podstawie art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)- Zamawiający-jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta została z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ

Pytanie 44:

Dotyczy: Zadanie nr 1- Gotowe podłoża na płytkach Czy Zamawiający w pozycji nr 9 wymaga podłoża wybiórczo- izolacyjnego do G. vaginalis z krwią ludzką?

ODPOWIEDŹ: Wymagamy

Pytanie 45:

Dotyczy: Zadanie nr 1- Gotowe podłoża na płytkach Czy Zamawiający w pozycji nr 9 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża wybiórczo-izolacyjnego do G. vaginalis z krwią końską?

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ

Pytanie 46:

Dotyczy: Zadanie nr 1- Gotowe podłoża na płytkach Czy Zamawiający w pozycji nr 23 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża w próbówce?

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ

Pytanie 47:

Dotyczy: Zadanie nr 1- Gotowe podłoża na płytkach Czy Zamawiający poda skład podłoża pozycja nr 23: Podłoże do fermentacji laktozy?

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ

Pytanie 48:

Dotyczy: Zadanie nr 1- Gotowe podłoża na płytkach Czy Zamawiający w pozycji nr 24 wymaga zaoferowania podłoża w probówce? Podłoże w formie bulionu nie może zostać wylane na płytkę Petriego.

ODPOWIEDŹ: Wymagamy podłoża w probówce (bulion)

Pytanie 49:

Dotyczy: Zadanie nr 2- Podłoża do diagnostyki mechanizmów oporności/ podłoża chromogenne Czy Zamawiający w pozycji nr 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża, które wykrywa szerokie spectrum karbapenemaz KPC; NDM; IMP; MBL; OXA w tym **OXA48**? Podłoże posiada pozytywną opinię KORLD.

ODPOWIEDŹ: Wyrażamy zgodę.

Pytanie 50:

Dotyczy: Zadanie nr 2- Podłoża do diagnostyki mechanizmów oporności/ podłoża chromogenne

Czy Zamawiający w pozycji nr 9 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża chromogennego do izolacji i różnicowania paciorkowców z grupy B (*S. agalactiae*)?

ODPOWIEDŹ: Wyrażamy zgodę.

Pytanie 51:

Dotyczy: Zadanie nr 3- Podłoża w probówkach Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży w probówkach szklanych, zakręcanych z płaskim dnem o średnicy 15mm i wysokości 130mm?

ODPOWIEDŹ: Wyrażamy zgodę.

Pytanie 52:

Dotyczy: Zadanie nr 3- Podłoża w probówkach Czy Zamawiający w pozycji nr 7 wymaga zaoferowania podłoża do oznaczenia zdolności rozkładu mocznika przez *Enterobacteriaceae*?

ODPOWIEDŹ: Wymagamy

Pytanie 53:

Dotyczy: Zadanie nr 3- Podłoża w probówkach Czy Zamawiający wyjaśni co rozumie przez sformułowanie „Wymagania powinny być sprawdzone w warunkach laboratorium szpitala ogłaszającego przetarg”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający odstępuje od wymagań

Pytanie 54:

Dotyczy: Zadanie nr 5- Krążki diagnostyczne Czy Zamawiający w pozycji nr 7 wymaga krążka, którego identyfikacja *G. vaginalis* odbywa się za pomocą krążków z bacytracyną, metronidazolem, sulfathiazolem czy kanamycyną?

ODPOWIEDŹ: Identyfikacja za pomocą krążka z bacytracyną

Pytanie 55:

Dotyczy: Zadanie nr 8- Szybkie testy diagnostyczne Czy Zamawiający w pozycji nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika do wykrywania katalazy, w opakowaniu po 30 ml i zaoferowanie 1 takiego opakowania?

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ

Pytanie 56:

Dotyczy: Zadanie nr 8- Szybkie testy diagnostyczne. Czy Zamawiający w pozycji nr 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków diagnostycznych do identyfikacji β -laktamazy?

ODPOWIEDŹ: Wyrażamy zgodę.

Pytanie 57:

Dotyczy: Zadanie nr 8- Szybkie testy diagnostyczne Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby test posiadał kontrolę dodatnią i ujemną?

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ

Pytanie 58:

Dotyczy: Zadanie nr 15- Surowice do diagnostyki zakażeń *Salmonella* i *Shigella* Czy Zamawiający w pozycji nr 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie Surowice dla antygenu powierzchniowego Hgm?

ODPOWIEDŹ: Wyrażamy zgodę.

Pytanie 59:

Dotyczy: Kryteriów i punktacji (Załącznik nr 2A) dla pakietu: 1,2 i 3. Czy Zamawiający poda zakres „szkoleń na zewnątrz” będących jednym z kryteriów punktacji?

ODPOWIEDŹ: Diagnostyka mikrobiologiczna, immunoenzymatyczna, zakażenia szpitalne

Pytanie 60:

Dotyczy: Kryteriów i punktacji (Załącznik nr 2A) dla pakietu: 1,2 i 3. Czy Zamawiający w kryteriów „szkolenia na zewnątrz” zmniejszy ilość z 3 szkoleń- 3 pkt., 6 szkoleń- 6 punktów, 9 szkoleń- 9 punktów na 1 szkolenie- 3 punkty, 3 szkolenia- 6 punktów, 6 szkoleń- 9 punktów?

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ

Pytanie 61:

Dotyczy: Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 3a) §2, ust. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawy w dniach od poniedziałku do piątku w dni robocze w godz. 08.00 – 16.00? Wykonawca ma podpisaną umowę z firmą kurierską, która na terenie Zamawiającego gwarantuje dostawy w powyższych godzinach.

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ

Pytanie 62:

Dotyczy: Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 3a) §3, ust. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by producent nie dostarczał wymaganej dokumentacji do każdej dostawy, jeśli wymagana dokumentacja dla całego przedmiotu umowy zostanie dostarczona wraz z pierwszą dostawą zamówionych odczynników laboratoryjnych w formie zbindowanej książki?

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ

Pytanie 63:

Dotyczy: SIWZ

Od 18 kwietnia 2018 r. udział w zamówieniach publicznych będzie wymagał przesyłania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) podpisanego elektronicznie z użyciem kwalifikowanego certyfikatu. Obowiązek ten wynika z nowelizacji Prawa zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r. W związku z tym czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres mailowy Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ: Dopuszczamy możliwość przesłania wymaganego dokumentu JEDZ . Dokument należy przesłać na adres mailowy: jedz@szpitalwolomin.pl

Pytanie 64:

Czy w formularzu ofertowym (załącznik nr 1), Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie zapisów dotyczących tylko tych części, na które Wykonawca będzie składał ofertę, pozostałe pakiety zostaną usunięte?

ODPOWIEDŹ: Wyrażamy zgodę.

Pytanie 65:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby ulotki/metodyki wykonania potwierdzające zawarte w specyfikacji parametry techniczne wyrobu zostały dołączone na płycie CD lub w formie książkowej z podpisem tylko na pierwszej stronie tytułowej?

ODPOWIEDŹ: Wyrażamy zgodę.

Pytanie 66:

Dot. pakiet nr 17 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na minimalny termin ważności wynoszący 7 miesięcy od daty dostarczenia towaru?

ODPOWIEDŹ: Wyrażamy zgodę.

Pytanie 67:

Dot. pakietu 28 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na minimalny termin ważności testów wynoszący 4-7 miesięcy od daty dostawy towaru?

ODPOWIEDŹ: Wyrażamy zgodę.

Pytanie 68:

Czy Zamawiający odstąpi od telefonicznej formy składania reklamacji i wyrazi zgodę tylko na formę email/faks oraz zmodyfikuje odpowiednio zapisy umowy?

Uzasadnienie: Wykonawca nie jest w stanie określić tożsamości osoby upoważnionej do składania zamówień

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy podania „tożsamości osoby upoważnionej do składania zamówień”

Pytanie 69:

Dot. Zad nr 1 Czy nie zaszła oczywista pomyłka i Zamawiający wymaga lodówki o poj. nie mniejszej niż 140l a nie 1400 l? Czy Zamawiający może podać, ile miejsca przeznacza na 1 lodówkę?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga lodówki o poj. nie mniejszej niż 140l. Zamawiający oczekuje dwóch lodówek, każda o wymiarach: wysokość ok. 150cm, głębokość ok. 75cm, szerokość ok. 75 cm

Pytanie 70:

Dot. Zad 2 pkt 4 Czy Zamawiający wymaga, aby podłoże do wykrywania karbapenemaz, wykrywało: KPC, MBL, VIM, NDM-1?

ODPOWIEDŹ: Wymagamy

Pytanie 71:

Dot. Zad 6 Czy Zamawiający dopuści Etesty pakowane indywidualnie i/lub zbiorczo w opakowaniach nie większych niż 30 szt.

ODPOWIEDŹ: Dopuszczymy Etesty pakowane w pełnych opakowaniach, nie przekraczających 30 szt. Przy założeniu, że każdy E-TEST pakowany jest indywidualnie

Pytanie 72:

Zad.6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie podczas trwania umowy, etestów w pełnych opakowaniach, nie przekraczających 30 szt.?

ODPOWIEDŹ: Wyrażamy zgodę. Dopuszczymy Etesty pakowane w pełnych opakowaniach, nie przekraczających 30 szt. Przy założeniu, że każdy E-TEST pakowany jest indywidualnie

Pytanie 73:

Zad.6 Czy Zamawiający wydzieli z pakietu paski Etest Cefoperazon/Sulbaktam 0,016-256 i Dalbavamycyna 0,002-32

ODPOWIEDŹ: : Wyrażamy zgodę, na wydzielenie pozycji 28 i 31 z zadania nr 6 .Poz. 28 i poz. 31 utworzą nowe zadanie nr 6A.

Wadium do zadania nr 6 wynosi – 950 zł

Wadium do zadania nr 6A wynosi – 50 zł

Pytanie 74:

Dot. Zad 20 Czy Zamawiający pisząc: Butelki pediatriczne umożliwiające pobieranie minimalnej ilości materiału do posiewu, ma na myśli posiew krwi?

ODPOWIEDŹ: Butelki pediatriczne umożliwiające pobieranie minimalnej ilości materiału do posiewu krwi

Pytanie 75:

Czy Zamawiający pisząc „Możliwość wizualnego kolorymetrycznego odczytu dodatknych butelek” wymaga butelek, w których podczas wzrostu drobnoustrojów następuje trwała nieodwracalna zmiana zabarwienia w dnie butelki?

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ

Pytanie 76:

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia stosownej dokumentacji w związku z ww. wymogiem?

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ

Pytanie 77:

Pytania do Istotnych Postanowień Umowy (zał. nr 3A): §3 ust. 9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania informacji o reklamacji Zamawiającego.”?

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ

Pytanie 78:

Pytania do Istotnych Postanowień Umowy (zał. nr 3A): §4 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie wymieni zakwestionowanego towaru wadliwego w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania informacji o reklamacji, o której mowa w § 3 ust. 5, 6 ze skutkami określonymi w § 6 ust. 4.”?

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ

Pytanie 79:

Pytania do Istotnych Postanowień Umowy (zał. nr 3A): §5 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

, W przypadku zwłoki w zapłacie za dokonanie dostawy, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek w wysokości nie wyższej niż 6% w skali roku wartości niezapłaconej w terminie faktury, jednak nie wyższej niż poziom odsetek ustawowych. W przypadku naliczenia odsetek Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia noty odsetkowej.”?

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ

Pytanie 80:

Pytania do Istotnych Postanowień Umowy (zał. nr 3A): §6 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw bądź odmowy dostaw w wysokości 0,2 % wartości brutto zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 2 ust. 4 umowy.”?

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ

Pytanie 81:

Pytania do Istotnych Postanowień Umowy (zał. nr 3A): §6 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku niedokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w wysokości 0,2 % wartości brutto wadliwego towaru, za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 3 ust. 9 umowy.”?

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ

Pytanie 82:

Pytania do Istotnych Postanowień Umowy (zał. nr 3A): §6 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy określonej w § 2 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie § 4 ust. 1, 2 lub 3 umowy.”?

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ

Pytanie 83:

Pytania do Istotnych Postanowień Umowy (zał. nr 3B): §3 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

, W przypadku zwłoki w zapłacie za dokonane dostawy/usługi, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek w wysokości nie wyższej niż 6% w skali roku wartości niezapłaconej w terminie faktury. W przypadku naliczenia odsetek Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia noty odsetkowej.”?

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ

Pytanie 84:

Czy w pakiecie 1, poz. 6 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża Schaedlera z dodatkiem kanamycyny, wankomycyny i krwi końskiej?

ODPOWIEDŹ:Wyrażamy zgodę

Pytanie 85:

Czy w pakiecie 1, poz. 12 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża 3-tygodniowym terminem przydatności od daty produkcji?

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ

Pytanie 86:

Czy w pakiecie 4 w poz. 59 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków z netylmyciną w stężeniu 10µg?

ODPOWIEDŹ:Wyrażamy zgodę

Pytanie 87:

Czy w pakiecie 4 Zamawiający wymaga dostarczenia pozytywnej opinii KORLD dotyczącej jakości krążków antybiotykowych?

ODPOWIEDŹ:Wymagamy

Pytanie 88:

Czy w pakiecie 4 Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentu potwierdzającego zakres 90 – 125% stężenia antybiotyku zawartego na krążku?

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ

Pytanie 89:

Czy w pakiecie 4 Zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia na czas trwania umowy dyspenserów ułatwiających pracę z krążkami? Każdy dyspenser wyposażony jest w blokadę zabezpieczającą przed pracą z pustymi fiolkami, stąd też nie są wymagane żadne dodatkowe oznaczenia informujące użytkownika o zużyciu wszystkich krążków z fiolek.

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ

Pytanie 90:

Czy w pakiecie 5, poz. 6 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu w formie pasków diagnostycznych? Pasek diagnostyczny zmienia kolor wskazując na dodatni wynik testu.

ODPOWIEDŹ: Dopuszczamy

Pytanie 91:

Czy w pakiecie 4 Zamawiający wymaga dostarczenia pozytywnej opinii KORLD dotyczącej jakości pasków z gradientem stężenia antybiotyków?

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ

Pytanie 92:

Czy w pakiecie 9, w poz. 4 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu do jednoczesnego wykrywania antygenów Rota-, Adeno-, Noro- i Astrowirusa?

ODPOWIEDŹ:Dopuszczamy

Pytanie 93:

Czy w pakiecie 19, Zamawiający wymaga, aby zaoferowany odczynnik posiadał certyfikat CE-IVD?

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ

Pytanie 94:

Czy w pakiecie 22, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów odczynników do barwienia metodą Grama, w których każdy z odczynników konfekcjonowany jest po 240ml. W przypadku zgody Zamawiającego zaoferowane zostanie 13 takich zestawów.

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ

Pytanie 95:

Zadanie 10 Diagnostyka Clostridium difficile: Czy zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej i Chorób Zakaźnych (ESCMID) z 2016r. Zamawiający wymaga testu immunoenzymatycznego (w formie kasetki)?

ODPOWIEDŹ:Wymagamy

Pytanie 96:

Zadanie 10 Diagnostyka Clostridium difficile: Czy Zamawiający wymaga testu, w którym próbkę przygotowuje się jednokrotnie i dozuje się do jednej studzienki?

ODPOWIEDŹ:Dopuszczamy

Pytanie 97:

Zadanie 10 Diagnostyka Clostridium difficile: Czy Zamawiający wymaga testu, w którym próbkę można przechowywać przez 72 godz. bez konieczności mrożenia?

ODPOWIEDŹ: Dopuszczamy

Pytanie 98:

Zadanie 10 Diagnostyka Clostridium difficile: Czy Zamawiający wymaga testu o czułości nie gorszej niż 0,63ng/ml dla toksyny A, nie gorszej niż 0,16ng/ml dla toksyny B oraz nie gorszej niż 0,8ng/ml dla antygeny GDH?

ODPOWIEDŹ: Dopuszczamy

Pytanie 99:

Zadanie 10 Diagnostyka Clostridium difficile: Czy w celu obiektywnej oceny jakości testu Zamawiający wymaga czułości i swoistości minimum 85% wyznaczonej względem metody referencyjnej tj. hodowla bakteryjnej/ tkankowej na próbie co najmniej 100 pacjentów?

ODPOWIEDŹ: Dopuszczamy

Pytanie 100:

Zadanie 26 Sprzęt jednorazowy: Czy w pozycji 5 i 6 Zamawiający wymaga wymazówek w próbówce o średnicy min. 13 mm i długości 165mm?

ODPOWIEDŹ: Wymagamy

Pytanie 101:

Zadanie 26 Sprzęt jednorazowy: Czy dla pozycji 5 i 6 Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego przeżywalność, tlenowców beztlenowców i względnych beztlenowców w okresie do 72 godzin, a bakterii wybrednych w czasie do 48 godzin?

ODPOWIEDŹ: Dopuszczamy

Pytanie 102:

Zadanie 26 Sprzęt jednorazowy: Czy w pozycji 9 Zamawiający wymaga probówek z kołnierzem ułatwiającym uchwyt?

ODPOWIEDŹ: Dopuszczamy

Pytanie 103:

Zadanie 26 Sprzęt jednorazowy: Czy w pozycji 12 i 13 Zamawiający wymaga pipet Pasteura czy wypływowych?

ODPOWIEDŹ:

POZYCJA 12- WYPŁYWOWE

POZYCJA 13 – PIPIETY PASTEURA

Pytanie 104:

Zadanie 26 Sprzęt jednorazowy: Czy w pozycji 15 Zamawiający dopuści komplet do zamkniętego podciśnieniowego poboru krwi składający się z igły, uchwytu i podciśnieniowej próbówki z żelem separującym (1 komplet = 100 igieł + 100 holderów + 100probówek z żelem separującym)?

ODPOWIEDŹ: Dopuszczamy

Pytanie 105:

Zadanie 26 Sprzęt jednorazowy: Czy w pozycji 15 Zamawiający wymaga zestawu na 3,5, 5 czy 8 ml?

ODPOWIEDŹ: 5 ml

Pytanie 106:

Zadanie 26 Sprzęt jednorazowy: Czy w pozycji 16 Zamawiający dopuści końcówki pakowane po 1000 szt.?

ODPOWIEDŹ: Dopuszczamy

Pytanie 107:

Zadanie 26 Sprzęt jednorazowy: Czy w pozycji 18 Zamawiający wymaga pojemników 15 czy 50ml?

ODPOWIEDŹ: 50 ml

Pytanie 108:

Zadanie 26 Sprzęt jednorazowy: Czy Zamawiający może dokładniej określić jakie próbówki w pozycji 25 ma na myśli (pojemność, przeznaczenie...itd.)?

ODPOWIEDŹ: Sterylna próbówka okrągłodenna z podziałką i korkiem, o średnicy 12x92 mm, pojemność 5 ml

Pytanie 109:

Zadanie 26 Sprzęt jednorazowy: Czy Zamawiający dopuści próbówki wykonane z innego tworzywa niż PET?

ODPOWIEDŹ:Dopuszczamy

Pytanie 110:

SIWZ (Dotyczy m.in. KCH, INSTR, CE) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie dokumentów w postaci elektronicznej na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami? W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron?

ODPOWIEDŹ:Zgodnie z SIWZ

Pytanie 111:

SIWZ (Dotyczy m.in. KCH, INSTR, CE) Czy Zamawiający dopuści możliwość załączenia obszernej dokumentacji przetargowej w postaci plików nagranych na **płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami?**

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ

Pytanie 112:

Projekt umowy (§5 ust3pkt) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

ODPOWIEDŹ:Potrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie 113:

Projekt umowy (§7ust7) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ

Pytanie 114:

Projekt umowy (§6) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO niezrealizowanej części dostawy?

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ

Pytanie 115:

Projekt umowy (§6) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 10% wartości NETTO niezrealizowanej części umowy? Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ

Pytanie 116:

Projekt umowy (§6) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ

Pytanie 117:

Projekt umowy (§5ust4) Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności?

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ

Pytanie 118:

Projekt umowy (§2) Czy zamawiający wprowadzi do projektu umowy zapis dotyczący minimalnego poziomu zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany?

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ

Pytanie 119:

Projekt umowy (§3ust7) Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawiania błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ

Pytanie 120:

Projekt umowy (§7ust3) Czy Zamawiający może określić **maksymalny okres czasu, na który może zostać aneksowana umowa**? Uzasadnienie: Sugerujemy maksymalnie kwartał, gdyż przy umowach długoterminowych istnieje konieczność ponownej weryfikacji zaoferowanych przez Wykonawcę cen z powodu wzrostu cen zakupu u dostawców.

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ

Pytanie 121:

Projekt umowy (§7) Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.

Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych.

ODPOWIEDŹ: Potrzebujemy zapisy SIWZ

Pytanie 122:

Pytanie zadanie 26 poz. 1-8 Jakiej klasy czystości oczekuje Zamawiający? Czy wymaga wyrobów sterylnych radiacyjnie (sterile - R) czy dopuszcza wyroby aseptyczne lub sterylizowane gazowo?

ODPOWIEDŹ: Dopuszczamy

Pytanie 123:

Pytanie zadanie 26 poz. 4-6. Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia należał do Medycznej Klasy IIa czy dopuszcza niższą klasę I? SIWZ nie zawiera informacji na ten temat.

ODPOWIEDŹ: Wymagamy Medycznej Klasy IIa

Pytanie 124:

Pytanie zadania 26 poz. 7-8. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą oraz w każdym opakowaniu ez, zgodnie z Dyrektywą 98/79/WE, certyfikatu sterylności i kalibracji, potwierdzającego identyczność wymiarów wszystkich pętli?

ODPOWIEDŹ:Wymagamy

Pytanie 124a:

Oferowane przez kilku producentów ez mają m.in. zbyt grube i toporne oczka ez wykluczają precyzyjną izolację bakterii, użyte przy produkcji słabej jakości tworzywo sztuczne, które powodujące niedogodności przy posiewaniu i izolacji bakterii co spowalnia pracę i może wpływać na jakość i efekt końcowy wykonywanych badań. - Czy Zamawiający wymaga ezy pakowane pojedynczo lub po 10szt.?

ODPOWIEDŹ:Dopuszczamy

Pytanie 125:

Czy Zamawiający w Pakiecie 26, poz. 1 dopuści opakowanie 500szt.?

ODPOWIEDŹ: Dopuszczamy

Pytanie 126:

Czy Zamawiający w Pakiecie 26, poz. 18 dopuści pojemnik 60 ml, sterylny, pakowany indywidualnie, zakręcany?

ODPOWIEDŹ: Dopuszczamy pojemnik 60 ml, sterylny, pakowany indywidualnie, zakręcany, stożkowy.

Pytanie 127:

Czy Zamawiający w Pakiecie 26, poz. 25 dopuści próbówki z PP? Jaką pojemność wymaga Zamawiający?

ODPOWIEDŹ:Dopuszczamy 5ml

Pytanie 128:

Dotyczy zadania 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków antybiotykowych z 12 miesięcznym terminem ważności?

ODPOWIEDŹ:Dopuszczamy

Pytanie 129:

Dotyczy zadania 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłożenie opinii użytkowników z innego województwa niż mazowieckie?

ODPOWIEDŹ:Zgodnie z SIWZ

Pytanie 130:

pakietu nr 25: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów ELISA pakowanych po 96 oznaczeń?

ODPOWIEDŹ: Wyrażamy zgodę

Pytanie 131:

pakietu nr 25: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów ELISA, w których gotowy roztwór buforu płuczącego jest stabilny przez 4 tygodnie pod warunkiem przechowywania w temperaturze lodówki?

ODPOWIEDŹ: Wyrażamy zgodę

Pytanie 132:

pakietu nr 25: Zamawiający podał ilości oznaczeń na 36 miesięcy, natomiast dzierżawa aparatu wg tabeli ma być obliczona na okres 12 miesięcy. Wg zapisów w SIWZ umowa będzie realizowana przez okres 36 miesięcy. Prosimy o wyjaśnienie i ujednolicenie zapisów.

Czy podana ilość oznaczeń dla poszczególnych pozycji asortymentowych jest podana na okres 12 miesięcy z koniecznością pomnożenia ich przez 3 (okres umowy), czy też są to wartości prawidłowo podane przez Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego uwzględniającą warunki i zapisy określone w załącznikach nr 3A, załącznikiem nr 3B i załącznikiem nr 3C do SIWZ na okres 36 miesięcy.

W załączniku nr 2 podana ilość oznaczeń dla poszczególnych pozycji asortymentowych jest podana na okres 12 miesięcy. **Pod każdym zadaniem Zamawiający umieścił dodatkową tabelę „Razem na okres 36 miesięcy”, w której należy wypełnić „z koniecznością pomnożenia ich przez 3 (okres umowy).**

Zgodnie z zapisami SIWZ w załączniku nr 2 Zamawiający wymaga by Wykonawca podał „miesięczną stawkę dzierżawy”.

Pytanie 133:

pakietu nr 25: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie formularza cenowego o dodatkowe wiersze w celu kalkulacji niezbędnych do prawidłowej eksploatacji aparatu materiałów zużywalnych, płynów systemowych itp.?

ODPOWIEDŹ: Wyrażamy zgodę

Pytanie 134:

pakietu nr 25: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora bez ciekłokrystalicznego ekranu dotykowego?

ODPOWIEDŹ: Wyrażamy zgodę

Pytanie 135:

pakietu nr 25: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z zewnętrzną drukarką w zestawie ze sprzętem?

ODPOWIEDŹ: Wyrażamy zgodę

Pytanie 136:

pakietu nr 25: Ze względu na fakt, że aparat jest połączony z komputerem i sterowany za jego pomocą, czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby złącza do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi (USB, Ethernet) były wyposażeniem komputera sterującego?

ODPOWIEDŹ: Wyrażamy zgodę

Pytanie 137:

pakietu nr 25: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów ELISA, w których trwałość płytki opłaszczanej antygenem po otwarciu wynosi 4 miesiące, natomiast pozostałych odczynników- do terminu ważności zestawu?

ODPOWIEDŹ: Wyrażamy zgodę

Pytanie 138:

pakietu nr 25: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie udziału w programie kontroli jakości 2 razy w roku dla pozycji asortymentowych 1-8 oraz 11-21? Zaoferowanie analizatora oraz testów ELISA nie wymaga prowadzenia zewnątrzlaboratoryjnej kontroli codziennej?

ODPOWIEDŹ: Wyrażamy zgodę

Pytanie 139:

pakietu nr 25: Prosimy o wyjaśnienie, jakie szkolenie zewnętrzne Zamawiający ma na myśli? Jakie są wymagania Zamawiającego odnośnie miejsca jego organizacji? Dla ilu osób Zamawiający wymaga zorganizowania szkolenia zewnętrznego?

ODPOWIEDŹ: Szkolenie zewnętrzne dotyczy diagnostyki mikrobiologicznej, immunoenzymatycznej, zakażeń szpitalnych. Miejsce szkolenia zależne od organizatora, każde szkolenie dla 2 osób rocznie.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
(-) **Sławomir Janus**