



# Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

05-200 Wołomin, ul. Gdyńska 1/3

NIP 125-09-31-792; REGON 000310315; KRS 0000037824

Centrala tel.22 76.33.100, sekretariat 22 76.33.259, fax 22 76.33.343

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku 05 8923 0150 7177 2015 0001

Wołomin, 2019.11.14

Odpowiedź nr 2 do sprawy ZAM/18/2019

## OTRZYMUJĄ WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGIOWO



**DOTYCZY:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia oszacowana została poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą: Zakup sprzętu specjalistycznego podziale na zadania - nr postępowania ZAM/18/2019.

Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz.1986 z późn. zm.) Zamawiający – Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

### WIDEOGASTROSKOP

Pytanie nr 1;

Dot. pkt. 11. Czy Zamawiający dopuści videogastroskop o długości sondy roboczej min.1100 mm – tak jak wymaga tego w pkt. 9?

**ODPOWIEDŹ;** zgodnie z zapisami SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 2;

Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowanie aparatu z roku 2019 ?

**ODPOWIEDŹ;** Zamawiający będzie wymagał zaoferowanie aparatu z roku 2019. Zamawiający dokonuje korekty zapisu w załączniku nr 2 –ZADANIE nr 3- WIDEOGASTROSKOP w POZOSTAŁE WYMAGANIA pkt.2 tj;

- jest

Rok produkcji 2018

Oferowany aparat powinien być urządzeniem fabrycznie nowym wyprodukowanym w 2018 r.

- **powinno być**

**Rok produkcji 2019**

Oferowany aparat powinien być urządzeniem fabrycznie nowym wyprodukowanym w 2019 r.

Pytanie nr 3;

Dot. pkt. 12 videogastroskop oraz pkt. 12 videokolonoskop

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie własnego kompatybilnego procesora obrazu?

**ODPOWIEDŹ;** zgodnie z zapisami SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

### WIDEOKOLONOSKOP

Pytanie nr 4;

Pkt. 6. Czy Zamawiający dopuści głębię ostrości 2-100 mm?

**ODPOWIEDŹ;** zgodnie z zapisami SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 5;

Pkt. 9. Czy Zamawiający dopuści zróżnicowaną sztywność końcówki wziernikowej?

**ODPOWIEDŹ;** zgodnie z zapisami SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

## MODYFIKACJA SIWZ

Działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz.1986 z późn. zm.) Zamawiający – Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 1 – „FORMULARZ OFERTY” , który otrzymuje brzmienie;

### II. CENA OFERTY:

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferuję/oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia za kwotę:

Nr ZADANIA i nazwa sprzętu	Cena jednostkowa Netto w zł	ILOŚĆ w sztukach	Wartość netto w zł	Podatek VAT		Wartość brutto w zł	Termin dostawy w dniach oraz proponowana gwarancja w miesiącach [podać]
				%	Kwota w zł		
1 – aparat do znieczulenia		1					
2 – stanowiska do pielęgnacji noworodków wraz z promiennikiem ciepła		3					
3 - wideogastroskop		1					
4 - wideokolonoskop		1					
RAZEM	X	X		X			X

Zastępca  
Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych  
[-] *Mariusz Poneta*