



Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

05-200 Wołomin, ul. Gdyńska 1/3

NIP 125-09-31-792; REGON 000310315; KRS 0000037824

Centrala tel.22 76.33.100, sekretariat 22 76.33.259, fax 22 76.33.343

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku 05 8923 0150 7177 2015 0001

Wołomin, 2019.11.15

Odpowiedź nr 3 do sprawy ZAM/18/2019

OTRZYMUJĄ WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO



DOTYCZY: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia oszacowana została poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą: Zakup sprzętu specjalistycznego w podziale na zadania - nr postępowania ZAM/18/2019.

Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz.1986 z późn. zm.) Zamawiający – Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Zadanie 1 – APARAT DO ZNIECZULANIA – szt.1

1. Pkt 2 Czy Zamawiający dopuści aparat na podstawie jezdnej z indywidualnymi hamulcami każdego z czterech kół?
ODPOWIEDŹ; TAK. ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI WW. APARAT.
2. Pkt 6 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia z awaryjnym zasilaniem elektrycznym całego systemu, z wbudowanym akumulatorem, przez 30 min. w warunkach ekstremalnych i 90 min. w warunkach standardowych?
ODPOWIEDŹ; ZGODNIE Z SIWZ I UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI
3. Pkt 11 Czy Zamawiający dopuści elektroniczne przepływomierze dla O₂, N₂O, Powietrza, z możliwą precyzyjną prezentacją przepływu ze skokiem 100 ml/min?
ODPOWIEDŹ; ZGODNIE Z SIWZ I UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI
4. Pkt 13 Czy Zamawiający dopuści system automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z N₂O, na poziomie, co najmniej 25%?
ODPOWIEDŹ; ZGODNIE Z SIWZ I UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI
5. Pkt 21 Czy Zamawiający dopuści zastawkę APL z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie poprzez skręcenie zastawki do minimum? Opisane rozwiązanie jest parametrem charakterystycz-

nym dla konkretnego producenta, co utrudnia złożenie konkurencyjnej oferty.

ODPOWIEDŹ; ZGODNIE Z SIWZ I UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI

6. Pkt 19 Czy Zamawiający dopuści rurę do ewakuacji bez mankietu ze specjalnymi otworami?

ODPOWIEDŹ; ZGODNIE Z SIWZ I UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI

7. Pkt 23 Czy Zamawiający dopuści respirator z napędem pneumatycznym?

ODPOWIEDŹ; ZGODNIE Z SIWZ I UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI

8. Pkt 24 Czy Zamawiający dopuści ekran respiratora kolorowy, LCD, o przekątnej 15 cali na ruchomym ramieniu aparatu? Jest to rozwiązanie o wiele bardziej nowoczesne i funkcjonalne.

ODPOWIEDŹ; TAK. ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI WW. ROZWIĄZANIE

9. Pkt 25 Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał respiratora obsługiwanego za pomocą pokrętła funkcyjnego i/lub przycisków wyboru oraz ekranu dotykowego? Jest to rozwiązanie o wiele bardziej nowoczesne i praktyczne

ODPOWIEDŹ; TAK. ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI WW. ROZWIĄZANIE

10. Pkt 33 Czy Zamawiający dopuści o wiele bardziej ergonomiczny tryb jednoetapowy przełączania pomiędzy trybem ręcznym i mechanicznym wentylacji przy pomocy dźwigni?

ODPOWIEDŹ; ZGODNIE Z SIWZ I UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI

11. Pkt 34 i 35 Czy Zamawiający zgodzi się na zrezygnowanie z funkcji opisanych w pkt. 56 i pkt. 57? Parametry te są spełnione tylko przez aparat z napędem elektrycznym, oferowanym przez jednego konkretnego producenta.

ODPOWIEDŹ; ZGODNIE Z SIWZ I UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI

12. Pkt 37 Czy Zamawiający dopuści regulację stosunku wdechu do wydechu 2:1 do 1:8?

ODPOWIEDŹ; ZGODNIE Z SIWZ I UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI

13. Pkt 40 Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji PEEP od 4 do 30 cmH₂O?

ODPOWIEDŹ; ZGODNIE Z SIWZ I UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI

14. Pkt 42 Czy Zamawiający dopuści regulację Plateau w zakresie 5-60%?
Pkt 50 Czy Zamawiający będzie wymagał pomiaru stężenia O₂ w aparacie przy użyciu metody paramagnetycznej?

ODPOWIEDŹ; ZGODNIE Z SIWZ I UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI

15. Pkt 54 Czy Zamawiający dopuści rury o długości 150 cm?

ODPOWIEDŹ; TAK. ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI RURY O DŁ. 150CM

16. Pkt 63 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający wyświetlanie 6 krzywych dynamicznych na ekranie? Większa ilość krzywych na wymaganym ekranie 12" jest nieczytelna i nie poprawia funkcji diagnostycznych monitora.

ODPOWIEDŹ; TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI WW. KARDIOMONITOR

17. Pkt 63 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez ekranu z krótkimi trendami?

ODPOWIEDŹ; ZGODNIE Z SIWZ I UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI

18. Pkt 65 Czy Zamawiający dopuści trendy graficzne z 7 dni z rozdzielczością od 10 s (dla skali czasu 20 minut) do 84 minut (dla skali czasu 168h), z możliwością przeglądania danych z ostatniej godziny z rozdzielczością 1 minuta? Zbyt wysoka rozdzielczość (1min.) dla tak du-

żej skali czasu (5 dni) mogłaby powodować zbyt długą analizę trendów graficznych

ODPOWIEDŹ; ZGODNIE Z SIWZ I UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI

19. Pkt 66 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez oprogramowania realizującego funkcje wymienione w punkcie 66?

ODPOWIEDŹ; ZGODNIE Z SIWZ I UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI

20. Pkt 68 Czy Zamawiający dopuści brak tej funkcji?

ODPOWIEDŹ; ZGODNIE Z SIWZ I UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI

21. Pkt 72 Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy 30-300 uderzeń/minutę?

ODPOWIEDŹ; ZGODNIE Z SIWZ I UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI

22. Pkt 76 Czy Zamawiający dopuści Pomiar SpO2 algorytmem TruSignal, z możliwością stosowania czujników zgodnych z algorytmem TruSignal?

ODPOWIEDŹ; TAK. ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI WW. ROZWIĄZANIE

23. Pkt 78 Czy Zamawiający dopuści pomiar ciśnienia ręczny i automatyczny z ustawianym czasem powtarzania do 2 godzin?

ODPOWIEDŹ; ZGODNIE Z SIWZ I UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI

24. Pkt 79 Czy Zamawiający dopuści brak tej funkcji?

ODPOWIEDŹ; ZGODNIE Z SIWZ I UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI

25. Pkt 81 Czy Zamawiający dopuści możliwość jednoczesnego pomiaru 2 ciśnień?

ODPOWIEDŹ; ZGODNIE Z SIWZ I UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI

26. Pkt 85 Czy Zamawiający dopuści realizację pomiarów gazowych za pomocą aparatu do znieczulenia z wyświetlaniem wyników na ekranie respiratora aparatu do znieczulenia?

ODPOWIEDŹ; TAK. ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI WW. ROZWIĄZANIE

27. Pozostałe wymagania, pkt 3 oraz wzór umowy, par. 4 ust. 1e – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od dostarczenia wraz z aparatem pełnej dokumentacji serwisowej? Wszystkie informacje, niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania sprzętu znajdują się w instrukcji obsługi.

ODPOWIEDŹ; ZGODNIE Z SIWZ I UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI

28. Pozostałe wymagania, pkt 4 oraz wzór umowy par. 5 ust. 9 - Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, a o czas przedłużającej się naprawy ponad terminy określone w umowie. W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie stosownych zmian we wzorze umowy.

ODPOWIEDŹ; ZGODNIE Z SIWZ I UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI

29. Pozostałe wymagania, pkt 7 - Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 3 dni roboczych. W związku z po-

wyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?

ODPOWIEDZ; ZGODNIE Z SIWZ I UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI

30. Wzór umowy par. 5 ust. 10 - Czy Zamawiający dopuści zmianę brzmienia tego punktu na następujący: "Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt zastępczy, o parametrach technicznych nie gorszych niż wymieniany sprzęt, na czas naprawy, jeśli czas naprawy przekracza czas określony w umowie/SIWZ"?

ODPOWIEDZ; ZGODNIE Z SIWZ I UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI

Zastępca
Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
[-] *Mariusz Poneta*