



# Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

05-200 Wołomin, ul. Gdyńska 1/3

NIP 125-09-31-792; REGON 000310315; KRS 0000037824

Centrala tel.22 76.33.100, sekretariat 22 76.33.259, fax 22 76.33.343

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku 05 8923 0150 7177 2015 0001

---

Wołomin, 2019.11.28

Odpowiedź nr 2 do sprawy ZAM/19/2019

## OTRZYMUJĄ WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO



**DOTYCZY:** postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Szpital w Wołominie pn : Remont V piętra Budynku Głównego na potrzeby Oddziału Chirurgicznego i Okulistycznego z podziałem na 2 etapy wraz z wyposażeniem i dostawą sprzętu medycznego” - nr postępowania ZAM/19/2019.

Zgodnie z art.38.1.2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych – Dz. Ustaw 2018, poz.1986 z późn.zm. Zamawiający dokonuje odpowiedzi na zadane **pytania SIWZ** i modyfikacji w poniższym zakresie;

### Pytanie 1

Informujemy że winda osobowa w budynku jest bardzo obciążona ruchem związanym z funkcjonowaniem szpitala. Prosimy o informację w jaki sposób będzie możliwy transport materiałów na V piętro. Czy jedynie transport ręczny?

**ODPOWIEDŹ;** Główną drogą transportu materiałów niezbędnych do realizacji prac budowlanych są klatki zewnętrzne . Dodatkowo Zamawiający udostępni windę towarową [ o niewielkim udźwigu] po wcześniejszym przeszkoleniu pracowników Wykonawcy.

### Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie czy centrale wentylacyjne będą umieszczone na dachu budynku.

**ODPOWIEDŹ;** TAK.

### Pytanie 3

Czy jest możliwe wykonanie szerokich otworów na dach dla wentylacji mechanicznej.

**ODPOWIEDŹ;** w zakresie Wykonawcy w zależności od rozwiązania projektowego.

### Pytanie 4

Prosimy o informację czy w centralach wentylacyjnych należy zastosować wodny czynnik grzewczy, w takim przypadku niezbędne będzie wykonania instalacji ciepła technologicznego poprzez wszystkie kondygnację, piwnice do budynku obok.

**ODPOWIEDŹ;** NIE.

### Pytanie 5

Prosimy o informację czy istniejące średnice instalacji gazów medycznych jest przystosowana do powiększonej ilości punktów odbiorowych, jeśli nie, instalacje należy wykonać do sprężarkowni, tlenowni, stacji pomp próżniowych położonych w piwnicach budynku.

**ODPOWIEDŹ;** do zbilansowania i rozstrzygnięcia przez Wykonawcę .

### Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie wydzielenia pożarowego skrzydła okulistyki oraz skrzydła chirurgii.

**ODPOWIEDŹ;** TAK, realizacja w zakresie Wykonawcy.

#### Pytanie 7

Prosimy o informację związaną z zawężonymi otworami drzwiowymi we wszystkich pomieszczeniach gdzie odbywa się ruch pacjentów na łózkach, zgodnie z Dz.U.05.116.985 § 51 – min. 1,1 m, z przeprowadzonych oględziny wynika, że powiększenie otworów jest bardzo utrudnione.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania w trybie PZP.

**ODPOWIEDŹ; otwory drzwiowe należy wykonać z szerokością skrzydła 1,1m.**

1. Prosimy o podanie ilości punktów poboru próżni.

**ODPOWIEDŹ; 5 punktów.**

2. Prosimy o dostarczenie ekspertyzy ppoż. celem określenia stref pożarowych i stosownego doboru materiałów np. ilości okien ppoż. do montażu.

**ODPOWIEDŹ; do wglądu u Zamawiającego.**

3. Czy na dachu wymagane będzie wykonanie pomostów roboczych do obsługi dla nowobudowanych urządzeń, np. do agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych itp.

**ODPOWIEDŹ; NIE.**

4. Czy oprócz konieczności wykonania ochrony odgromowej dla nowomontowanych urządzeń konieczne będzie wykonanie takiej ochrony dla już istniejących na dachu urządzeń?

**ODPOWIEDŹ; NIE.**

5. Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie miejsca podłączenia nowych mediów docelowych: instalacji wody, prądu, próżni, gazów medycznych, co, ct itp. tj. która kondygnacja i lokalizacja np. nazwa lub nr pomieszczenia oraz udzielenie informacji czy wiąże się to z koniecznością wykonania dodatkowych zabezpieczeń w istniejącym obiekcie np. przejście przez pomieszczenia zabiegowe lub sale operacyjne.

**ODPOWIEDŹ; wszystkie podłączenia do instalacji szpitalnych w ramach modernizowanego piętra, oprócz spęzonego powietrza prowadzonego z II piętra.**

6. Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie miejsca podłączenia mediów na czas realizacji inwestycji tj. energii elektrycznej, woda, ewentualnych pomieszczeń zaplecza dla załogi, która kondygnacja i lokalizacja np. nazwa lub nr pomieszczenia.

**ODPOWIEDŹ; do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.**

7. Wnosimy o zmianę warunków płatności wg § 3 Istotnych Warunków Umowy za realizowane roboty na płatności miesięczne w oparciu o procentowe zaawansowanie prac wykonanych z 14 dniowym terminem płatności.

**ODPOWIEDŹ; nie wyrażamy zgody.**

8. Prosimy o potwierdzenie, iż proponowana % (procentowa) płatność realizowana będzie dla obu etapów budowy wymienionych w p.3 SIWZ (przedmiot zamówienia) tak samo w 4 (czterech) etapach, wymienionych w § 3 p.5 a),b),c),d) Istotnych Warunków Umowy tj. pierwszy podetap finansowanie w 4 (czterech) % (procentowych) etapach wskazanych w § 3 p.5 a),b),c),d) Istotnych Warunków Umowy i drugi podetap w 4 % etapach w § 3 p.5 a),b),c),d) Istotnych Warunków Umowy.

**ODPOWIEDŹ; TAK.**

9. W przypadku odmowy ustalenia płatności miesięcznych (wg naszej propozycji wymienionej w punkcie 7) wnosimy o ustalenie następujących procentowych płatności etapowych:

a)=25%, b)=30%, c)=30% d)=15% wymienionych w § 3 p.5 a),b),c),d) Istotnych Warunków Umowy z 14 dniowym terminem płatności stosownie dla etapu pierwszego budowy wymienionych w p.3 SIWZ (przedmiot zamówienia):

a)=25%, b)=30%, c)=30% d)=15%

i etapu drugiego budowy wymienionych w p.3 SIWZ (przedmiot zamówienia).

a)=25%, b)=30%, c)=30% d)=15%

**ODPOWIEDŹ; nie wyrażamy zgody.**

10. Wnosimy o zmianę warunków § 8 p.1 Istotnych Warunków Umowy w wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10% na 3%.

**ODPOWIEDŹ; nie wyrażamy zgody, podtrzymujemy zapisy SIWZ**

11. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę brzmienia §6 ust. 4 istotnych postanowień umowy z poniższego:

*„4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt Umowy i każdą zmianę projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem Umowy. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń w przypadku określonym w art. 143 b ust. 3 ustawy Pzp uważa się za akceptację projektu Umowy lub jego zmiany”*

Na:

„4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt Umowy i każdą zmianę projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem Umowy. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń w przypadku określonym w art. 143 b ust. 3 ustawy Pzp uważa się za akceptację projektu Umowy lub jego zmiany’

**ODPOWIEDŹ; wyrażamy zgodę.**

12. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę brzmienia §9 ust. 1 pkt. a) istotnych postanowień umowy z poniższego:

*„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:*

*a) 0,1% ceny brutto przedmiotu Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki w terminie realizacji Umowy”*

Na:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

a) 0,05% ceny brutto przedmiotu Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy etap zwłoki w terminie realizacji Umowy

**ODPOWIEDŹ; nie wyrażamy zgody, podtrzymujemy zapisy SIWZ.**

13. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę brzmienia §9 ust. 1 pkt. d) istotnych postanowień umowy z poniższego:

*„d) 10% ceny brutto przedmiotu Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”*

Na

d) 5% ceny netto przedmiotu Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**ODPOWIEDŹ; nie wyrażamy zgody, podtrzymujemy zapisy SIWZ.**

14. Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie w §13 ust. 5 słowa „niebezpieczeństwo”

**ODPOWIEDŹ; wyrażamy zgodę.**

15. Wykonawca wnosi o wykreślenie w §14 ust. 15 pkt. 1)

**ODPOWIEDŹ; nie wyrażamy zgody.**

16. Wykonawca zwraca się o modyfikację § 15 ust. 1 istotnych warunków umowy w poniższym brzmieniu:

*„ Wykonawca, w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy, przenosi w imieniu własnym i ewentualnych Podwykonawców na Zamawiającego wszelkie prawa autorskie w stosunku do wszelkiej dokumentacji projektowej objętej przedmiotem niniejszej umowy na zasadach, o których mowa poniżej. Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania dokumentacji projektowej wraz z prawem do wprowadzania modyfikacji. Przeniesienie własności egzemplarzy dokumentacji projektowej, z prawem korzystania w zakresie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje z chwilą przekazania dokumentacji projektowej Zamawiającemu.”*

Na:

*„ Wykonawca, w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy, przenosi w imieniu własnym i ewentualnych Podwykonawców na Zamawiającego wszelkie prawa autorskie w stosunku do wszelkiej dokumentacji projektowej objętej przedmiotem niniejszej umowy na zasadach, o których mowa poniżej. Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania dokumentacji projektowej wraz z prawem do wprowadzania modyfikacji. Przeniesienie własności egzemplarzy dokumentacji projektowej, z prawem korzystania w zakresie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje z chwilą dokonania zapłaty za dokumentację projektową przez Zamawiającego.”*

**ODPOWIEDŹ; nie wyrażamy zgody.**

17. Wnosimy o zawarcie w § 10 umowy, klauzuli, która umożliwi obu stronom rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem tj.: „każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia na mocy porozumienia stron”. Zaznaczamy, iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, dlatego powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były zrównoważone.

**ODPOWIEDŹ; nie wyrażamy zgody.**

18. Wnosimy o wprowadzenie do § 10 Umowy zapisu: „Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zalegania Zamawiającego z zapłatą umówionego wynagrodzenia”.

**ODPOWIEDŹ; nie wyrażamy zgody, podtrzymujemy zapisy SIWZ.**

19. Mając na uwadze fakt, że Państwa zamówienie dotyczy przebudowy istniejącego obiektu, a firma nasza pragnie dotożyć należytej staranności dla przygotowania oferty wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 10.12.2019r.

**ODPOWIEDŹ; Zamawiający przesuwa terminu składania ofert na dzień 05.12.2019r.**

**PYTANIA, KTÓRE WPŁYNĘŁY PO TERMINIE**

## Dot. Załącznik nr 2.5 Neuromonitoring

PYTANIE nr 1 zał.2.5 pkt. 18

Czy Zamawiający może sprecyzować, że wymaga oferowania system powiększający uniwersalny o powiększeniu min.x2,5 ogniskowa stała (wartość do wyboru od 350 do 500mm) z możliwością użycia własnych okularów korekcyjnych?

**ODPOWIEDŹ;** Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE nr 2 zał.2.5 pkt. 20

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie Lamka LED na klips magnetyczny montowany w dedykowanym miejscu systemu powiększającego?

**ODPOWIEDŹ;** Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE nr 3 zał.2.5 pkt. 23

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie przewod przyłączeniowy do elektrody naklejanej na rurkę intubacyjną, dł. min. 4m, 4 kanały z uziemieniem, wielorazowy, nieautoklawowalny ?

**ODPOWIEDŹ;** Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE nr 4 zał.2.5 pkt. 23

Czy Zamawiający może doprecyzować wymóg oferowania sonda bipolarna widelec prosta, autoklawowalna?

**ODPOWIEDŹ;** Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE nr 5 zał.2.5 pkt. 26

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie wielorazowa kasetę sterylizacyjną z tworzywa sztucznego autoklawowalna z przezroczystym wiekiem, jeżem silikonowym z wymiarami wewnętrznymi dostosowanymi do oferowanego kompletu sonda bipolarna i przewod do sondy?

**ODPOWIEDŹ;** Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

## Załącznik 2.3.1 - Mikroskop

PYTANIE nr 6

ad 5. Czy Zamawiający dopuści bazę stereoskopii 25 mm dającą widzenie przestrzenne o wyższej jakości obrazu niż baza stereoskopii 24 mm ?

**ODPOWIEDŹ;** Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE nr 7

ad 6. Czy Zamawiający dopuści mikroskop operatora z współosiowym mikroskopem asysty o tej samej bazie stereoskopii jak mikroskop operatora z niezależnym powiększeniem i ostrzeniem obrazu. Szybkie przestawienie na obie strony mikroskopu operatora , bez odkręcania części mikroskopu?

**ODPOWIEDŹ;** Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE nr 8

ad 9. Czy Zamawiający dopuści głowicę binokularową operatora z regulacją pochylenia w szerszym zakresie od 0 do 200 stopni, z okularami o wyższej wartości powiększenia 10x ?

**ODPOWIEDŹ;** Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE nr 9

ad 10. Czy Zamawiający dopuści głowicę binokularową asysty z regulacją pochylenia w szerszym zakresie 160 stopni i okularami o wyższej wartości powiększenia 12,5x ?

**ODPOWIEDŹ;** Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE nr 10

ad 12. Czy Zamawiający dopuści zmotoryzowany fokus 50 mm i moduł xy 60x60 mm ?

**ODPOWIEDŹ;** Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE nr 11

ad 13. Czy Zamawiający dopuści mechaniczne pochylenie głowicy w szerszym zakresie tj. od -70 do +90 stopni i przez precyzyjną przekładnię w zakresie +/- 10 stopni.

**ODPOWIEDŹ; Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.**

PYTANIE nr 12

ad 15 Czy Zamawiający dopuści zapis parametru oświetlenia w tym punkcie o treści: Oświetlenie światłowodowe oddalające źródło ciepła od pola operacyjnego. Oświetlenie 2 wiązkowe z źródła halogenowego lub diodowego z ciągłą regulacją kąta oświetlenia osiowego. Wbudowane filtry IR oraz UV. Oświetlenie szczelinowe z możliwością przesuwu szczeliny.

**ODPOWIEDŹ; Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.**

PYTANIE nr 13

ad 18 Czy Zamawiający dopuści kamerę 3xCMOS 1920 X 1080 z możliwością nagrywania na dysk zewnętrzny ?

**ODPOWIEDŹ; Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.**

Przewodniczący Komisji Przetargowej  
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych  
[-] *Mariusz Poneta*