



## Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

05-200 Wołomin, ul. Gdyńska 1/3

NIP 125-09-31-792; REGON 000310315; KRS 0000037824  
 Centrala tel.22 76.33.100, Sekretariat 22 76.33.259, fax 22 76.33.343  
 Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku 05 8923 0150 7177 2015 0001

Wołomin, 2.11.2020 r.

### Dotyczy: Zakup sprzętu medycznego w podziale na zadania

znak sprawy: ZAM/20/2020.

LP	PYTANIA	ODPOWIEDZI
1	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?	Tak Zamawiający wyraża zgodę
2	Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.	Zamawiający nie wymaga.
3	Czy ze względu na obecnie panującą sytuację epidemiologiczną, obostrzenia w poruszaniu się oraz komunikacji, Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie oferty za pomocą portalu lub poczty elektronicznej?	Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.
4	Czy Zamawiający nie dopuścił omyłki pisarskiej „Rok produkcji: 2019 (nie powystawowe)” i oczekuje „Rok produkcji: 2020 (nie powystawowe)”?	Zamawiający - wymaga rok produkcji 2020

5	Czy Zamawiający wymaga, aby myjnia dezynfektor była wyposażona w Bojler umieszczony poza obszarem komory myjącej do podgrzewania wody uzdatnionej (demi) w celu przyspieszenia procesu (temp. podgrzewu 93st.C).	Nie wymaga
6	Czy Zamawiający wymaga, aby myjnia dezynfektor była wyposażona w kondensator oparów chłodzony zimną wodą, zabezpieczający instalację wentylacyjną przed zawilgoceniem?	Nie wymaga
7	Dot. pkt 5. W przypadku wymogu kondensatora oparów lub bojlera czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie urządzenia o wymiarach zewnętrznych: wysokość 221 cm, szerokość 68 cm, głębokość 71 cm?	Zgodnie z SIWZ
8	Dot. pkt 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie urządzenia o wymiarach zewnętrznych: wysokość 184 cm, szerokość 68 cm, głębokość 71 cm?	Zgodnie SIWZ
9	Dot. pkt 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie urządzenia o pojemności komory 225 L umożliwiającej umieszczenie 12 tac narzędziowych o wymiarach 480x250x50 mm?	Zamawiający wyraża zgodę
10	Dot. pkt 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie urządzenia o wielkości użytecznej przestrzeni w komorze: wys.:62,5cm, szer.: 57,5cm, głęb.:62,8cm?	Zgodnie SIWZ
11	Dot. pkt 11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie urządzenia z ramą, obudową wykonaną ze stali nierdzewnej AISI 304 oraz elementami szklanymi (szyba, panel, ) oraz klawiaturą membranową wykonaną z tworzywa sztucznego?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
12	Dot. pkt 12 oraz pkt 36. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z możliwością umieszczenia wewnątrz urządzenia pojemników z detergentami i środkami dezynfekcyjnymi – 3 pojemniki po 5l każdy lub 2 pojemniki po 10l każdy?	Zgodnie SIWZ
13	Dot. pkt 13. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z 12 zwalidowanymi programami mycia-dezynfekcji z możliwością edycji, wybieranych za pomocą sześciu różnych klawiszy klawiatury? Uzasadnienie: 12 zwalidowanych programów jest liczbą wystarczająca do wykonania wszystkich czynności związanych z dezynfekcją narzędzi.	Zamawiający dopuszcza

14	Dot. pkt 14. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga urządzenia z drzwiami szklanymi o przeszkleeniu 100% światła komory gdzie uszczelka doszczelniana jest to szyby ułatwiają zachowanie urządzenia w czystości?	Zamawiający dopuszcza
15	Dot. pkt 17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie urządzenia wyposażonego w port RS232 oraz RS485 pozwalające na transmisje danych na większą odległość niż jest to możliwe przy wykorzystaniu portu USB?	Zamawiający dopuszcza
16	Dot. pkt 18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie urządzenia wyposażonego w sterownik z wyświetlaczem, na którym może być prezentowane 40 znaków graficznych (dotyczy strony załadowniczej oraz rozładowniczej)?	Zgodnie SIWZ
17	Dot. pkt 21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie urządzenia z wbudowaną suszarką z silnikiem bezszczotkowym oraz z filtrem HEPA H13 i filtrem wstępnym?	Zgodnie SIWZ
18	Dot. pkt 22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie urządzenia z zakresem regulacji temperatury suszenia 55-130 °C?	Zgodnie SIWZ
19	Dot. pkt 26. Prosimy o doprecyzowanie, czy urządzenie powinno posiadać system anti-pianowy realizujący funkcje mycia wstępnego brudnych narzędzi, zabezpieczający pracę urządzenia w przypadku pojawienia się piany w komorze myjącej poprzez automatyczne uruchomienie dodatkowych płukań (bez ingerencji użytkownika oraz zatrzymania programu) mających za zadanie skuteczne usunięcie środków pianących lub pozostałości krwi na narzędziach?	Zamawiający dopuszcza
20	Dot. pkt 33. Prosimy o dokładne doprecyzowanie jakie systemy obiegu narzędzi ma na myśli oraz jakich producentów?	Różnych producentów
21	Dot. pkt 35. Prosimy o doprecyzowanie, czy urządzenie ma mieć możliwość pomiaru ilości dozowanych środków za pomocą przepływomierzy dla wszystkich pomp dozujących oraz gwarantować utrzymanie stałego stężenia roztworów roboczych niezależnie od wielkości załadunku komory i wybranego programu?	Zamawiający dopuszcza

22	Dot. pkt 35. Prosimy o doprecyzowanie, czy urządzenie ma mieć możliwość pomiaru ilości dozowanych środków za pomocą przepływomierzy dla wszystkich pomp dozujących z możliwością ich kalibracji?	Zamawiający dopuszcza
23	Dot. pkt 35. Prosimy o doprecyzowanie, czy urządzenie ma dla celów potwierdzenia prawidłowości procesu i dokumentacji ma podawać stężenie oraz ilość zadozowanego preparatu na wydruku?	Zamawiający dopuszcza
24	Dot. pkt 39. Czy Zamawiający pisząc „Szybkość przepływu powietrza w komorze powinna wynosić co najmniej 150 m3 / h” ma na myśli „szybkość przepływu powietrza generowanego przez suszarkę powinna wynosić co najmniej 150 m3 / h”?	szybkość przepływu powietrza generowanego przez suszarkę powinna wynosić co najmniej 150 m3 / h”?
25	Dot. pkt 40. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie myjni dezynfektora z generowanym poziomem dźwięku podczas pracy nie przekraczającym 65 dB?	Zamawiający nie dopuszcza
26	Dot. pkt 44. Prosimy o wyrażenie zgody na spełnienie jedynie norm jakości w odniesieniu do jakości produktu EN ISO 9001, EN ISO 13485. Dodatkowo wymóg normy EN ISO 18001 nie może zostać spełniony gdyż nie ma takiej normy (istnieje co prawda polska norma PN-N ISO 18001 jednak wyłącznie do roku 2021 w którym wygaśnie i zostanie zastąpiona zharmonizowaną normą europejską ISO 45001).	Zamawiający wyraża zgodę
27	Dot. pkt 45. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wsadowego do mycia i dezynfekcji narzędzi układanych w tacach narzędziowych o pojemności 10 tac 1/1 DIN (480x250x50 mm) bez możliwości wyjmowania poziomów oraz ramion obrotowych?	Zgodnie SIWZ
28	Dot. pkt 46. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie wózka wsadowego do efektywnego mycia i dezynfekcji instrumentów małoinwazyjnych z 48 podłączeniami ?	Zamawiający dopuszcza
29	Prosimy o doprecyzowanie czy urządzenie powinno być wyposażone w jedno przyłącze myjąco suszące wózka umiejscowione centralnie w podstawie co zapobiega powstawaniu błędów przy załadunku wózka do komory myjącej?	Zgodnie SIWZ
30	Prosimy o określenie wysokości roboczej wózka - przestrzeni pomiędzy półką a ramieniem na każdym z poziomów gdyż wpływa to bezpośrednio na możliwości	Zgodnie SIWZ

	załadowania wózka?	
31	Czy Zamawiający wymaga, aby ramiona natryskowe wyposażone były w okrągłe końcówki demontowane w celu ułatwienia personelowi czyszczenia wewnętrznej części ramion?	Zgodnie SIWZ
32	Dot. pkt 51. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie myjni ultradźwiękowej o wymiarach zewnętrznych 535 × 325 × 400(wys) mm?	Zgodnie SIWZ
33	Dot. pkt 54. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie urządzenia z częstotliwością czyszczenia ultradźwiękowego 35 kHz?	dopuszczamy
34	Dot. pkt 57. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie urządzenia z obowiązującą w unii europejskiej wartości napięcia 230V,50 Hz.	dopuszczamy
35	Dot. pkt 58. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie urządzenia z czasem pracy kontrolowanym cyfrowo od 1 do 30 minut w odstępach co 1 minutę w zakresie 0-5 minut oraz w odstępach 5 minut w zakresie 5-30 minut, widocznym na wyświetlaczu czasu?	Zgodnie SIWZ
36	Dot. pkt 59. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie urządzenia z temperaturą pracy kontrolowaną cyfrowo do 80 ° C, zaczynając od temperatury otoczenia ze skokiem co 5 ° C , widoczną na wyświetlaczu temperaturowym?	Zgodnie SIWZ
37	Dot. pkt 61. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrywy wykonanej ze stali nierdzewnej klasy min. EN 1.4301?	Zgodnie SIWZ
38	Dot. pkt 62. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie urządzenia wyposażonego w odpływ przez zawór kulkowy 1/2 cala?	Zamawiający dopuszcza
39	Dot. pkt 63. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie urządzenia wykonane przez producenta posiadającego niezbędny system kontroli jakości dla różnych obiektów certyfikowany zgodnie z EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485?	Zamawiający dopuszcza
40	Dot. pkt 66. Wnosimy o wykreślenie punktu w całości – ma wyłącznie na celu ograniczenie możliwości składania ofert przez jednego oferenta.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

41	Dot. pkt 75. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zgrzewarki rolkowej automatycznej z zakresem pracy temperatur 80-220 oC?	Zamawiający dopuszcza
42	Dot. pkt 76. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zgrzewarki rolkowej automatycznej o tolerancji temperatury +/-5 oC?	Zamawiający dopuszcza
43	Dot. pkt 78. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zgrzewarki rolkowej automatycznej z obudową ze stali nierdzewnej?	Zamawiający dopuszcza
44	Dot. pkt 79. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zgrzewarki rolkowej automatycznej z zasilaniem elektrycznym 230 V; 50 Hz; 500 W?	Zamawiający dopuszcza
45	Dot. pkt 80. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zgrzewarki rolkowej automatycznej o wymiarach zewnętrznych 620 x 260 x 250 (dł. x szer. x wys.)?	Zamawiający dopuszcza
46	Dot. pkt 81. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zgrzewarki rolkowej automatycznej o masie 23kg?	Zamawiający dopuszcza
47	<p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zgrzewarki rolkowej automatycznej o parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zgrzewarka do zgrzewania zarówno opakowania papierowo-foliowe jak i TYVEK wszystkich typów.</li> <li>- elektroniczny wyświetlacz temperatury zgrzewania (temp. zgrzewu 80-220°C)</li> <li>- podwójne zabezpieczenie przed uszkodzeniem napędu zgrzewarki</li> <li>- automatyczne włączanie i wyłączanie napędu.</li> <li>- szybkość zgrzewu - 10m/min.,</li> <li>- szerokość zgrzewu- 12 mm.</li> <li>- możliwość ustawienia odległości zgrzewa od krawędzi rękawa w zakresie 5 - 35 mm.</li> <li>- obudowa lakierowana w kolorze białym.</li> <li>- zasilanie elektryczne - 230 V; 50 Hz; 500 W</li> <li>- domontowany dystrybutor rękawów foliowo – papierowych o wymiarach 830 x 280 x 60 mm z przyrządem do obcinania o wymiarach 873 x 125 x 420 mm</li> <li>- wymiary zgrzewarki (dł. x szer. x wys.) 570 x 260 x 160 mm, waga 15 kg.</li> </ul>	Zamawiający dopuszcza
48	<p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zgrzewarki rolkowej automatycznej o parametrach</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zgrzewarka do zgrzewania zarówno opakowania papierowo-foliowe jak i</li> </ul>	Zamawiający nie dopuszcza

	<p>TYVEK wszystkich typów.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- temp. zgrzewu 190°C</li> <li>- krótki czas nagrzewania (&lt;2 min)</li> <li>- szerokość zgrzewu- 10 mm</li> <li>- wyświetlanie niepoprawnych parametrów</li> <li>- zasilanie elektryczne - 230 V; 50 Hz; 100 W</li> <li>- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej</li> <li>- czas zgrzewania 3-6 sekund</li> <li>- wymiary zgrzewarki (dł. x szer. x wys.) 420 x 360 x 220 mm, waga 6,6 kg</li> </ul>	
49	<p>Czy Zamawiający oczekuje zgrzewarki rolkowej (rotacyjnej) automatycznej czy impulsowej (szczękowej) automatycznej? W nazwie jest „zgrzewarka rolkowa automatyczna”, a z parametrów np. w pkt. 85 wynika, że ma posiadać szczęki „zacisk szczęk i zgrzewanie uruchamiane ręcznie”.</p>	Oczekuje rolkowej(wykreśla punkty od (82-do 85)
50	<p>Pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści myjnię dezynfektor o wysokości 193 cm ?</p>	Zamawiający dopuszcza
51	<p>Pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści myjnię dezynfektor o pojemności komory umożliwiającej umieszczenie 10 tac narzędziowych o wymiarach 480x250x50 ?</p>	Zgodnie SIWZ
52	<p>Pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści myjnię dezynfektor o wielkości użytecznej przestrzeni w komorze: wys.:66cm, szer.: 55cm, głęb.:62cm ?</p>	Zgodnie SIWZ
53	<p>Pkt. 13 Czy Zamawiający dopuści myjnię dezynfektor z 20 programami z możliwością edycji, z czego 6 dostępnych bezpośrednio z panelu sterującego ?</p>	Zgodnie SIWZ
54	<p>Pkt. 14 i Pkt.18 Czy Zamawiający dopuści myjnię dezynfektor wyposażoną w wyświetlacz LCD tzw. 2-liniowy tekstowy ?</p>	Zgodnie SIWZ
55	<p>Pkt. 22 Czy Zamawiający dopuści myjnię dezynfektor z zakresem regulacji temperatury suszenia 60 – 90 °C ?</p>	Zgodnie SIWZ
56	<p>Pkt. 25 Czy Zamawiający dopuści myjnię dezynfektor z ogrzewaniem elektrycznym o</p>	Zgodnie SIWZ

	mocy grzałek komory 9 kW i mocy całkowitej urządzenia 10,1 kW ?	
57	Pkt. 34 Czy Zamawiający dopuści myjnię dezynfektor z możliwością ustawienia temperatury dezynfekcji do 93°C ? W żadnych wytycznych czy procedurach nie występuje temperatura 95 °C.	Zgodnie SIWZ
58	Pkt. 38 Czy Zamawiający dopuści myjnię dezynfektor z pompą cyrkulacyjną o wydajności 450 l/min ?	Zgodnie SIWZ
59	Pkt. 42 Czy Zamawiający dopuści myjnię dezynfektor z odpływem poprzez pompę spustową ?	Dopuszcza
60	Pkt. 44 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania systemu jakości zgodnego z EN ISO 18001 ? Norma EN ISO 18001 dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy zatem nie jest bezpośrednio związana jakością produkowanych urządzeń.	Zgodnie SIWZ
61	Pkt. 51 Czy Zamawiający dopuści myjnię ultradźwiękową o wymiarach 568x340x321(wys) mm spełniająca jednocześnie wymóg z punktu 52 ?	Zgodnie SIWZ
62	Pkt. 53 Czy Zamawiający dopuści myjnię ultradźwiękową z komorą wykonaną ze stali AISI 304 ?	Zamawiający nie dopuszcza
63	Pkt. 54 Czy Zamawiający dopuści myjnię ultradźwiękową z częstotliwością czyszczenia ultradźwiękowego 37 kHz ?	Zamawiający dopuszcza
64	Pkt. 58 Czy Zamawiający dopuści myjnię ultradźwiękową z czasem pracy kontrolowanym cyfrowo, z możliwymi nastawami: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30 minut oraz praca ciągła, nastawa sygnalizowana poprzez diody LED na panelu sterującym ?	Zgodnie SIWZ



65	Pkt. 59 Czy Zamawiający dopuści myjnię ultradźwiękową z temperaturą kontrolowaną cyfrowo w zakresie 30 – 80 °C ze skokiem 5 °C, sygnalizacja temperatury poprzez diody LEC na panelu sterującym ?	Zgodnie SIWZ
66	Pkt. 61 Czy Zamawiający dopuści myjnię ultradźwiękową wyposażoną w pokrywę ze stali nierdzewnej AISI 304 ?	Zgodnie SIWZ
67	Pkt. 62 Czy Zamawiający dopuści myjnię ultradźwiękową z odpływem 1/2" ?	Zamawiający dopuszcza
68	Pkt. 63 Czy Zamawiający zgodzi się aby producent posiadał wdrożony system jakości zgodny EN ISI 13485, który umożliwia produkcję urządzeń medycznych i który jednocześnie zawiera wymagania EN ISO 9001 ?	Zgodnie SIWZ
69	Pkt. 66 Czy Zamawiający dopuści urządzenia formalnie produkowane przez innych producentów, jednak sprzedawanych w Polsce pod tą samą marką i posiadające jeden wspólny autoryzowany serwis ?	Zamawiający dopuszcza
70	Pkt. 75 Czy Zamawiający dopuści zgrzewarkę rolkową z zakresem temperatur 100-200 °C ?	Zgodnie SIWZ
71	Pkt. 79 Czy Zamawiający dopuści zgrzewarkę rolkową z zasilaniem elektrycznym 230V, 50Hz, 550W ?	Zamawiający dopuszcza
72	Pkt. 80 Czy Zamawiający dopuści zgrzewarkę rolkową o wymiarach zewnętrznych 580 x 255 x 133 (dł. x szer. x wys.) ?	Zamawiający dopuszcza
73	Pkt. 82-85 Czy Zamawiający nie popełnił pomyłki tworząc opis zgrzewarki ? Punkty 82, 83, 84, 85 dotyczą tzw. zgrzewarek szczękowych manualnych. Zachowanie tych punktów w opisie przedmiotu zamówienia uniemożliwia spełnienie wymagań – nie istnieje urządzenie łączące cechy zgrzewarki automatycznej rolkowej oraz	Zamawiający wyłącza punkty 82 do 85 wymaga zgrzewarki automatycznej rolkowej

	manualnej szczękowej.	
74	Czy zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając myjni z komorą przelotową zamiast nieprzelotową?	Tak, popełnił omyłkę, wymaga nieprzelotowej myjni