



Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Gdynńska 1/3

NIP 125-09-31-792; REGON 000310315; KRS 0000037824
Centrala tel. 22 76 33 100, sekretariat tel. 22 76 33 259, fax 22 76 33 343
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku 05 8923 0008 0150 7177 2015 0001

Wołomin, 30.11.2020 r

Dotyczy: Zakup i dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów viskoelastycznych, jednorazowych zestawów operacyjnych i innych materiałów okulistycznych wraz z dziedźną aparatu do fakoemulsyfikacji zaćmy w podziale na zadania

znak sprawy: ZAM/21/2020.

LP	Pytanie	Odpowiedź
1	Czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu pozycję nr 1 z pakietu 2 co pozwoli większej ilości kontrahentów na udział w postępowaniu?	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
2	Czy zamawiający dopuści również błękit pakowany w fiolkach 10 sztuk?	Tak. Zamawiający dopuszcza
3	Czy zamawiający dopuści również masę cząsteczkową 1,2 – 2,2 miliona Daltonów, lepkość 100 000mPas, osmolarność 270-400 mOsmol/kg, pH 6,8-7,4, objętość ampułkostrzykawki 1 ml?	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
4	Czy zamawiający dopuści również lepkość 400 000 mPas?	Tak. Zamawiający dopuszcza
5	Czy zamawiający dopuści również soczewkę o parametrach wymienionych poniżej: Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna asferyczna jednoczęściowa z materiału hydrofilnego. Stopień uwodnienia 26% posiadający filtr UV, średnica optyczna 6,0 mm, długość całkowita od 10,5-11,00mm, angulacja 0 stopni, Zakres dioptracji od -10,00D do +40,00D co 0,5 w zakresie od 10,00D do 30,00D w pozostałych zakresach co 1,00D. Cztery haptyki naróżne z otworami fenestryjnymi. Znacznik poprawności położenia na obwodzie części haptycznej 360 stopni. Współczynnik refrakcji 1.46. Implantacja przez cięcie 1,6 mm.	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

	Soczewka fabrycznie zapakowana do kartridża. Injector dołączony do soczewki?	
6	<p>Czy zamawiający dopuści również soczewkę o parametrach wymienionych poniżej:</p> <p>Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna asferyczna jednoczęściowa z materiału hydrofilnego. Stopień uwodnienia 26% posiadający filtr UV, średnica optyczna 6,0 mm, długość całkowita od 10,5-11,00mm, angulacja 0 stopni, Zakres dioptrażu od -10,00D do +40,00D co 0,5 w zakresie od 10,00D do 30,00D w pozostałych zakresach co 1,00D. Cztery haptyki naróżne z otworami fenestrcyjnymi. Znacznik poprawności położenia na obwodzie części haptycznej 360 stopni. Współczynnik refrakcji 1.46. Implantacja przez cięcie 1,6 mm. Soczewka fabrycznie zapakowana do kartridża. Injector dołączony do soczewki?</p>	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
7	<p>Czy zamawiający dopuści również soczewkę o parametrach wymienionych poniżej:</p> <p>Soczewka toryczna hydrofobowa, jednoczęściowa, bezaberracyjna, asferyczna, tylnokomorowa, przeznaczona do korekcji astygmatyzmu. Budowa dwuhaptyczna, typu C loop, bariera zapobiegająca PCO 360 stopni- ostra krawędź. Soczewka dostarczana z jednorazowym i kartridżem przeznaczona do implantacji przez cięcie 2,2 mm. Długość całkowita: 13mm, średnica 6 mm, angulacja 0 stopni. Indeks refrakcji 1,48. Zakres dioptrażu od +10,00D do +30,00D co 0,5 D. Moc cylindra: 1,00D , 1,50D , 2,25D , 3,00D , 3,75D , 4,50D , 5,25D, 6,00D?</p>	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
8	Czy Zamawiający dopuści aparat do fakoemulsyfikacji nie fabrycznie nowy, nie starszy niż 2017 rok produkcji z aktualnym najnowszym oprogramowaniem ?	Tak. Zamawiający dopuszcza
9	Czy Zamawiający dopuści aparat do witrektomii tylnej i przedniej oraz fakoemulsyfikacji nie fabrycznie nowy, nie starszy niż 2012 rok produkcji ?	Tak. Zamawiający dopuszcza
10	Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 i 3 z powodu braku w asortymencie kaniuli prostej 25G 32mm skład materiałów eksploatacyjnych bez w/w kaniuli ?	Tak. Zamawiający dopuszcza
11	Upżędlanie prosimy o doprecyzowanie ilości końcówek bimanualnych w konfiguracji aparatu do fakoemulsyfikacji.	Zamawiający wymaga 6 końcówek
12	dot. zapisów istotnych postanowień umowy dzierżawy - załącznik nr 3.2 do	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

	<p><u>SIMZ</u></p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie § 3 ust. 6 projektu umowy?</p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>Stosownie do przepisu art. 15r¹ ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.), w okresie obowiązywania na terytorium RP stanu epidemii nie jest możliwe dokonywanie potrażeń należności zaistniałych w związku z realizacją umów zawartych na podstawie ustawy PZP.</p>	
13	Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 8 pozycja 2 soczewkę o dioptrżu od +6,0D do +30,0D co 0,5 D przy zachowaniu pozostałych parametrów?	Tak. Zamawiający dopuszcza
14	Czy Zamawiający w zadaniu 8 pozycja 3 dopuści soczewkę o cylindrach do +6,0D	Tak. Zamawiający dopuszcza
15	Czy Zamawiający w zadaniu 8 poz. 3 odstąpi od wymogu dostarczenia próbek soczewek torcyjnych w ilości 2 szt. ?	Tak. Zamawiający dopuszcza
16	Biorąc pod uwagę, że w zadaniu nr 8 poz. 4 Zamawiający wymaga soczewek zwiąjalnych wieloczęściowych akrylowych o właściwościach hydrofobowych uprzejmie prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający ma na myśli soczewkę o części optycznej wykonanej z materiału akrylowego o właściwościach hydrofobowych o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% oraz częściach haptycznych wykonanych z PMMA ?	Tak. Zamawiający dopuszcza
17	Czy Zamawiający w zadaniu 8 poz. 5 dopuści soczewki o współczynniku refrakcji 1,55 ?	Tak. Zamawiający dopuszcza
18	Czy Zamawiający w zadaniu 8 poz. 5 dopuści wielkość cięcia 2,2 mm -2,4 mm ?	Tak. Zamawiający dopuszcza
19	Czy Zamawiający w zadaniu 8 poz. 6 wymaga soczewki o dioptraju od +6,0D do +34,0D przy zachowaniu pozostałych parametrów?	Tak. Zamawiający dopuszcza
20	Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „Częstościwości skanów 10-400 kHz(wybiórco) rozdzielczość osiowa<16um (w powietrzu)?	Tak. Zamawiający dopuszcza
21	<i>Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, aby biometr optyczny był przedmiotem bezpłatnego użytkowania.</i>	Tak. Zamawiający dopuszcza
22	Czy ze względu na dużą ilość wymaganych dokumentów dopuszczających stosowanie oferowanych wyrobów medycznych na rynku polskim (ok. 500 stron) <i>Zamawiający dopuści możliwość dołączenia do oferty jedynie oświadczenia o ich posiadaniu i zobowiązaniu do ich przedstawiania na każde</i>	Tak. Zamawiający dopuszcza

	<i>żądanie Zamawiającego?</i>	
23	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga by instrukcje obsługi aparatu do fakoemulsyfikacji i aparatu do witektonnii tylniej i przedniej oraz fakoemulsyfikacji były dostarczone wraz z oferowanymi aparatami, a nie dołączone do oferty.	Tak. Zamawiający dopuszcza
25	Czy jeśli przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania zezwolenia właściwego organu lub wpisu do rejestru zawodowego, zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtownii farmaceutycznej zgodnie z art. 88 ust. 5 pkt 5 ustawy z 6 września 2001 „Prawo Farmaceutyczne” Zamawiający dopuści złożenie oświadczenia, że ustawy nie nakładają obowiązku posiadania przedmiotowego dokumentu.	Tak Zamawiający dopuszcza
26	Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie do § 1 kolejnych ustępów o następującym brzmieniu: „6. Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania wyrobów z BANKU IMPLANTÓW (dalej: „Wyroby”) we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą. 7. W trosce o należytą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie używał powierzone Wyroby począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu. 8. Wykonawca wystawi fakturę na Wyroby, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego oraz za Wyroby pobrane z BANKU IMPLANTÓW. 9. Raz w roku kalendarzowym, Wykonawca może przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego spis z natury Wyrobów. Termin spisu zostanie uzgodniony z Zamawiającym na 2-3 tygodnie przed jej datą. 10. Ewentualne braki lub uszkodzenia Wyrobów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone materiały.”? Uzasadnienie: Umowa sugeruje, że część wyrobów będzie powierzona w depozyt (tzw. BANK IMPLANTÓW), jeżeli zatem utworzony BANK IMPLANTÓW będzie wyposażony w wyroby nie będące przedmiotem sprzedaży w chwili ich przekazywania Zamawiającemu, a dopiero po ich pobraniu przez Zamawiającego (tj. powierzone w depozyt), konieczne jest uzupełnienie umowy o ww. kwestie ponieważ projekt umowy nie zawiera ww. istotnych postanowień. Ewentualnie, zasadne jest, aby umowa wyraźnie przewidywała że wyroby z BANKU IMPLANTÓW od razu są przedmiotem umowy sprzedaży i że bezwrotnie przechodzą na własność Zamawiającego w chwili utworzenia BANKU IMPLANTÓW.	Tak. Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie wprowadzenia zapisów z ust. 6,7,9,10 i modyfikuje w tym zakresie zał. nr 3.1 do SIWZ

27	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §4 ust. 1 projektu umowy w następującym brzmieniu: „Zapłała z tytułu dokonanej dostawy odbywać się będzie na podstawie zbiorczej faktury wystawianej każdorazowo po realizacji danego zamówienia”?	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
28	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §4 ust. 4 projektu umowy w następującym brzmieniu: „W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w ust. 3, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania dostaw/usług objętych niniejszą umową. W przypadku opóźnienia w zapłacie za dokonanie dostawy/usługi, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. z dnia 22 maja 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 935). W przypadku naliczenia odsetek Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia noty odsetkowej.”?	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
29	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 4 ust. 6 projektu umowy w następującym brzmieniu: „W razie naruszenia ustaleń zawartych w ust. 5 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% od wartości netto zobowiązania, którego dotyczy naruszenie.”?	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
30	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie § 4 ust. 7 projektu umowy?	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
31	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 5 ust. 4 projektu umowy w następującym brzmieniu: „Wykonawca zdeponuje u Zamawiającego podstawowy zestaw implantów w tzw. BANKU IMPLANTÓW w terminie 7 dni roboczych od zawarcia niniejszej umowy.[dotyczy ZADAN 3,7 i 8]”?	Tak. Zamawiający dopuszcza
32	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 5 ust. 11 projektu umowy w następującym brzmieniu: „W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy z jego wyłącznej winy w terminie określonym powyżej lub przedmiotu umowy wolnego od wad w terminie, Zamawiający jest uprawniony do dokonania zakupu od innego dostawcy przedmiotu umowy w ilości i asortymencie odpowiadającym zamówieniu złożonemu u Wykonawcy obciążając go różnicą w cenie.”?	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
33	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 5 ust. 14 projektu umowy w następującym brzmieniu: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu prognozowanej ilości o 20%, Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu nie wykorzystania w trakcie trwania umowy wyżej wskazanej ilości.”?	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
34	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w całości § 5 ust. 17 projektu umowy?	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

<p>35</p> <p>Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż zgodnie z art. 14 pkt 2. rozdziału 2 Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, gdzie „Dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów”, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuszcza</p>
<p>36</p> <p>W związku z tym, że na oznakowaniu jednorazowych zestawów do operacji z zadania nr 1 znajdują się wszystkie informacje dotyczące magazynowania i przechowywania towaru uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu załączania do towaru oddzielnej instrukcji w języku polskim dotyczącej magazynowania i przechowywania w/w wyrobu medycznego.</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuszcza</p>
<p>37</p> <p>Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż zgodnie z art. 14 pkt 2. rozdziału 2 Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, gdzie „Dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów”, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.</p> <p>Na opakowaniach handlowych znajdują się symbole międzynarodowe. W każdym z opakowań znajduje się ulotka informacyjna w języku polskim zawierająca wszystkie wymagane dane (opis przedmiotu zamówienia, jego zastosowanie, warunki i czas przechowywania itp.).</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuszcza</p>
<p>38</p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 6 ust. 2 umowy w następującym brzmieniu: <i>„Wszelkie reklamacje, zarówno ilościowe jak i jakościowe w przedmiocie umowy lub w instrumentarium, zgłaszane będą Wykonawcy w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od ich wykrycia przez Zamawiającego. Zgłoszenie reklamacji uważane będzie za skuteczne, jeżeli nastąpi w formie właściwej dla zamówienia, tj. za pomocą faksu lub drogą e-mail. Przedmiot umowy o niepełnej jakości wymieniony będzie przez Wykonawcę na wolny od wad, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od momentu dostarczenia mu reklamowych przedmiotów przez Zamawiającego. Rozpatrzenie reklamacji ilościowej nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od jej zgłoszenia przez Zamawiającego.”</i></p>	<p>Tak. Zamawiający dopuszcza</p>
<p>39</p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 7 ust. 1 projektu umowy w następującym brzmieniu: <i>„Każdej ze stron służy prawo rozwiązania umowy z</i></p>	<p>Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ</p>

<p>zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca przypadającego po miesiącu w którym nastąpiło to rozwiązanie w przypadku trzymiesięcznego naruszenia istotnych obowiązków umownych przez drugą ze stron.?”</p>	
<p>40</p> <p>Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §7 projektu umowy kolejnego ustępu w następującym brzmieniu: „Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz zmiany zasad gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych.”?</p> <p>Uzasadnienie:</p> <p>Zgodnie z §5 ust. 1, umowa będzie realizowana przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, a więc powinna zawierać postanowienia, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy PZP.</p>	<p>TAK. Zamawiający dokonuje modyfikacji i dokonuje modyfikacji załącznika nr 3.1</p>
<p>41</p> <p>Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §7 projektu umowy kolejnego ustępu w następującym brzmieniu: „Dopuszcza się zmianę umowy w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania umowy okoliczności będących następstwem wystąpienia epidemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, bądź innej epidemii. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będące wynikiem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę Covid-19, bądź innej epidemii, pod warunkiem, że bez zbędnej zwłoki poinformuje Zamawiającego o ww. okolicznościach i ich wpływie na brak możliwości wykonania lub brak możliwości należytego wykonania umowy oraz, że niezwłocznie po ustąpieniu ww. okoliczności podejmie się wykonywanie/należytego wykonywania umowy;”?</p> <p>Uzasadnienie:</p> <p>- Wykonawca prosi o doprecyzowanie j.w. z uwagi na obecną sytuację wywołaną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i związane z nią możliwe zmiany na rynku, mogące spowodować dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy, na które Wykonawca nie ma wpływu i których Strony – nawet w chwili obecnej działając z należytą starannością – nie są w stanie przewidzieć.</p> <p>- W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i związanymi z nią możliwymi utrudnieniami na rynku, Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie, iż Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia obowiązkom umownym, które stanowią konsekwencję epidemii wirusa SARS-CoV-2 lub innej epidemii (jeśli taka wystąpi). Wskazane okoliczności pozostają poza kontrolą Stron umowy, wobec czego w takiej sytuacji Wykonawca nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji niewykonania lub nienależytego wykonania</p>	<p>Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie wskazuje, że w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 zastosowanie znajdują zapisy ustawy dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.0.1842 t.j.)</p>

	<p>umowy, o ile poinformuje Zamawiającego bez zwłoki o zaistniałych utrudnieniach i ich wpływie na zobowiązania umowne i niezwłocznie podejmie się działań mających na celu wykonanie umowy.</p>	
	<p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 9 ust. 1 projektu umowy w następującym brzmieniu: „Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:</p> <p>a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości netto niezrealizowanej części umowy, za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 10% tej wartości;</p> <p>b) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości netto niezrealizowanej części umowy.”?</p>	
42		<p>Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ</p>
43	<p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 9 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu: „Warunki odstąpienia od niezrealizowanej części umowy przez Zamawiającego:</p> <p>a) nieterminowa trzykrotna realizacja dostaw powstała z wyłącznej winy Wykonawcy;</p> <p>b) zmiana cen netto bez uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego.”?</p>	<p>Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ</p>
44	<p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 3 ust. 5 projektu umowy w następującym brzmieniu: „W razie naruszenia ustaleń zawartych w ust. 4 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% od wartości netto zobowiązania, którego dotyczy naruszenie.”?</p> <p>Uzasadnienie:</p> <p>Kara umowna, której wysokość uzależniona jest od wartości zobowiązania, powinna być odniesiona do wartości netto. Tylko wartość netto zobowiązania stanowi bowiem dla Wykonawcy rzeczywisty z ekonomicznego punktu widzenia ekwiwalent jego świadczenia, natomiast podatek VAT składający się na kwotę brutto, jest daniną publiczną, której Wykonawca jest tylko płatnikiem.</p>	<p>Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ</p>
45	<p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 5 ust. 5 projektu umowy w następującym brzmieniu: „W razie naruszenia powyższych obowiązków wskazanych w ust. 1-4 Wydzierzawiający może dzierzawę wypowiedzieć bez zachowania okresów wypowiedzenia.”?</p> <p>Uzasadnienie:</p> <p>Wykonawca stoi na stanowisku, iż naruszenie wszystkich obowiązków wskazanych w § 5 powinno skutkować możliwością rozwiązania umowy przez Wykonawcę w trybie natychmiastowym.</p>	<p>Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ</p>

<p>46</p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 6 ust. 1 projektu umowy w następującym brzmieniu: „Kaŕdeŕ ze stron słuŕzy prawo rozwiąŕzania umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca przypadającego po miesiącu w którym nastąpiło to rozwiąŕzanie w przypadku trzykrotnego naruszenia istotnych obowiąŕzków umownych przez drugą ze stron.?”</p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p><i>Umowa na czas oznaczony zawarta na podstawie zamówienia publicznego powinna być co do zasady zawarta na wskazany okres, a jej rozwiąŕzanie powinno być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach. Biorąc pod uwagę okres obowiąŕzowania umowy, zasadnym jest, aby rozwiąŕzanie umowy było dopuszczalne w przypadku trzykrotnego naruszenia istotnych obowiąŕzków umownych przez drugą stronę.</i></p>	<p>Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ</p>
<p>47</p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 6 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu: „Wydzierŕawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeŕzei Dzierŕawca zalega z zapłatą czynszu za jeden pełen okres płatności lub narusza inne istotne postanowienia umowy.?”</p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>Dotychczas umowa nie wskazywała na ilość zaległości, od których istnieje moŕliwość rozwiąŕzania umowy w trybie natychmiastowym. Wykonawca proponuje zmianę jak wyŕzej.</p>	<p>Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ</p>
<p>48</p> <p>Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §6 projektu umowy kolejnego ustępu w następującym brzmieniu: „Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia Wydierŕawiającego w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, z zastrzeŕzeniem ŕe zmianie nie ulegnie kwota netto, a Wykonawca naliczy wyłączenie kwotę podatku zgodnie z obowiąŕzującą stawką podatku od towarów i usług. Zmiana wynagrodzenia będzie obowiąŕzywała od dnia wejścia w ŕyżcie stosownych przepisów przewidujących zmianę stawki podatku. Niniejsze postanowienie umowne nie stanowi naruszenia ust. 3 powyŕzej.?”</p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>W trakcie realizacji umowy moŕe dojść do zmian stawek podatku VAT, tym samym zasadne jest zawarcie ww. postanowienia. Zmianie uległoby wyłącznie wynagrodzenie brutto, bez zmiany kwoty netto.</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuszcza zmianę i dokonuje modyfikacji załącznika nr 3.2</p>
<p>49</p> <p>Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §6 projektu umowy kolejnego ustępu w następującym brzmieniu: „Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia Wydierŕawiającego w przypadku zmiany wysokości minimalnego</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuszcza zmianę i dokonuje modyfikacji załącznika nr 3.2</p>

<p><i>wyrządzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz zmiany zasad gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych. Mniejsze postanowienie umowne nie stanowi naruszenia ust. 3 powyżej.?”</i></p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>Umowa może być realizowana przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, a więc powinna zawierać postanowienia, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy PZP.</p>	
<p>50</p> <p>Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §6 projektu umowy kolejnego ustępu w następującym brzmieniu: „Dopuszcza się zmianę umowy w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania umowy okoliczności będących następstwem wystąpienia epidemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, bądź innej epidemii. Strony zgodnie postanawiają, że Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będące wynikiem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę Covid-19, bądź innej epidemii, pod warunkiem, że bez zbędnej zwłoki poinformuje Dzierzawcę o ww. okolicznościach i ich wpływie na brak możliwości wykonania lub brak możliwości należytego wykonania umowy oraz, że niezwłocznie po ustąpieniu ww. okoliczności podejmie się wykonywanie/należytego wykonywania umowy.”</p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>- Wykonawca prosi o doprecyzowanie i.w. z uwagi na obecną sytuację wywołaną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i związane z nią możliwe zmiany na rynku, mogące spowodować dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy, na które Wykonawca nie ma wpływu i których Strony – nawet w chwili obecnej działając z należytą starannością – nie są w stanie przewidzieć.</p> <p>- W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i związanymi z nią możliwymi utrudnieniami na rynku, Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie, iż Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia obowiązkom umownym, które stanowią konsekwencję epidemii wirusa SARS-CoV-2 lub innej epidemii (jeśli taka wystąpi). Wskazane okoliczności pozostają poza kontrolą Stron umowy, wobec czego w takiej sytuacji Wykonawca nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o ile poinformuje Zamawiającego bez zwłoki o zaistniałych utrudnieniach i ich wpływie na zobowiązania umowne i niezwłocznie podejmie się działań mających na celu wykonanie umowy.</p>	<p>Zamawiający potwierdza zapisy SIWZ. Jednocześnie wskazuje, że w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 zastosowanie znajdują zapisy ustawy dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.0.1842 t.j.)</p>

<p>51</p> <p>Czy Zamawiający dopuści zmianę § 8 ust. 1 projektu umowy w następującym brzmieniu: <i>„Po zakończeniu dzierżawy, Dzierżawca niezwłocznie zwróci Wydzierżawiającemu przedmiot dzierżawy w stanie niepogorszonym, wnikającym z jego prawidłowej eksploatacji na podstawie postanowień niniejszej umowy i obowiązujących przepisów prawa.”</i></p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>Projekt umowy nie zawiera terminu zwrotu urządzenia/urządzeń.</p>	<p>Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ</p>
<p>52</p> <p>Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §4 projektu umowy kolejnych ustępów w następującym brzmieniu:</p> <p><i>„4. Korzystający ponosi koszty naprawy Urządzeń także w przypadku ich prawidłowej eksploatacji.</i></p> <p><i>5. Korzystający zobowiązany jest ubezpieczyć Urządzenia na własny koszt. Okres ubezpieczenia obejmuje cały okres posiadania Urządzeń przez Korzystającego.”?</i></p>	<p>Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ</p>
<p>53</p> <p>Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie w §6 projektu umowy w następującym brzmieniu: <i>„Koszty związane z użytkowaniem Urządzeń, w tym koszty funkcjonowania i utrzymania Urządzeń w odpowiednim stanie, ubezpieczenia Urządzeń oraz ich transportu ponosi Korzystający.”?</i></p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p><i>Zasadne jest wskazanie, kto ponosi koszty ubezpieczenia i transportu.</i></p>	<p>Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ</p>
<p>54</p> <p>Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §7 projektu umowy kolejnego ustępu w następującym brzmieniu: <i>„Dopuszcza się zmianę umowy w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania umowy okoliczności będących następstwem wystąpienia epidemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, bądź innej epidemii, pod warunkiem, że [nazwa] nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będące wynikiem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę Covid-19, bądź innej epidemii, pod warunkiem, że bez zbędnej zwłoki poinformuje Korzystającego o ww. okolicznościach i ich wpływie na brak możliwości wykonania lub brak możliwości należytego wykonania umowy oraz, że niezwłocznie po ustąpieniu ww. okoliczności podejmie się wykonywania/należytego wykonywania umowy.”?</i></p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>- Wykonawca prosi o doprecyzowanie j.w. z uwagi na obecną sytuację wywołaną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i związane z nią możliwe zmiany na rynku, mogące spowodować dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy, na które Wykonawca nie ma wpływu i których Strony – nawet w chwili obecnej działając z należytą starannością – nie są w stanie przewidzieć.</p>	<p>Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie wskazuje, że w związku z epidemią wirusa SARS-Cov-2 zastosowanie znajdują zapisy ustawy dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych(Dz.U.2020.0.1842 t.j.)</p>

	- W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i związanymi z nią możliwymi utrudnieniami na rynku, Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie, iż Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia obowiązkom umownym, które stanowią konsekwencję epidemii wirusa SARS-CoV-2 lub innej epidemii (jeśli taka wystąpi). Wskazane okoliczności pozostają poza kontrolą Stron umowy, wobec czego w takiej sytuacji Wykonawca nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o ile poinformuje Zamawiającego bez zwłoki o zaistniałych utrudnieniach i ich wpływie na zobowiązania umowne i niezwłocznie podejmie się działań mających na celu wykonanie umowy.	
55	Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu, otrzymywany w procesie biofermentacji, stężenie 1,4%, masa cząsteczkowa 3,2 – 3,5 mln Daltonów, lepkość 120 000 mPa.s, osmolarność 280-330 mOsm/l, pH 6,8 – 7,6, objętość szklanej strzykawki 1,0 ml, w zestawie kanuła 25G?	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
56	Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu, otrzymywany w procesie biofermentacji, stężenie 2,0%, masa cząsteczkowa 3,2 – 3,5 mln Daltonów, lepkość 400 000 mPa.s, osmolarność 280-330 mOsm/l, pH 6,8 – 7,6, objętość szklanej strzykawki 0,9 ml, w zestawie kanuła 25G, temperatura przechowywania 2-25 C°?	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
57	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do 0,1% wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki?	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
58	Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wystawiania faktur zbiorczych i wyrazi zgodę na faktury wystawiane do każdego zamówienia częściowego?	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
59	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
60	Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy?	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
61	Czy Zamawiający wyrazi na cechę praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przełanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
62	Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6 dopuści produkty zarejestrowane jako wyroby medyczne?	Tak. Zamawiający dopuszcza

<p>63</p> <p>W Rozdziale VI pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ Zamawiający wymaga przedłożenia zezwolenia właściwego organu lub wpisu do rejestru zawodowego Kserokopia zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z art. 88 ust. 5 pkt. 5 ustawy z 06.09.2001 r. „Prawo farmaceutyczne” (Dz. U. 2020.0.944 t.j.). Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2020.0.186 t.j.) nie są wymagane specjalne koncesje, zezwolenia ani licencje na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. Ponieważ przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu w Zadaniu nr 6 są wyroby medyczne, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu złożenia dla nich ww dokumentów.</p>	<p>Zgodnie z zapisami roz VI pkt 2.3 (w przypadku jeżeli nie dotyczy Zamawiający wymaga pisemnego OŚWIADCZENIA, że ustawy nie nakładają obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji.),</p>
<p>64</p> <p>Czy w Zadaniu nr 6 poz. 2 Zamawiający hialuronian sodu 3% o masie cząsteczkowej 750.000 Da, lepkości 30.000 mPas, osmolarności: 300-350mOsmol/kg, pH: 6,8-7,8 i objętości amp.-strz. a1.1ml lub wydzielił tę pozycję do odrębnego zadania?</p>	<p>Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ</p>
<p>65</p> <p>Zamawiający koryguje omyłki dotyczące roz. XVI SIWZ jest „Zadanie nr 3,4 i 8” powinno być „Zadanie nr 3,4 i 7” jest „Zadanie nr 7” powinno być „Zadanie nr 8” i w tym zadaniu- „Zamawiający będzie oceniał oferty wg następujących kryteriów: jest „poz.1,2,3,4” powinno być „poz.1,2,3,4,5,6” jest „poz.5” powinno być „poz.7”</p>	

DYREKTOR

Grzegorz Krywcki