



Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Gdyńska 1/3

NIP 125-09-31-792; REGON 000310315; KRS 0000037824
Centrala tel. 22 76 33 100, sekretariat tel. 22 76 33 259, fax 22 76 33 343
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku 05 8923 0008 0150 7177 2015 0001

Wołomin, dnia 11.03.2021 r.

Dotyczy: Dostawa materiałów jednorazowych dla szpitala w Wołominie w podziale na zadania, sprawa ZAM/6-I/2020.

Lp	Pytanie	Odpowiedź
1	<p>Pakiet 74, poz.85</p> <p>Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego bezigłowego łącznika dostępu naczyniowego o przestrzeni martwej 0,16ml, odpornego na ciśnienie płynu iniekcyjnego 45 PSI (310 Kpa), bez określania parametru ciśnienia zwrotnego - pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.- Dopuszczany zawór bezigłowy, jest od lat stosowany w szpitalu już w zmodyfikowanej wersji. Wskazane parametry są obecnie opisane w karcie technicznej wyrobu medycznego po modyfikacji jakościowej przy użyciu nowej technologii.</p>	Zamawiający dopuszcza

2	<p>Pakiet 74, poz. 89</p> <p>Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kaniul z danymi dotyczącymi lateksu umieszczonymi w karcie technicznej wyrobu medycznego. Zgodnie z obowiązującym prawem producent nie ma obowiązku umieszczania informacji o braku lateksu na opakowaniu. Brak lateksu jest to stały parametr, gwarantowany przez producenta, dla każdego rozmiaru oferowanej kaniuli bez konieczności sprawdzania opakowania produktu. Oznaczenie zgodne z obowiązującym prawem, które nakazuje aby umieszczać w widoczny sposób informację o zawartości lateksu – jako ostrzeżenie.</p>	Zamawiający dopuszcza
3	<p>Pakiet 74, poz. 96</p> <p>Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 25 kaniuli wykonanej z poliuretanu o następujących cechach: Kaniuła dożylna przeznaczona do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Posiadająca wyjmowany uchwyt, w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniuła widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył. Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji</p>	Zamawiający dopuszcza

	<p>(system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi). 24G – żółty - 0,7 x 19 mm. – przepływ 19 ml/min Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, pakowane po 50 sztuk w opakowaniu.</p> <p>- Kaniula w rozmiarze 24 G jest przeznaczona dla bardzo małych dzieci, niemowląt i osób starszych z cienkimi żyłami. Z tego względu jej budowa jest inna niż standardowych kaniul. Między innymi nie ma portu górnego, dlatego dopuszczamy kaniulę bezportową w rozmiarze 24G z podaniem wszystkich danych technicznych kaniuli, która jest obecnie stosowana w szpitalu.</p>	
4	<p>Pakiet 74, poz. 98</p> <p>Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli pediatrycznej o prędkości przepływu 21ml/min, spełniająca pozostałe wymogi SIWZ.</p> <p>– prawdopodobnie zaszła pomyłka pisarska przy podawaniu przepływu kaniuli. Został podany przepływ kaniuli pediatrycznej bez zabezpieczenia. W tej pozycji Zamawiający wymaga kaniuli pediatrycznej z zabezpieczeniem chroniącym przed zakłuciem, zadrapaniem - taka kaniula posiada przepływ 21ml/min.</p>	Zamawiający dopuszcza

Dyrektor
Grzegorz Krycki

[-]