



## Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

05-200 Wołomin, ul. Gdyńska 1/3

NIP 125-09-31-792; REGON 000310315; KRS 0000037824

Sekretariat tel. 22 76 33 259, fax 22 76 33 343, e-mail: sekretariat@szpitalwołomin.pl  
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku: 05 8923 0008 0150 7177 2015 0001

Wołomin. 21.03.2023 r.

Znak sprawy: 1/1/SWKO/2023

### Pytania i odpowiedzi do konkursu na Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i serologicznej z Bankiem Krwi na potrzeby Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

Lp.	PYTANIA	ODPOWIEDZI
1.	<p>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o poprawienie w załączniku nr 7 do SWKO tj.: „OŚWIADCZENIE O WYPOSAŻENIU W SPRZĘT LABORATORYJNY” terminu deklaracji, że <i>aparaty nie będą starsze niż 4 lata w chwili realizacji umowy</i>. W rozdziale III SWKO w pkt. 2 jest zapis, że <i>„badania diagnostyczne muszą być wykonywane przy użyciu aparatów lub urządzeń, których rok produkcji nie jest starszy niż 4 lata w chwili podpisania umowy (...)”</i> Obecnie w w/w oświadczeniu jest podane, że aparaty nie mogą być starsze niż „3” lata - zatem występuje niespójność w dokumentacji.</p>	<p>Udzielający Zamówienia miał na myśli że aparaty nie będą starsze niż 4 lata. Zatem modyfikuje treść oświadczenia – Załącznik nr 7 , aparaty nie mogą być starsze niż 4 lata. W dniu 21. 03. 2023 Udzielający Zamówienia opublikuje zmodyfikowany załącznik nr 7.</p>

2.	Ponieważ przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do zapewnienia transportu krwi i preparatów krwiopochodnych zwracamy się z prośbą o podanie ilości transportów <b>miesięcznie</b> dla wyjazdów standardowych wg procedury Szpitala i średniej ilości wyjazdów pilnych oraz ilości badań konsultacyjnych w <b>skali roku</b> .	2 wyjazdy dziennie czyli ok. 750 wyjazdów rocznie ( pilne oraz planowe)
3.	Ze względu na małą ilość zadeklarowanych badań (zał. 2 do SWKO) zwracamy się z prośbą o wydłużenie maksymalnego czasu wykonania badania dla n/w parametrów :  Poz. 24 Amylaza trzustkowa ( 10 badań /rok ) Poz. 81 Czas TT (23 badania /rok ) Poz. 98 Fenytoina (1 badanie /rok ) Poz. 105 FSH ( 8 badań /miesiąc ) Poz.143 Karbamazepina (8 badań / rok ) Poz.302 Prolaktyna (24 badania /miesiąc ) Poz. 122 Homocysteina ( 4 badania /miesiąc ) Poz. 155 Kwas walproinowy (4 badania /miesiąc) Poz. 310 Rozmaz krwi obwodowej -konsultacja (3 badania /rok)	Udzielający Zamówienia wydłuża czas do 2880 minut
4.	Zwracamy się z prośbą o zmianę maksymalnego czasu wykonania badania (Poz. 197 Pakiet: glukoza, insulina, na czas 3600 min) W załączniku nr 2 podano czasy dla : Poz. 110 Glukoza 200 minut Poz. 135 Insulina 3600 minut	Udzielający Zamówienia wydłuża czas dla Poz. 7 Pakiet: glukoza, insulina na czas 3600 min
5.	Prosimy o potwierdzenie, że badanie (Poz. 34 w załączniku 2A do SWKO – wykaz badań CITO) „morfologia krwi obwodowej z rozmazem” dotyczy rozmazu automatycznego.	UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA Poz. 34 w załączniku 2A do SWKO – wykaz badań CITO - morfologia krwi obwodowej z rozmazem dotyczy rozmazu mikroskopowego. Kod badania C 55 to wg. ICD9

		Morfologia krwi, z pełnym różnicowaniem granulocytów (leukocytów) czyli rozmaz automatyczny, w załączniku 2 (poz.181) i 2A (poz.35) – „Morfologia krwi obwodowej”. W załączniku 2 (poz. 180) i 2A (poz. 34) do SWKO „morfologia krwi obwodowej z rozmazem” dotyczy rozmazu mikroskopowego.
6.	<p>6. W Załączniku nr 12, opisującym Wytyczne dotyczące integracji pomiędzy systemami informatycznymi Udzielającego zamówienia oraz Przyjmującego zamówienie, w punkcie nr. 3. Zlecenie na badania, podpunkt a, UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIE pisze:</p> <p>„W systemie UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIE generowane jest zlecenie na badanie/badania, które jest przesyłane w postaci elektronicznej do systemu informatycznego PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE zgodnie ze standardem HL7 CDA. System PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE wysyła potwierdzenie otrzymania zlecenia z systemu UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIE”</p> <p>Pytanie:</p> <p>Czy system UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIE umożliwia a UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIE dopuszcza generowanie zlecenia na badanie / badania zgodnie ze standardem HL7 w wersji 2.3. i odbiór komunikatu wyniku w standardzie HL7 2.3 z dołączonym wynikiem HL7 CDA?</p>	System UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIE umożliwia a UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIE dopuszcza generowanie zlecenia na badanie / badania zgodnie ze standardem HL7 w wersji 2.3. i odbiór komunikatu wyniku w standardzie HL7 2.3 z dołączonym wynikiem HL7 CDA